



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Výpůjčka automatického analyzátoru moči včetně dodávky reagensů
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8html
Evidenční číslo zadavatele:	TRI/Buj/2025/13/moč. analyzátor
EZAK:	P25V00000108

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Bc. Jaroslav Brzyszkowski, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

V souladu s ustanovením čl. 2.5 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 6. 10. 2025 byla zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz

V příloze č. 5 ZD – Technická specifikace je v Tabulce splnění technických podmínek „Výpůjčka automatického analyzátoru moči včetně dodávky reagensů“ uveden požadavek na Pojízdny stůl pod analyzátor.

Bude prosím zadavatel akceptovat i nepojízdny (stabilní) laboratorní stůl?

Vzhledem k velmi citlivé digitální mikroskopické technologii, která vyžaduje přesné nastavení fokusace kamery, doporučujeme umístit přístroj na pevný a stabilní stůl. Součástí instalace je i vyvážení přístroje do ideální roviny a poté nedoporučujeme s přístrojem dále pohybovat, což v případě nestabilního, pojízdného stolu nemusí být zaručeno. Ani z pohledu lepšího přístupu pro servis, není vyžadováno použití pohyblivého řešení pomocí kolečkové podstavy.

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat nepojízdný (stabilní) laboratorní stůl.

Lhůta pro podání nabídek se nemění – **9. 10. 2025, 7:00 hodin.**

V Třinci, dne 8. 10. 2025



Ing. Lucie Bujáková
referent veřejných zakázek