



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Elektrokoagulační přístroje II.
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8html
Evidenční číslo zadavatele:	TRI/Buj/2025/35/elektrokoagulační přístroje II.
EZAK:	P25V00000390

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Bc. Jaroslav Brzyszkowski, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

V souladu s ustanovením čl. 2.5 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 8. 10. 2025 byla zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1

Vzhledem k faktu, že většina chirurgických výkonů je prováděna v rozsahu 100 – 200 W není důvod pro takto vysoké hodnoty výkonu. Navíc jednotlivé mody mají 3 stupně intenzity (efektu) pro každý mod v rozmezí 150 stupňové stupnice, tímto je zabezpečena široká škála výkonů vyhovující pro většinu chirurgické operativy. Při použití takto vysokých výkonů (400 W) může naopak dojít k nežádoucímu poškození pacienta.

Bude zadavatel akceptovat dodávku generátoru s maximálním výkonem 320 W?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat dodávku generátoru s maximálním výkonem 320 W.

Dotaz č. 2

S ohledem na požadavek dodávky generátoru pro odtah kouře je předpokládáno, že celkové rozměry obou generátorů umožní jejich uložení na samostatném přepravním vozíku. Toto řešení by následně zajistilo flexibilnější převoz mezi jednotlivými sály a umožnilo použití odtahu kouře u věží různých výrobců.

Bude zadavatel akceptovat dodávku generátoru o rozměrech 370x501x241 mm?

Odpověď:

Ne, zadavatel nebude akceptovat dodávku generátoru o rozměrech 370 x 501 x 241 mm z důvodu dispozičního řešení operačního sálu.

Zadavatel trvá na požadavku uvedeném v technické specifikaci – umístění ve stropním stativu včetně rozměrů police š x h x v = 380 x 490 x 200 mm.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do **22. 10. 2025, 7:00 hodin.**

V Třinci, dne 13. 10. 2025



Ing. Lucie Bujáková
referent veřejných zakázek