



Oznámení o zahájení zadávacího řízení

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu, **zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s využitím elektronického nástroje.

1 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Název veřejné zakázky	„Dodávka vyšetřovací jednotky pro ORL ambulanci SZZ Krnov“
Číslo spisu	KRN/Gol/2025/01/vyšetřovací jednotka ORL
Číslo zakázky	P25V00000421

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele	Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Adresa zadavatele	I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
IČO zadavatele	00844641
Oprávněná osoba zadavatele	MUDr. Ladislav Václavec, MBA, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele	Kateřina Goldmanová, referent majetkové správy
Telefon	703 450 285
E-mail	goldmanova.katerina@szzkrnov.cz
www	www.szzkrnov.cz

3 DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.

Předmět: Předmětem veřejné zakázky je dodávka **vyšetřovací jednotky pro ORL ambulanci SZZ Krnov.**

CPV kód: 33124100-6 Diagnostické přístroje

Veřejná zakázka malého rozsahu: Zadavatel ve smyslu ustanovení § 31 Zákona o zadávání veřejných zakázek nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Hovoří-li se tedy dále v této výzvě o „zadávacím řízení“, nerozumí se jím žádný z druhů zadávacího řízení uvedeného v ustanovení § 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

Minimální technické požadavky (technická specifikace)**Vyšetřovací jednotka pro ORL:**

- Mobilní vyšetřovací jednotka (na kolečkách) určená pro ambulance ORL
- Připojení na domovní odpad a rozvod vody bez nutnosti používání demineralizované nebo jinak upravené vody
- Rozměry vyšetřovací jednotky max. 1000x1150x550mm z důvodu prostorového uspořádání ambulance
- Použití antibakteriální barvy pro zdravotnictví s certifikací s trvanlivostí min. 5 let z důvodu prevence nozokomiálních nákaz
- Povrch unitu musí být testovaný na min. tyto bakterie: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 11229 a Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 s účinností min. 99,8 %
- Vysoká kvalita elektrolyticky pozinkovaného plechu, ocelové konstrukce
- Skleněný ovládací panel s ukazatelem teploty vody proplachu, zabudovaným manometrem a tlakoměrem pro systém stlačeného vzduchu
- Spouštění jednotlivých výstupů světelných zdrojů pomocí dotykového ovládání, ukazatel stavu zapnutí zdroje světla
- 3 integrované zdroje světla včetně plynulé regulace intenzity 0-100 %, typu LED s ekvivalentním výkonem minimálně ke 150 W halogenové žárovce, výstup pro připojení světlovodného kabelu různých výrobců, nebo čelního světla. Možnost volby umístění výstupu zdroje světla na levé, nebo pravé straně nezávisle na ovládacím panelu.
- Garantovaná životnost zdroje světla LED min. 30.000 hodin
- Držák čelního světla s automatickým zapínáním s možností volby montáže na min. 4 místech jednotky (v pravé, levé, přední, nebo zadní části unitu) dle výběru uživatele. U držáku světla musí být umístěn samostatně řízený zdroj světla pro čelovku.
- Dvě roviny přihrádek na nástroje s vestavěným osvětlením, s celkovou plochou na nástroje min. 700x500 mm
- Horní plocha na nástroje musí být vyhřívaná s plynulou regulací teploty pomocí termostatu
- Instrumentační plochy kryté akrylovým transparentním krytem, při otevření složený na dvě části
- Přídavná police na přístroje nad instrumentální pracovní plochu
- Odpadkový koš, otevírání nožním pedálem
- Nádobka pro použité nástroje
- Min. 2 mělké a 2 hluboké zásuvky v instrumentační skříňce, možnost změny dispozice dle zákazníka
- Výsuvná psací deska v instrumentační skříňce
- Vestavěný ohřev zrcátek s aktivním ventilátorem
- Odsávací jednotka s výkonem min. 40 l/min. (min. 0 až -0,85 bar) s napojením na odpad
- Odsávání musí být vybaveno automatickým vyprazdňováním nádoby se sekretem, následným výplachem vodou z vodního systému a vypuštěním do odpadu
- Hadicový proplachovací systém s automatickým čištěním hadic (vstříknutí dezinfekčního roztoku do hadice odsávání, nebo proplachem z vodního systému)
- Vodní proplachovací systém pomocí tlakové teplé vody 37 °C s max. tolerancí ± 1 °C s napojením na domovní rozvod studené vody. Unit musí být vybaven technologií s průtokovým ohřevem vody bez zásobníku vody, který umožňuje kontinuální proplach ucha bez časových omezení. Unit musí být vybaven digitálním displejem s ukazatelem aktuální teploty vody integrovaným do ovládací části unitu.
- Hadice s antibakteriálním povrchem musí obsahovat stříbrná vlákna
- Integrovaný systém tlakového vzduchu s plynulou regulací pro rozprašovací systém se třemi rozprašovači a regulátorem tlaku
- Systém stlačeného vzduchu musí být oddělen od systému odsávání (technologicky nezávislé řešení)
- Otáčivé rameno s držáky pro rukojeť proplachu tlakovou vodou, odsávací hadicí s nádobkou pod ucho a rukojetí pro aplikaci medikamentů (prášek i tekutina) tlakovým vzduchem
- Předehřívané endoskopické toulce pro optiky do 5 mm (min. 2 ks) s plynulou regulací teploty pomocí termostatu
- Předehřívané endoskopické toulce pro optiky do 11 mm (min. 1 ks) s plynulou regulací teploty pomocí termostatu
- Min. 3 ks toulců pro dezinfekci na rigidní optiky
- Min. 3 ks toulců pro dezinfekci na flexibilní endoskopy umístěny za zadní strany vyšetřovací jednotky, nebo umístění na unit pomocí magnetického držáku
- Čelní světlo s jednoduše nastavitelným čelním pásem, možnost fixace světlovodného kabelu na pravou i levou stranu, s integrovaným světlovodným kabelem min. 2 200 mm
- Min. 2 ks světlovodných kabelů s délkou min. 180 cm a zalomený 90° u zdroje světla

- Možnost dovybavení unitu o systém UV dezinfekce nástrojů instalovaný do šuplíku, prvek prevence nozokomiálních nákaz
- Možnost napojení na centrální vakuový systém
- Výrobce musí umožňovat dodání unitu s ovládáním na levé nebo pravé straně dle požadavku zákazníka (varianta pro leváky)
- Možnost budoucího rozšíření unitu o šuplíkové moduly, které lze pevně spojit s jednotkou
- Možnost instalace elektrokoagulace do unitu, místo šuplíku
- Možnost výběru barevného provedení veškerých ploch unitu dle vzorníku v ral barvách
- **Vyšetřovací stolička:**
 - Pracovní židle s půlměsíčovým opěradlem
 - Výškově nastavitelná, uvolnění nožním pedálem
 - Sedák s čalouněním o průměru min. 40 cm
 - Kruh na nohy pro nastavení výšky sedáku
 - Výběr barvy koženky dle vzorníku
 - Potahový materiál (výběr min. z 20-ti barev) musí být biokompatibilní, odolný vůči teplotě, dezinfekčním prostředkům, moči i krvi, odolné proti poškrábání, nečistotám a dlouhodobě trvanlivé
- **Pacientské křeslo:**
 - Plně elektricky polohovatelné
 - Křeslo musí umožňovat elektricky samostatné nastavení opěrky nohou a opěrky zad
 - 4 segmenty
 - Synchronní pohyb opěrky nohou, pevná opěrka nohou nebo bez opěrky nohou
 - Synchronizovaná nožní část s rozkládacím schůdkem a ergonomickou opěrkou hlavy
 - Možnost položení křesla do vodorovné pozice (lehátka) pomocí jednoho tlačítka
 - Výškově elektricky polohovatelné min. 580–880 mm
 - Elektrické nastavení výšky v rozsahu 30 cm
 - Područky z integrální pěny odklopitelné
 - Horní část musí být otočná o min. 350° a fixovatelná v libovolné poloze
 - Kruhovátá základna o průměru min. 70 cm pro maximální stabilitu
 - Vysouvací podvozek pro snadný přesun křesla (v případě zasunutí křeslo stojí na podstavě). Ovládání zamáčknutím nožního ovládání integrované do základny křesla
 - Ovládání křesla pomocí pedálu
 - Ovládání křesla z opěradla pomocí tlačítek
 - Pedál se čtyřmi tlačítky pro ovládání každého segmentu zvlášť a simultánní položení křesla
 - Možnost dovybavení o otočný sedák (pacienta lze otočit o 90° doleva nebo doprava)
 - Povolené maximální zatížení min. 200 kg
 - Potahový materiál (výběr min. z 20-ti barev) musí být biokompatibilní, odolný vůči teplotě, dezinfekčním prostředkům, moči i krvi, odolné proti poškrábání, nečistotám a dlouhodobě trvanlivé
- **Mikroskop na stojanu vyšetřovací jednotky:**
 - Vyšetřovací mikroskop s apochromatickým měničem zvětšení ve 3 krocích (0,7x, 1,0x, 1,45x)
 - širokoúhlé okuláry WF 12,5x
 - ohnisková vzdálenost $F = 170$ mm
 - apochromatický objektiv
 - stereobáze 24 mm pro lepší 3D zobrazení
 - objektiv s ohniskovou vzdáleností $f = 250$ mm
 - bezventilátorové vysoce výkonné LED osvětlení s teplotou světla 5 500 K a životností min. 65 000 hodin
 - řízení osy v rozsahu min. 350°
 - T-madlo
 - 1x aseptická sada pro ovládací prvky (sterilizovatelná)
 - Celokovová konstrukce
 - Komfortní ovládání
 - Binokulár přímý
 - LED zdroj světla integrovaný s automatickým spínáním
 - Pohyblivé rameno mikroskopu s mechanickými brzdami na antivibračním stojanu unitu
- **Laryngoskop rigidní:**
 - Rigidní lupenlaryngoskop s úhlem pohledu 90°
 - Zvětšovací systém
 - Pracovní délka min. 200 mm
 - Autoklávovatelný

- **Vyšetřovací optika**
- průměr 2,7 mm
- délka cca 140 mm
- úhel pohledu 30°
- autoklávovatelná, desinfikovatelná

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí cca **1 250 000,00 Kč bez DPH.**

5 DODACÍ PODMÍNKY – MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Místo plnění: Ambulance ORL Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Doba plnění: **maximálně do 90 dnů** ode dne účinnosti smlouvy.

6 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídkou se rozumí **veškeré doklady** požadované touto Výzvou, které je dodavatel povinen předložit ve stanoveném obsahu, ve stanovené formě a lhůtě.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. V případě, že jsou požadovány katalogové informace, popisy, produktové listy není nutné je předkládat v úředním překladu, připouští se jazyk anglický. Návod k použití, dodaný při instalaci předmětu VZ však musí být v českém jazyce.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Součástí nabídky budou veškeré doklady prokazující základní a profesní způsobilost, technickou kvalifikaci (lze nahradit čestným prohlášením – Příloha č. 3) a v neposlední řadě návrh kupní smlouvy (Příloha č. 2) doplněný na místech určených zadavatelem. Návrh smlouvy musí respektovat požadavky zde uvedené, přičemž se od stanovených obchodních podmínek nelze odchýlit v neprospěch zadavatele. **Přílohou kupní smlouvy bude technická specifikace konkrétního zboží/přístroje/zdravotnického prostředku nabízeného účastníkem ZD v editovatelném formátu.**

Zjištěné nejasnosti v návrhu smlouvy má účastník možnost si upřesnit v průběhu lhůty pro podávání nabídek. Připomínky po lhůtě pro podávání nabídek nebudou akceptovány. Účastník ZŘ není oprávněn činit jakékoliv změny či doplnění s výjimkou údajů, které jsou výslovně označeny pro doplnění ze strany účastníka. Návrh smlouvy nemusí být opatřen podpisem.

Zadavatel doporučuje účastníkům předložit kompletní návrh smlouvy včetně příloh ve formátu *.doc nebo *.docx, pro textové dokumenty, *.xls nebo *.ods pro tabulky.

Dodavatel (a také poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, existuje-li takový) ve své nabídce doloží, **že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář** uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), **nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.** Vzor čestného prohlášení ke střetu zájmů je Přílohou č. 3 této Výzvy (Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů, ke střetu zájmů a k sankcím vůči Rusku).

Dodavatel ve své nabídce rovněž předloží **čestné prohlášení ve vztahu k mezinárodním sankcím** přijatým Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny. Vzor čestného prohlášení ke střetu zájmů je Přílohou č. 3 této Výzvy (Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů, ke střetu zájmů a k sankcím vůči Rusku). Uplatní-li se na dodavatele výše uvedené sankce, vyhrazuje si

zadavatel právo neprovést posouzení a/nebo hodnocení nabídky, případně dodavatele ze zadávacího řízení vyloučit.

Veškeré ostatní doklady a dokumenty (včetně úředních dokladů) doporučuje zadavatel účastníkům předložit ideálně ve formátu *.pdf. Případně též jako jednotlivé dokumenty ve formátu *.pdf, *.jpg, *.doc nebo *.docx, pro textové dokumenty, *.xls nebo *.xlsx pro tabulky. Zadavatel doporučuje, aby v elektronické formě nabídky bylo umožněno textové vyhledávání (vyjma úředních dokladů či jejich kopií).

Zadavatel doporučuje účastníkům, aby si před podáním nabídky zkontrolovali, zda zapracovali do nabídky všechny dodatečné informace.

Nabídka účastníka bude podána VÝHRADNĚ prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové adrese:

https://msk.ezak.cz/profile_display_6.html ve lhůtách uvedených tamtéž.

Podrobné instrukce k el. nástroji E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele pod odkazem: <https://msk.ezak.cz/manual.html>

Podáním nabídky účastník ZŘ stvrzuje, že akceptuje zadavatelem stanovené zadávací, obchodní i platební podmínky, včetně všech ostatních požadavků zadavatele obsažených v této Výzvě a jejích přílohách (zadávacích podmínkách). Zároveň tímto dále stvrzuje, že jím nabídnuté plnění splňuje v plném rozsahu zadavatelem požadované minimální technické podmínky vztahující se k předmětu této veřejné zakázky.

7 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Celková nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a konečná. Účastník je povinen do celkové nabídkové ceny zahrnout všechny případné náklady a další výdaje, které mu při realizaci podle této VZ vzniknou nebo mohou vzniknout.

Nabídková cena bude uvedena v české měně a ve struktuře uvedené na krycím listu a v návrhu smlouvy a bude závazná po celou dobu trvání smlouvy.

8 PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v závislosti na změnách právních předpisů upravujících zákonné poplatky, daně či jiné cenové úpravy.

9 HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM A HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnotícím kritériem bude ekonomická výhodnost nabídky hodnocena dle **výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH (100 %)** za předmět této VZ dle bodu 3. této výzvy, včetně veškerých nákladů s tím spojených.

Zadavatel seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH od nejnižší po nejvyšší.

Vítězná bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč vč. DPH.

Pokud bude v ZŘ jediný účastník, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve nabídky hodnotit a až poté posoudit nabídku vybraného dodavatele.

10 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

a, základní způsobilost

Účastník ZŘ předloží:

- **Čestné prohlášení**, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti – dle Přílohy č. 3 (ne starší než 3 měsíce přede dnem podání nabídky).

b, profesní způsobilost

Účastník ZŘ předloží:

- **Prostou kopii Výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán.

c, technická kvalifikace

Účastník ZŘ předloží:

- Seznam min. 2 významných dodávek ORL Unitů realizovaných za poslední 3 roky před zahájením ZŘ, ve finančním objemu 50 % z předpokládané hodnoty bez DPH za každou jednotlivou dodávku, **vč. uvedení ceny v Kč bez DPH, počtu dodaných kusů a doby jejich realizace (měsíc/rok), identifikace objednatele, vč. kontaktní osoby i tel. čísla**.
- Popis, vč. fotografie, prospekt nebo produktový list nabízeného zařízení k ověření požadovaných technických údajů a parametrů.

Účastník ZŘ je oprávněn k prokázání základní a profesní způsobilosti předložit Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud je v něm zapsán, v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění požadavků na základní a profesní způsobilost.

Dodavatel je oprávněn nahradit předložení **všech dokladů o kvalifikaci v nabídce čestným prohlášením** (Příloha č. 3) s výjimkou technické kvalifikace – popisu, produktového listu nebo prospektu nabízeného zařízení, který je nutný k ověření požadovaných parametrů.

Zadavatel si od dodavatele, kterého identifikoval jako **vybraného dodavatele**, může k prokázání profesní a technické kvalifikace vyžádat kopie konkrétních dokladů (dle bodu 10. této Výzvy), pokud již nebyly v této podobě v zadávacím řízení předloženy.

11 ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY

Záruční doba **minimálně 24 měsíců** od podepsání předávacího protokolu.

Nástup na opravu do 2 pracovních dnů od nahlášení.

12 ZADÁVACÍ LHŮTA (TJ. LHŮTA, PO KTEROU JSOU ÚČASTNÍCI ZŘ SVÝMI NABÍDKAMI VÁZÁNI)

Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na **90 dnů**.

Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům ZŘ, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem ZŘ, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení a jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

13 VZORKY

Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, ale vyhrazuje si právo v průběhu hodnocení nabídek požádat o předložení předmětu nabídky za účelem ověření deklarovaných technických parametrů. Účastník ZŘ je povinen předložit předmět nabídky nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti.

14 VYSVĚTLENÍ, ZMĚNY, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Veškerá komunikace mezi zadavatelem (pověřenou osobou) a dodavateli, poskytované dokumenty a informace budou v jazyce českém. Každý účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena **nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek**. Na žádosti doručené pro uvedené lhůtě nemusí zadavatel odpovídat. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje, je v prostředí elektronického nástroje vytvořen prostředek pro žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek i jejich vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení k účastníkům ZŘ. Odpovědi na žádosti o vysvětlení budou zveřejňovány prostřednictvím el. nástroje E-ZAK, nikoli zasílány jednotlivě účastníkům ZŘ.

Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům ZŘ zejména na kontaktní emailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK (je nezbytné pro ni zachovat přístup po celou dobu realizace veřejné zakázky) a to prostřednictvím el. nástroje E-ZAK.

15 JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE

Zadavatel požaduje doložit:

Seznam poddodavatelů – V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), požaduje zadavatel uvést v nabídce (v příloze návrhu smlouvy), jaká část veřejné zakázky bude prováděna třetí osobou (poddodavatelem) a identifikovat tyto třetí osoby (účastník ZŘ je povinen u poddodavatele uvést jeho identifikační údaje, tzn. název, sídlo, IČO, tel.). Účastník ZŘ odpovídá v plném rozsahu za veškerou činnost poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele. V případě, že účastník ZŘ nepřiloží seznam poddodavatelů, má se za to, že bude veřejnou zakázku realizovat pouze s využitím vlastních kapacit.

Prohlášení o shodě – zadavatel požaduje prokázat shodu nabízeného zařízení s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem, a to předložením certifikátu CE či prohlášení o shodě (ES prohlášení o shodě) v původním jazyce, doporučuje se dodat i v jazyce českém.

Doklad o oprávnění k provádění servisu – není-li výrobcem nabízeného zařízení účastník ZŘ dodá souhlas či pověření výrobce k provádění servisu, údržby kontrol nabízeného zařízení (nabízeného v ČR) v původním jazyce, doporučuje se dodat i s českým překladem (nemusí být úředně ověřený).

Doklad o splnění ohlašovací povinnosti v souladu s platnou legislativou k prodeji a servisu, tzn. Potvrzení splnění ohlašovací povinnosti z ISZP.

16 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- veřejnou zakázku kdykoliv zrušit bez udání důvodů,
- neuzavřít smlouvu,
- kdykoliv v průběhu zadávacího řízení změnit, doplnit nebo upřesnit zadávací podmínky,
- vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník ZŘ dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,
- vyloučit takového účastníka zadávacího řízení, který se dopustil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení nebo po zahájení zadávacího řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.

Zadavatel nehradí účastníkům ZŘ náklady vzniklé z účasti v řízení.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

Ze zadávacího řízení budou vyloučeny všechny nabídky, které:

- nesplní některý požadavek soutěže,
- budou obsahovat nepravdivý údaj.

Hodnotící komise může v případě nejasností požádat účastníka ZŘ o písemné vysvětlení nabídky a o doplnění chybějících dokladů.

17 SEZNAM POŽADOVANÝCH DOKUMENTŮ

- a) Krycí list nabídky (Příloha č. 1)
- b) Návrh kupní smlouvy (Příloha č. 2) **ve formátu *.doc. nebo *.docx.**

- c) Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů, ke střetu zájmů a k sankcím vůči Rusku (Příloha č. 3)
- d) Fotografie, produktový list nebo prospekt nabízeného zařízení, vč. technických parametrů
- e) Seznam poddodavatelů (je-li to relevantní)
- f) Prohlášení o shodě k nabízenému zařízení
- g) Doklad o oprávnění k provádění servisu nabízeného zařízení
- h) Doklad o splnění ohlašovací povinnosti

18 PŘÍLOHY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů, ke střetu zájmů a k sankcím vůči Rusku

Výzva k podání nabídky včetně všech příloh bude po celou dobu lhůty pro podání nabídek uveřejněna na profilu zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_6.html

V Krnově

MUDr. Ladislav Václavec, MBA, ředitel