

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

## VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

### „Dodávka a pozáruční servis svítidel - Orlová“

**Zadavatel:** Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

se sídlem Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 00844853, DIČ: CZ00844853

zastoupený Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem

#### 1) Dotaz:

- Přizpůsobení výška podhledu stávajícího operačního sálu - 2670 mm. Vzdálenost země -> podhled je tedy 2670 mm. Jaká je vzdálenost podhled -> pevný strop?

#### Odpověď:

Zadavatel konstatuje, že požadovanou vzdálenost mezi podhledem a pevným stropem nelze změřit. Po demontáži části podhledu operačního sálu bylo zjištěno, že se nad tímto podhledem nachází kovová stropní část operační vestavby, viz přiložená fotografie.



#### 2) Dotaz:

- Minimální hodnota indexu podání barev R9 musí být 99. Bude zadavatel akceptovat R9 = 98?

#### Odpověď:

Ne, toto řešení zadavatel nebude akceptovat a trvá na stanovené minimální hodnotě indexu podání barev R9 = 99.

**3) Dotaz:**

- Endo mód intenzita osvětlení 3 %. Bude zadavatel 10 - 100% plynule nastavitelné?

**Odpověď:**

Ne, toto řešení zadavatel nebude akceptovat a trvá na stanovené intenzitě osvětlení 3 %.

**4) Dotaz:**

- Operační světla musí umožňovat nastavení velikosti světelného pole v krocích 14-17-21-25-30 cm.  
Bude zadavatel akceptovat plynulé nastavení d10: 210 - 360 mm a d50: 130 - 220 mm?

**Odpověď:**

Ne, toto řešení zadavatel nebude akceptovat a trvá na stanoveném nastavení velikosti světelného pole v krocích 14-17-21-25-30 cm.

**5) Dotaz:**

- Ovládání funkcí a nastavování parametrů světel... Bude zadavatel akceptovat ovládání jen na dotykovém panelu na svítidle a na stěně?

**Odpověď:**

Ne, toto řešení zadavatel nebude akceptovat a trvá na ovládání funkcí a nastavování parametrů světel všemi třemi způsoby - musí být nastavitelná jednak individuálně pro každé světlo z ovládacího panelu na daném světle, zároveň prostřednictvím ovládacího panelu na stěně a zároveň prostřednictvím dotyku na centrálním držadle.

V Karviné dne 21. 11. 2025