



Dodatečné informace č.1

k veřejné zakázce malého rozsahu č.20/2025 s názvem „dodání materiálu pro dýchání“ (č.spisu ZZS/Do/2025/20/materiál pro dýchání)

Zadavatel na základě dotazu podaného dodavatelem upřesňuje zadávací podmínky:

Dotaz v přesném znění:

Dodavatel žádá o objasnění obsahu specifikace smluvních podmínek pro výše uvedený postup a o odpovědi na následující otázky:

Část 1, položka 2

Bude zadavatel akceptovat masky pro dospělé s nebulizátorem o objemu 8 ml?

Část 1, položka 3

Připustí zadavatel nebulizátor s náustkem o objemu 6 ml (s odstupňováním po 1 ml), který vytváří částice o průměrné velikosti MMAD = 3,91 μ m při průtoku 6 l/min?

Část 1, položka 3

Přijme zadavatel masku s nebulizátorem o objemu 8 ml (s odstupňováním po 1 ml). Průměrná velikost vytvářených částic při průtoku 6 l/min – 3,23 μ m?

Odpověď zadavatele:

Část 1, položka 2 (mikronebulizátor s maskou pro dospělé)

Ano, zadavatel bude akceptovat výše uvedený objem.

Část 1, položka 3 (nosní dávkovač)

Ne, zadavatel specifikoval stupnici v rozmezí 0,1-0,2 ml, a jeho požadavek na toto odstupňování trvá.

Část 1, dotaz směřuje k položce 2 (mikronebulizátor s maskou pro dospělé)

Ano, zadavatel takový mikronebulizátor s maskou bude akceptovat.

V Ostravě dne 28.11.2025

Za zadavatele Bc. Jiří Flašar, náměstek pro NLZP