



Dodatečné informace č.2

k veřejné zakázce malého rozsahu č.20/2025 s názvem „dodání materiálu pro dýchání“ (č.spisu ZZS/Do/2025/20/materiál pro dýchání)

Zadavatel na základě dotazu podaného dodavatelem upřesňuje zadávací podmínky:

Dotaz v přesném znění:

Dovolte, abychom požádali o upřesnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

Část. č. 2 zakázky:

a) Maska laryngeální, vel. č. 1-5:

*- Je požadována jednorázová maska z PVC – bude zadavatel akceptovat nabídku laryngeálních masek **vyrobených ze silikonu**?*

- Je požadován ukazatel správného zavedení manžety – můžete blíže specifikovat tento požadavek?

b) Laryngoskopická lžice:

*- zadavatel požaduje barevně odlišené jednotlivé velikosti lžic – bude zadavatel akceptovat nabídku laryngoskopických lžic **bez barevného rozlišení**, které mají jasně viditelné značení velikosti na obalu?*

Odpověď zadavatele:

a) Zadavatel požadoval v podmínkách Výzvy masku z materiálu PVC a na tomto trvá, a to z důvodu tvrdšího a pro zadavatele výhodnějšího materiálu pro práci v méně vhodných podmínkách ZZS a nepřírodních poloh pacientů. Masku vyrobenou ze silikonu tedy akceptovat nemůže.

Ukazatelem správného zavedení manžety se rozumí „zobáček“ nad protiskusovou vložkou či grafické značení/ryska na této vložce.

b) Ano, zadavatel bude akceptovat jasně viditelné značení velikosti na obalu.

V Ostravě dne 1.12.2025

Za zadavatele Bc. Jiří Flašar, náměstek pro NLZP