

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

„Dodávka a pozáruční servis svítidel – Orlová“

Zadavatel: Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

se sídlem Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 008 44 853, DIČ: CZ00844853

oprávněná osoba za zadavatele: Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel tímto oznamuje výběr dodavatele v rámci shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu.

Základním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny (100% váha kritéria).

Číslo nabídky	Identifikační údaje účastníka	Nabídková cena bez DPH	Výsledné pořadí
1	Dräger Medical s.r.o.	991 500 Kč	1.
3	Fénix Brno, spol. s r.o.	1 249 800 Kč	2.

Ekonomicky nejvhodnější nabídka v rámci předmětné zakázky byla vybrána nabídka účastníka č. 1 **Dräger Medical s.r.o.**, se sídlem Obchodní 124, 251 01 Čestlice, IČO: 26700760.

Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena a nebyla vyřazena:

Účastník č. 1: **Dräger Medical s.r.o.**

Obchodní 124, 251 01 Čestlice

IČ: 267 00 760

Účastník č. 3: **Fénix Brno, spol. s r.o.**

Václavova 1803/79, Královo Pole, 612 00 Brno

IČ: 449 61 863

Oznámení zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení

Zadavatel rozhodl o **vyloučení** účastníka č. 2 – **MeWAdia s.r.o.** se sídlem Hlinky 64, 603 00 Brno, IČ: 276 83 818 z účasti v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu.

Odůvodnění:

Zadavatel v rámci minimálních technických požadavků stanovil požadavek „Hloubka osvětlení L1+L2 (60 %) je 750 mm“.

Účastníkem nabízená svítidla mají hloubku osvětlení 850 mm.

Zadavatel v rámci minimálních technických požadavků stanovil požadavek „Průměr světelného pole d10 – 300 mm“.

Účastníkem nabízená svítidla mají průměr světelného pole 340 mm.

Zadavatel v rámci minimálních technických požadavků stanovil požadavek „Operační světla musí umožňovat nastavení velikosti světelného pole v krocích 14-17-21-25-30cm“.

Účastníkem nabízená svítidla mají nastavení velikosti světelného pole 18-34 cm kontinuálně.

Zadavatel v rámci minimálních technických požadavků stanovil požadavek „Operační světla musí umožňovat nastavení barevné teploty (tepelné chromatičnosti) v 5 krocích v rozsahu 3200-3800-4400-5000-5600K“.

Účastníkem nabízená svítidla mají nastavení barevné teploty 3 200 – 5 600°K kontinuálně.

V Karviné dne 10.12.2025