

Odpověď č. 1 na dotaz uchazeče

Název veřejné zakázky:

Dodávka elektrických nemocničních lůžek

Systémové číslo veřejné zakázky:

P25V00000465

Dotaz uchazeče:

Dobrý den,

níže Vám posíláme dodatečné dotazy k veřejné zakázce s názvem "Dodávka elektrických nemocničních lůžek".

Dotaz č. 1

Matrace pasivní - 20ks

Může uchazeč zadavateli nabídnout alternativu v podobě této matrace?

Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním a vysokým rizikem vzniku dekubitů (III. stupně)

Matrace složena ze třech typů pěn

Jádro vysoké 8cm je vyrobeno ze studené pěny o hustotě 40 kg/m³

Profilovaná střední vrstva matrace vyrobena ze studené pěny o vyšší tuhosti s hustotou 40 kg/m³

Po celém povrchu jádra VISCO pěna o hustotě 50 kg/m³ v tl. 3 cm

Nehořlavost pěn CRIB 5

Jádro matrace profilované do 7 anatomických zón

Dokonale kopíruje ložnou plochu lůžka ve všech jejích polohách

Matrace zajišťuje uživateli ten nejvyšší možný komfort

Nosnost 200 kg

Rozměr matrace dle lůžka

Výška matrace 14 cm

Potah pružný, paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům,

se sníženou hořlavostí CRIB 5, pratelný do teploty 95° C. Potah se zipem s ochranou proti zatečení - ze dvou stran matrace (do L).

Spoje potahu šité, bez transportních úchytlů.

Jedná se o matraci s paměťovou pěnou po celém povrchu, která má lepší antidekubitní účinky než matrace s horní vrstvou ze studené pěny.

Děkuji Vám.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat alternativní nabídku pasivní matrace určenou pro pacienty s vysokým stupněm rizika vzniku dekubitů (až 3. stupeň). Zadavatel zveřejnil aktualizovanou Přílohu č. 4 – Kupní smlouva (Obchodní podmínky) a Přílohu č. 6 Technická specifikace, nabídková cena, které jsou uchazeči povinni použít pro stanovení své nabídkové ceny a vložit je do své cenové nabídky.

Změna termínu pro podání nabídky

Z důvodu úpravy technické specifikace zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 23.12.2025 do 10.00 hod.

Zpracoval

Ing. Pavel Švarc

administrátor zakázky