

Dobrý den,

v reakci na žádost o vysvětlení ZD zadavatel sděluje následující:

Dotaz uchazeče č. 1:

Bude zadavatel akceptovat výdrž spotřebního materiálu na palubě POCT analyzátoru 30 dnů?

Odpověď zadavatele č. 1:

Ano, tuto výdrž bude zadavatel akceptovat.

Dotaz uchazeče č.2:

Bude zadavatel akceptovat expiraci materiálu (senzorových kazet) dodávaného pro POCT analyzátor v délce 4 měsíce?

Zadavatel požaduje dodání middleware včetně souvisejícího hardwaru a licencí. Dodavatel však middleware standardně instaluje výhradně na virtuální server v infrastruktuře objednatele a hardware ani licence k tomuto hardwaru neposkytuje.

Je možné, aby zadavatel poskytl virtuální server pro provoz middleware? Licence k samotnému middleware budou zajištěny dodavatelem. Databázový server může být provozován s licencí Express dle počtu připojených analyzátorů, případně je možné databázi umístit do SQL farmy zadavatele.

Navržené řešení zvyšuje úroveň kybernetické bezpečnosti a umožňuje napojení na Active Directory včetně automatické synchronizace uživatelů.

Odpověď zadavatele č. 2:

Ano, expiraci materiálu v dotazované délce zadavatel akceptuje.

Ano, poskytnutí virtuálního serveru pro provoz middleware je možné.

Dotaz uchazeče č. 3:

Je možné akceptovat middleware jako součást POCT řešení formou vypůjčení, instalovaný výhradně na virtuální server nebo jinou infrastrukturu zadavatele, přičemž dodání serveru a licencí nebude předmětem plnění dodavatele?

Odpověď zadavatele č. 3:

Ano, řešení formou instalace na virtuální server je možné. Pokud se bude jednat pouze o komunikaci v rámci sítě LAN (v rámci nemocnice) není zabezpečeného připojení potřeba.

Za předpokladu, že middleware bude na virtuálním serveru zadavatele a bude se jednat o komunikaci analyzátor – middleware – LIS, není potřeba šifrovaného připojení. (Licence k softwaru analyzátorů bude dodána dodavatelem).

Bude-li třeba, aby dodavatel nějakým způsobem přistupoval k analyzátoru nebo k danému middleware, bude to řešeno formou IPsec tunelu, který splňuje požadavky na zabezpečené připojení. Nezabezpečené připojení mimo SZZ Krnov a pobočky ale možné není.

Dotaz uchazeče č. 4:

Ve smlouvě o výpůjčce je uvedeno:

Dodavatel se zavazuje, že veškerý přenos dat a informací musí být dostatečně zabezpečen pomocí aktuálně odolných kryptografických algoritmů a kryptografických klíčů.

Tuto podmínku v současné době nesplňujeme.

Bude zadavatel akceptovat vypuštění bodu ze smlouvy o výpůjčce?

Odpověď zadavatele č. 4:

Ano, vypuštění tohoto bodu zadavatel akceptuje a na svůj profil zasílá upravené znění Smlouvy o výpůjčce, kde je tento bod upraven formou revizí – viz. Příloha č. 1 písm. l).

Vzhledem k tomu, že jde o vysvětlení, jež nemění požadavky na parametry soutěženého plnění, a nemá vliv na okruh účastníků, nedochází k prodloužení lhůty pro podávání nabídek.

S pozdravem
Pavel Pěnkava