



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka „VZ2 Skiagrafický přístroj“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„VZ2 Skiagrafický přístroj“
Název zadavatele:	Moravskoslezská nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČO zadavatele:	IČ 00844853
URL adresa:	www.nspka.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. §§ 98 a 99 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

„Pacientský stůl

- Vyměnitelná mřížka s fokusací ± 110 cm

Vertigraf

- Vyměnitelná mřížka s fokusací cca 180 cm“

„V požadavku na vyměnitelnou mřížku patientského stolu a vertigrafu zadavatel umožňuje menší odchylku od požadované ohniskové vzdálenosti sekundární clony, ale jiným způsobem (± 110 cm a cca 180 cm). Je význam znaménka „ $\pm$ “ obdobný jako „cca“? Hodnoty fokusace u mřížek světového výrobce, které nabízíme jsou 115 cm u stolu a 180 cm u vertigrafu.

Bude zadavatel akceptovat mřížky s těmito parametry?

Nezváží zadavatel sjednocení a upřesnění požadavku na cca 115 cm u stolu resp. cca 180 cm u vertigrafu?“

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude akceptovat mřížky s parametry 115 cm u stolu a 180 cm u vertigrafu. Dále se zadavatel rozhodl sjednotit požadavky následně cca. 115 cm u stolu a cca 180 cm u vertigrafu.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dotaz č.2

„Detektor pro volné snímkování – malý
- Rozměry aktivní plochy detektoru min. 24 x 30 cm “

„Požadavek na velikost aktivní plochy detektoru se zpravidla zadává jako minimální rozměr s tím, aby zájemce poskytl co největší využitelnou plochu. U nejmenšího detektoru zpravidla pro traumatologické účely je tomu ale naopak, požaduje se hodnota maximálně přípustná tak, aby nabídnutý detektor byl opravdu dostatečně malý pro splnění požadavku co nejméně pohybovat s pacientem. Nejedná se tedy o administrativní chybu v požadavku na aktivní plochu nejmenšího detektoru minimálně 24x30 cm? Logické a současně běžné je požadovat maximálně 24x30 cm.

Nezáží zadavatel opravu parametru rozměrů aktivní plochy malého detektoru na max. 24x30 cm? Bude zadavatel akceptovat nabídku malého detektoru světového výrobce o aktivní ploše 22,9 x 28,4 cm? “

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku malého detektoru o aktivní ploše 22,9 x 28,4 cm. Dále se zadavatel rozhodl opravit požadovaný parametr rozměru aktivní plochy malého detektoru následovně – max. 24x30 cm.

Zadavatel spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zveřejňuje v sekci elektronického nástroje Ezak „Zadávací dokumentace“ aktualizovanou přílohu č. 5 ZD – Technická specifikace.

Vzhledem k obsahu vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel posouvá lhůtu k podání nabídek. Nová lhůta k podání nabídek bude na profilu zadavatele zveřejněna v den, kdy tuto novou lhůtu k podání nabídek zveřejní Věstník veřejných zakázek. Zadavatel odeslal do VVZ opravný formulář o posunutí lhůty k podání nabídek dne 30.1.2026.

V Karviné, dne 30.1.2026

Moravskoslezská nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel