

Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

**Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu
s názvem****„Výpůjčka 2 ks elektrochirurgických jednotek včetně
dodávek spotřebního materiálu“**

Číslo spisu:

OPA/PRO/2026/01/elektrochirurgicke_jednotkyČíslo zakázky: **P26V00000020**

(dále jen „VZ“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:	Moravskoslezská nemocnice Opava, příspěvková organizace
Adresa zadavatele:	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČO zadavatele:	47813750
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Marie Prokšová, administrátor veřejných zakázek
Telefon:	+ 420 553 766 187
E-mail:	marie.proksova@snopava.cz
www:	www.snopava.cz

Dne 02.02.2026 v 14:44 hod. zadavatel obdržel dotazy č. 1 k výše uvedené zakázce a to:

DOTAZY Č. 1 ZE DNE 02.02.2026**Dotaz č. 1**

V technické specifikaci zadavatel požaduje "dodávku nástrojů kompatibilních s externím generátorem". Bude zadavatel akceptovat i řešení, které využívá technologii bezdrátového řešení, integrovaného generátoru přímo v těle nástroje (system Sonisicion)? Toto řešení plně zajišťuje požadovanou funkci (ultrazvuková disekce a koagulace), přičemž eliminace externího generátoru a propojovacích kabelů zvyšuje mobilitu na operačním sále a snižuje nároky na prostor. Lze tedy požadavek na "nástroj s generátorem" vykládat tak, že generator může být buď samostatnou jednotkou, nebo integrální součástí dodávaného nástroje?

Odpověď: Ne, zadavatel nepřipouští změnu uvedeného parametru.

Dotaz č. 2

Vážený zadavateli,
v rámci prostudování technické specifikace u položek 1., 2. a 3. jsme zaznamenali pevně stanovené intervaly délek ultrazvukových nástrojů. Rádi bychom nabídli vysoce moderní bezdrátové řešení, které však disponuje standardizovanými délkami dřívků mírně odlišnými od uvedených rozsahů (např. 13 cm, 26 cm a 39 cm).

Dotaz:

Připouští zadavatel u požadovaných rozměrů nástrojů obvyklou toleranci (např. +/- 10 %), případně je možné nabízet nástroje, jejichž délka se od stanovených intervalů liší o jednotky centimetrů, pokud zůstane zachován klinický účel a ergonomie práce?

Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Mírné rozšíření těchto rozsahů umožní zadavateli posoudit širší spektrum technologických řešení, včetně bezdrátových systémů, které eliminací propojovacích kabelů významně zvyšují komfort a bezpečnost na operačním sále. Jsme přesvědčeni, že délka např. 26 cm namísto limitu 24 cm, nebo 39 cm namísto 37 cm, či 13 cm místo 14 cm, přináší operátorovi vyšší flexibilitu bez jakéhokoliv omezení kvality výkonu.

Předem děkujeme za potvrzení, že i tyto rozměrové varianty budou v rámci hodnocení považovány za technicky vyhovující.

Odpověď: Ano, připouštíme i uvedené délky.

ZÁVĚREČNÉ DOPNĚNÍ ZADAVATELE K UVEDENÝM DOTAZŮM

V návaznosti na poskytnuté dodatečné informace zadavatel ponechává lhůtu pro podání nabídek i znění přílohy výzvy v původní podobě. Technické parametry jsou však nově doplněny o limitní přípustnou odchylku ve výši $\pm 10\%$, která bude v rámci posouzení splnění zadávacích podmínek akceptována.

V Opavě dne 04.02.2026



Ing. Marie Prokšová
Oddělení veřejných zakázek