

Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

**Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu
s názvem****„Výpůjčka 2 ks elektrochirurgických jednotek včetně
dodávek spotřebního materiálu“**

Číslo spisu:

OPA/PRO/2026/01/elektrochirurgicke_jednotkyČíslo zakázky: **P26V00000020**

(dále jen „VZ“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:	Moravskoslezská nemocnice Opava, příspěvková organizace
Adresa zadavatele:	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČO zadavatele:	47813750
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Marie Prokšová, administrátor veřejných zakázek
Telefon:	+ 420 553 766 187
E-mail:	marie.proksova@snopava.cz
www:	www.snopava.cz

Dne 04.02.2026 v 19:09 hod. zadavatel obdržel dotazy č. 2 k výše uvedené zakázce a to:

DOTAZY Č. 2 ZE DNE 04.02.2026

Vážený zadavateli, v návaznosti na předchozí komunikaci (dotaz č.1) uvádíme na pravou míru interpretaci konstrukčního řešení generátoru, u kterého mohlo dojít k nejednoznačnému výkladu.

Rádi bychom zdůraznili, že námi dotazované (nabízené) řešení disponuje generátorem, který není integrovaný (vnitřní) součástí těla nástroje, ale jedná se o samostatný modul s následující charakteristikou:

- Odnímatelnost: Generátor je ke specifickému místu na nástroji pouze připevněn a je lehce odejmutelný.
- Vícenásobná použitelnost: Právě díky své odnímatelnosti není generátor vázán na životnost jednoho nástroje. Je koncipován jako opakovaně použitelný prvek, který se po použití z nástroje sejme a po sterilizaci v autoklávu se použije s nástrojem novým.

Dotaz dodavatele:

Akceptuje zadavatel v rámci technické specifikace „Generátor obsahuje ultrazvukovou jednotku a bipolární jednotku“ následující řešení:

1. V případě ultrazvukové technologie: Zadavatel akceptuje řešení, kdy ultrazvuková jednotka/nástroj využívá externí, odnímatelný a vícenásobně použitelný generátor, který není pevně integrovanou součástí nástroje, ale na ultrazvukovou jednotku se fyzicky nasazuje, velikost: cca 3 cm x 3,5 cm x 9 cm.
2. V případě bipolární technologie: Zadavatel akceptuje řešení, kdy má tato technologie samostatný generátor, který je nezávislý na výše uvedeném ultrazvukovém modulu, velikost: cca 37 cm x 30 cm x 11 cm.

Odpověď: Zadavatel připouští, avšak vyhrazuje si právo otestovat zařízení při operačním výkonu, zda odpovídá danému účelu. A také zda hmotnost sestaveného nástroje nebude přesahovat průměr váhy nástrojů stejného užití, používaných na operačním sále MNOpava.

Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Dotaz dodavatele:

Považuje zadavatel za splněný požadavek na přítomnost obou technologií i v situaci, kdy je ultrazvukový generátor koncipován jako externí, odnímatelný a opakovaně použitelný na nástrojích, a bipolární technologie využívá svůj vlastní samostatný generátor?

Odůvodnění:

Toto řešení plně naplňuje klinické a funkční požadavky na přítomnost obou energetických technologií. Mírné rozšíření těchto rozsahů umožní zadavateli posoudit širší spektrum technologických řešení, včetně bezdrátových systémů, které eliminací propojovacích kabelů významně zvyšují komfort a bezpečnost na operačním sále. Jsme přesvědčeni, že délka např. 26 cm namísto limitu 24 cm, nebo 39 cm namísto 37 cm, či 13 cm místo 14 cm, přináší operátorovi vyšší flexibilitu bez jakéhokoliv omezení kvality výkonu.

Předem děkujeme za potvrzení, že i tyto rozměrové varianty budou v rámci hodnocení považovány za technicky vyhovující.

Odpověď: Ano, zadavatel akceptuje uvedené řešení.

ZÁVĚREČNÉ DOPNĚNÍ ZADAVATELE K UVEDENÝM DOTAZŮM

V návaznosti na poskytnuté dodatečné informace zadavatel ponechává lhůtu pro podání nabídek i znění přílohy výzvy v původní podobě.

V Opavě dne 06.02.2026



Ing. Marie Prokšová
Oddělení veřejných zakázek