

Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

**Dodatečné informace č. 3 k veřejné zakázce malého rozsahu
s názvem****„Výpůjčka 2 ks elektrochirurgických jednotek včetně
dodávek spotřebního materiálu“**

Číslo spisu:

OPA/PRO/2026/01/elektrochirurgicke_jednotkyČíslo zakázky: **P26V00000020**

(dále jen „VZ“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:	Moravskoslezská nemocnice Opava, příspěvková organizace
Adresa zadavatele:	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČO zadavatele:	47813750
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Marie Prokšová, administrátor veřejných zakázek
Telefon:	+ 420 553 766 187
E-mail:	marie.proksova@snopava.cz
www:	www.snopava.cz

Dne 05.02.2026 v 13:26 hod. zadavatel obdržel dotaz č. 3 k výše uvedené zakázce a to:

DOTAZY Č. 3 ZE DNE 05.02.2026

Zadavatel v bodě 3 Výzvy - VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ZÁKLADNÍ POŽADAVKY mimo jiné uvádí: „Předpokládané množství spotřebního materiálu je 150 ks/rok. Stejnou informaci uvádí též v příloze č. 1 – Technická specifikace, v listu Cenová nabídka, kde požaduje vyplnění sloupce e – Předpokládaná spotřeba /za rok u jednotlivých položek uchazečem.

Uchazeči není zcela jasné, jakým způsobem má předpokládanou spotřebu jednotlivých položek stanovit, aby nabídky byly porovnatelné a odpovídaly potřebám zadavatele. Předpokládané počty položek zpravidla určuje zadavatel na základě jeho potřeb a využitého spotřebního materiálu v předchozím období. Pokud by předpokládané počty ks u jednotlivých položek určoval uchazeč, mohou být tyto počty stanoveny různě.

Může zadavatel upřesnit, předpokládanou spotřebu/rok u jednotlivých položek v příloze č. 1.

Odpověď: Zadavatel uvádí, že z hlediska použitelnosti se nedá přesně říci, jaký nástroj bude použit a v jaké přesně délce.

Kvalifikovaný odhad zní takto: 70% laparoskopických nástrojů (28 % činí laparoskopický harmonický skalpel; 42% činí bipolárně pokročilý nástroj), 30% činí nástroje pro otevřenou operativu.

Zadavatel upravuje přílohu č. 1 Výzvy, kde uvádí odhadovanou spotřebu a přikládá ji jako přílohu těchto dodatečných informací.

Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

ZÁVĚREČNÉ DOPNĚNÍ ZADAVATELE K UVEDENÝM DOTAZŮM

V návaznosti na poskytnuté dodatečné informace zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek se stanovuje na **18.02.2026 do 09:00 hod.**

V Opavě dne 09.02.2026



Ing. Marie Prokšová
Oddělení veřejných zakázek