



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka „VZ2 Skiagrafický přístroj“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„VZ2 Skiagrafický přístroj“
Název zadavatele:	Moravskoslezská nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČO zadavatele:	IČ 00844853
URL adresa:	www.nspka.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

„V technické specifikaci zadavatel požaduje

Manuální i motorické výškové nastavení rentgenky: min. 180 cm - bude zadavatel akceptovat skiagrafický přístroj s výškovým nastavením 160 cm, přičemž tento fakt neovlivní praktické použití pro zvažované skiagrafické vyšetření. Dle našich zkušeností je tento parametr dostatečný pro všechny skiagrafické projekce včetně kyvného pohybu rentgenky pro složené snímkování páteře vleže.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na technickém parametru *Manuální i motorické výškové nastavení rentgenky: min. 180 cm.* Technický parametr minimálního rozsahu výškového nastavení byl stanoven na základě odborného posouzení provozních potřeb zadavatele a požadovaného spektra skiagrafických vyšetření. Požadovaný rozsah pohybu rentgenky souvisí zejména s potřebou variability projekcí, možností snímkování pacientů v různých polohách a s ohledem na antropometrickou rozmanitost pacientů, včetně specifických klinických situací.

Zadavatel posoudil dodavatelem navrhované řešení s menším rozsahem výškového nastavení, avšak dospěl k závěru, že takové řešení nepovažuje za plně ekvivalentní z hlediska dlouhodobé



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

provozní flexibility a univerzality použití zařízení. Stanovený parametr je podle zadavatele přiměřený, odpovídá účelu pořizovaného zařízení a není stanoven diskriminačně. Zadavatel proto na uvedeném technickém požadavku trvá a zadávací podmínky v tomto rozsahu nemění.

Dotaz č.2

„V technické specifikaci zadavatel požaduje SW pro měření sběr a vyhodnocení aplikovaných dávek – může zadavatel upřesnit od jakého výrobce preferuje tento SW, či jaké data a kam se budou zasílat.“

Odpověď zadavatele:

Jedná se o SW na výpočet dávek pacientů, který by evidoval ozáření a současně do budoucna mohl plnit plánovanou legislativní povinnost, a to pro přenos obdržené dávky do nemocničních informačních systémů NIS/PACS.

V Karviné, dne 12.2.2026

Moravskoslezská nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel

I.S. JUDr. Ríta Kubicová, advokátka