



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka „VZ2 Skiagrafický přístroj“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3,4

Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„VZ2 Skiagrafický přístroj“
Název zadavatele:	Moravskoslezská nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČO zadavatele:	IČ 00844853
URL adresa:	www.nspka.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatelů následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č.1:

„V příloze č. 5 ZD-Technická specifikace je uvedeno:
„SW pro měření sběr a vyhodnocení aplikovaných dávek“

DOTAZ Č.1:

Má tento SW sloužit pro měření sběr a vyhodnocení aplikovaných dávek pouze u nabízeného Skiagrafického přístroje, nebo má být určen pro použití i u jiných stávajících modalit? A pokud ano, může zadavatel vyjmenovat u jakých, aby byl SW správně nakonfigurován? “

Odpověď zadavatele:

SW pro měření sběr a vyhodnocení aplikovaných dávek bude zahrnovat všechny modalitty využívané na pracovišti, a to:

- CT
- Skigraficko-skiaskopická (stabilní)



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- **Skiografie (stabilní, mobilní)**
- **Skiaskopie (mobilní)**

Dotaz č.2

„V příloze č. 4A Zadávací dokumentace – Obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy je uvedeno:

4. Místo a doba plnění

4.2. Smluvní strany se dohodly, že ve lhůtě do 2 týdnů od účinnosti této Kupní smlouvy předloží Prodávající Kupujícímu technologický projekt. Lhůta dodávky začne běžet dnem doručení písemné výzvy Kupujícího k zahájení plnění. Požadovaná lhůta demontáže a odvozu stávajícího skiagrafického přístroje, stavebních úprav a dodávky skiagrafického přístroje zahrnující montáž, uvedení do provozu a instruktáž obsluhy je max. 4 týdny od písemné výzvy Kupujícího.“

DOTAZ č.2:

V návaznosti na ustanovení čl. 4.2 Kupní smlouvy, dle kterého je požadováno provedení demontáže a odvozu stávajícího skiagrafického přístroje, realizace stavebních úprav a dodávka nového skiagrafického přístroje včetně montáže, uvedení do provozu a instruktáže obsluhy ve lhůtě maximálně 4 týdnů od písemné výzvy Kupujícího k zahájení plnění, si dovoluujeme požádat o přehodnocení této lhůty.

S ohledem na standardní výrobní a dodací lhůty zdravotnické techniky, které se u skiagrafických přístrojů běžně pohybují v řádu několika týdnů až měsíců (v závislosti na konfiguraci zařízení), a dále s přihlédnutím k nutnosti koordinace demontáže stávající technologie, realizace stavebních a případně elektroinstalačních úprav, revizí, montáže, testování, uvedení do provozu a zajištění instruktáže obsluhy, se jeví stanovená lhůta 4 týdnů jako objektivně velmi obtížně splnitelná. Za účelem zachování reálnosti plnění a zajištění řádné a kvalitní realizace předmětu veřejné zakázky si proto dovoluujeme zdvořile požádat o prodloužení lhůty plnění na maximálně 10 týdnů od písemné výzvy Kupujícího k zahájení plnění.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na lhůtě plnění uvedené v zadávacích podmínkách.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č.1:

„Na základě prohlídky místa plnění dne 10. 2. 2026 nebylo možno zjistit přesnou délku přívodního kabelu, který je nutno znovu přivést od hlavní rozvodné skříně na místo instalace, v případě, že stávající kabel je nevyhovující pro nabízený skiagrafický přístroj.

DOTAZ:

Mohl by zadavatel upřesnit délku přívodního kabelu a způsob uložení, aby ho mohl uchazeč co nejpřesněji zanést do kalkulace? “

Odpověď zadavatele:

Stávající kabel pro skiagraf umístěný ve 3.NP je CYKY 3x50+35, napojen v NN rozvodně monobloku v1.PP v ploli pro obvody MDO. Kabel je uložen v rozvodně, dále od rozvodny k výtahům na kabelových rostech přichycen na sonápkách, dále stoupací šachticí rovněž na roštu do 3.NP a pak veden chodbou v podhledu k místu odbočení do ovladovny. Takže je po celé délce uložen ve vzduchu, posledních cca 8 metrů je uložen v omítce. celková délka kabelu je cca 75 metrů.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

**Nově instalovaný kábel bude veden ve stejné trase, předpokládám kábel 5 x naprojektovaný
průřez s požární odolností vzhledem k požadavku TIČR**

V Karviné, dne 25.2.2026

Moravskoslezská nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel

I.S. JUDr. Rita Kubicová, advokátka