



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka „VZ1 CT“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„VZ1 CT“
Název zadavatele:	Moravskoslezská nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČO zadavatele:	IČ 00844853
URL adresa:	www.nspka.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html

Vážený dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

„V příloze č. 5 ZD-Technická specifikace je uvedeno:

Zadavatel požaduje v technické specifikaci klientskou diagnostickou stanici pro práci s multimodalitním portálem s minimálně dvěma medicínskými monitory (min. 22") a sestava musí splňovat radiologické platné standardy pro CT diagnostiku. Z prohlídky místa plnění vyplynulo, že jsou diagnostické stanice u zadavatele používány pro popis vyšetření i z jiných modalit, kde platné standardy pro CT diagnostiku nepostačují, především z důvodu nižší svítivosti.

DOTAZ Č.1:

Požaduje zadavatel dva barevné monitory s vysokým jasnem, aby splnil standardy i pro popis snímků z různých radiologických modalit?“

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel požaduje dva barevné monitory s vysokým jasnem.

Dotaz č.2:

„V příloze č. 4A Zadávací dokumentace – Obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy je uvedeno:

4. Místo a doba plnění



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

4.2. Smluvní strany se dohodly, že ve lhůtě do 2 týdnů od účinnosti této Kupní smlouvy předloží Prodávající Kupujícímu technologický projekt. Lhůta dodávky začne běžet dnem doručení písemné výzvy Kupujícího k zahájení plnění. Požadovaná lhůta demontáže a odvozu stávajícího CT přístroje, stavebních úprav a dodávky CT přístroje zahrnující montáž, uvedení do provozu a instruktáž obsluhy je max. 4 týdny od písemné výzvy Kupujícího.

DOTAZ č.2:

V návaznosti na ustanovení čl. 4.2 Kupní smlouvy, dle kterého je požadováno provedení demontáže a odvozu stávajícího CT přístroje, realizace stavebních úprav a dodávka nového CT přístroje včetně montáže, uvedení do provozu a instruktáže obsluhy ve lhůtě maximálně 4 týdnů od písemné výzvy Kupujícího k zahájení plnění, si dovoluujeme požádat o přehodnocení této lhůty. S ohledem na standardní výrobní a dodací lhůty zdravotnické techniky, které se u CT přístrojů běžně pohybují v řádu několika týdnů až měsíců (v závislosti na konfiguraci zařízení), a dále s přihlédnutím k nutnosti koordinace demontáže stávající technologie, realizace stavebních a případně elektroinstalačních úprav, revizí, montáže, testování, uvedení do provozu a zajištění instruktáže obsluhy, se jeví stanovená lhůta 4 týdnů jako objektivně velmi obtížně splnitelná. Za účelem zachování reálnosti plnění a zajištění řádné a kvalitní realizace předmětu veřejné zakázky si proto dovoluujeme zdvořile požádat o prodloužení lhůty plnění na maximálně 12 týdnů od písemné výzvy Kupujícího k zahájení plnění. “

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na lhůtě plnění uvedené v zadávacích podmínkách.

V Karviné, dne 25.2.2026

Moravskoslezská nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel

I.S. JUDr. Rita Kubicová, advokátka