



Dodatečné informace

k zakázce malého rozsahu č.: TRI/Gal/2013/08/ASK držák
na výběr dodavatele: **na dodávku a instalaci artroskopického držáku kolene**

Odpověď na dotazy (1)

Znění dotazu č. 1.:

Zadavatel požaduje

- možnost otáčení a rotace držáku o 360°


Dotaz č. 1:

Bude zadavatel akceptovat fixní držák, který plně vyhovuje a splňuje veškeré náročné požadavky při operaci. Výhodou fixace je nemožnost uvolnění či úhlového pootočení v průběhu operace.

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na svém požadavku možnosti otáčení a rotace držáku o 360°. Nebude tedy akceptovat fixní držák.

V Třinci dne 3. 4. 2013



Ing. Josef Cieslar, provozně-technický náměstek.....