

**Veřejná zakázka
„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou
Havířov, p.o.“**

**Oznámení o změně zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání
nabídek**

Dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ 00844896 www.nsphav.cz Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	JUDr. Ríta Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Zadavatel tímto v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) oznamuje tuto změnu zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentace se mění v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Požadované technické parametry – **Část 4 – Analyzátor moči – 1 ks.**

Nové znění požadovaných technických parametrů pro Část 4 – Analyzátor moči – 1 ks je:

ČÁST 4 – Analyzátor moči – 1 ks			
Parametr	Ano / Ne	Reálná hodnota	Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)
Nová (nerepasovaná) plně automatizovaná linka integrující chemické a mikroskopické vyšetření nativní moči s vyhodnocovacím SW			
Analýza moči chemicky: vyšetřované parametry – pH, specifická hmotnost, proteiny, bilirubin, urobilinogen, glukóza, ketolátky, erytrocyty (hemoglobin), leukocyty, nitrity, barva a zákal. Princip – reflexní fotometrie (diagnostické proužky), příp. refraktometrie, turbidimetrie. Zajištění potlačení interference kys. askorbové nebo její měření. Možnost rozšíření chemického modulu o měření dalších parametrů – albumin a kreatinin			
Vyšetření močového sedimentu: automaticky vyhodnocované kategorie – erytrocyty, leukocyty, bakterie, kvasinky, epitelia, válce, krystaly, hlen, spermie. Princip měření – automatizovaná mikroskopie (digitální analýza obrazu močových elementů). Bližší specifikace elementů (krystaly, válce, epitelia) obsluhou			
Uzavřená platforma močové linky			
Stabilita proužků na palubě minimálně 3 dny			
Minimální požadovaný objem vzorků do 3 ml			
Rychlost min. 60 vzorků / hod			
Automatické promíchání vzorku před pipetováním (nepřípustné promíchávání vzduchem)			
Integrovaná čtečka čárových kódů pro identifikaci vzorků			
SW i mechanické propojení chemické a mikroskopické části linky			
Nezávislost činnosti jednotlivých modulů (při poruše jednoho modulu zůstává druhý modul funkční)			
Možnost porovnání výsledku chemického vyšetření a močového sedimentu na jedné obrazovce			
Kontinuální vkládání vzorků za chodu			

močové linky			
Zálohy primárních dat. Pamět min. 10000 výsledků vyšetření sedimentů a chemického vyš. moči a možnost archivace			
Napojení do laboratorního informačního systému (Open LIMS)			

Zadavatel uveřejňuje zároveň s tímto oznámením i změnu technické specifikace pro Část 4 VZ v souboru Word, který tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

S ohledem na skutečnost, že zadavatelem uvedené změny zadávací dokumentace jsou způsobilé rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, zadavatel stanovuje nově lhůtu pro podání nabídek: 27.12.2019 9.00 hod.

Prodloužená lhůta pro podání nabídek (27.12.2019 9.00 hod) se vztahuje na všechny části veřejné zakázky.

V Havířově, dne 25.11.2019

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Příloha č. 1 – Požadované technické parametry – část 4 VZ