

Veřejná zakázka
„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13,14

Dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“
Název zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČO zadavatele:	IČ 00844896
URL adresa:	www.nsphav.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace. Zároveň v návaznosti na níže uvedené dotazy rovněž dle § 99 ZZVZ mění zadávací dokumentaci v souladu s jednotlivými odpověďmi zadavatele.

Vysvětlení a změna ZD č. 13 - část VZ 39 – Plicní ventilátory

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 1

V příloze zadávací dokumentace -Technická specifikace, pro část 39. Plicní ventilátory zadavatel požaduje automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů a následně automatický zpětnovazební ventilační režim dle naměřených hodnot ET_{CO2} upravující parametry ventilace pro odvykání z UPV

Současné trendy ventilační léčby zvláště kriticky nemocných pacientů se přiklání k personifikaci ventilace s přístroji, které na základě měření EELV, tlakového a deformačního zatížení plicního parynchemu, měřením trans pulmonálních tlaků určují bezpečné hodnoty dechových objemů V_t a tlaku PEEP u konkrétního pacienta, testují rekrutabilitu a tím eliminují další poškození pacienta. V požadavcích zadavatele ani jeden z těchto parametrů zmíněný není.

Dotaz: Bude Zadavatel akceptovat nabídku přístroje vybavené současnými protektivními nástroji pro optimalizaci personifikované plicní ventilace založené na základě výše uvedených měření a zahrnujících komplexní stav konkrétního pacienta. Tyto parametry mají současně vliv na efektivnost odvykání z UPV.

Akceptováním tohoto řešení bude vyhověno současným trendům a medicínskému účelu použití pro ventilaci pacientů na oddělení ARO

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat i technologické řešení uvedené dodavatelem.

Vysvětlení a změna ZD č. 14

část VZ 23 – Inkubátory

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v části: „23. Inkubátory“ požaduje:

- dostatečný prostor pro nohy při práci vsedě (vysouvací šuplík na obě strany)

Bude Zadavatel akceptovat technologické řešení, kdy je šuplík, který je umístěný vespod inkubátoru otáčecí a vysouvací na jednu stranu? Akceptováním tohoto řešení bude plně vyhověno medicínskému účelu poptávaného přístroje.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat technologické řešení uvedené dodavatelem.

část VZ 41 – Centrální monitor 1 ks a monitory životních funkcí 7 ks

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci

Dotaz č. 2:

Zadavatel v části 41 "Centrální monitor 1 ks a monitory životních funkcí 7 ks" požaduje:

- histogram HR a SpO2

Dle dostupných informací, je tento požadavek využíván hlavně u novorozenců a dětských pacientů. Bude Zadavatel akceptovat obdobné řešení, kdy pro měření a následné zobrazení požadovaných parametrů jsou k dispozici grafické a tabulkové trendy, které jsou průběžně aktualizovány a ukládány po dobu 96 hodin? Akceptováním tohoto řešení bude plně vyhověno

medicinálnímu účelu poptávaného přístroje.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat technologické řešení uvedené dodavatelem s poukázáním na skutečnost, že pokud se jedná o dobu zobrazování trendů, pro potřeby zadavatele je plně dostačující parametr uvedený v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Požadované technické parametry, a to *zobrazování trendů v grafické a číselné formě po dobu 72 hod. – víkendový režim.*

S ohledem na skutečnost, že zadavatelem uvedené změny zadávací dokumentace jsou způsobilé rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, zadavatel stanovuje nově lhůtu pro podání nabídek: 13.1.2020 9.00 hod.

V Havířově, dne 11.12.2019

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka