

Veřejná zakázka
„Výpůjčka 10 ks dialyzačních monitorů a dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	„Výpůjčka 10 ks dialyzačních monitorů a dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ 00844896 www.nsphav.cz Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedeného dotazu dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:

Dotaz č.1

K části 2 VZ Výpůjčka 5 ks dialyzačních monitorů pro chronickou i akutní dialýzu a dodávky souvisejícího spotřebního materiálu

Technická specifikace 5 ks dialyzačních přístrojů

Přehledný otočný barevný dotykový displej

Uchazeč si dovoluje rozporovat požadavek zadavatele na přehledný „otočný“ barevný dotykový displej. Manipulace s přístrojem, který nedisponuje otočnou obrazovkou, není náročná pro obsluhující personál. Uchazeč je přesvědčen, že hemodialyzační přístroj, který disponuje přehlednou barevnou dotykovou obrazovku (nikoliv otočnou) na 4 kolečkách, plnohodnotně plní svůj účel, k němuž je určen a nemá vliv na bezproblémovou funkčnost, kvalitu a požadované normy, které přístroj bez otočné obrazovky jednoznačně splňuje. Obrazovka uchazeče je integrovaná z hlediska snazší údržby při čištění povrchu přístroje. Integrovaná dotyková obrazovka o rozměrech 15" zaručuje pohodlný přehled všech parametrů o průběhu léčby. Disponuje kvalitním displejem, který je jasně čitelný ve vzdálenosti 3m od

přístroje pod různými pozorovacími úhly. Minimálně $\pm 70^\circ$ horizontálním a $\pm 50^\circ$ vertikálním směru při kontrastním poměru větším než 5. Z toho důvodu zde nevzniká potřeba natáčet obrazovku, tudíž požadavek zadavatele na otočnou obrazovku je nadbytečný a diskriminující. Navíc co se manipulace týče, přístroj uchazeče disponuje sety, které lze zavést jen jednou rukou. Ostatní konkurenční přístroje mají mnohem složitější zavádění setu za nutnosti manipulace se sety oběma rukama. Výměna setu je mnohem častější úkon, než je nutnost natočení obrazovky. V požadovaných parametrech uvedených v zadávací dokumentaci přitom zadavatel výše uvedené vůbec nezohlednil. Monitor uchazeče dále disponuje funkcí odeslání dat do centrálního stanoviště. Zde službu konající personál má vše pod kontrolou a přehledně na centrální obrazovce.

Z výše uvedeného vyplývá, že požadavek zadavatele na otáčení barevné dotykové obrazovky je neopodstatněný a porušuje tím zásadu zákazu diskriminace dle §6 ZZVZ.

Rádi bychom se proto zadavatele dotázali, zda bude akceptovat barevnou dotykovou obrazovku napevno zasazenou do těla přístroje, jestliže lze snadno otáčet celým přístrojem a přístroj disponuje výhodami výše uvedenými?

Odpověď zadavatele :

Zadavatel požaduje technickou funkcionalitu tak, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci. Vzhledem k navýšení počtu dialyzačních míst na pracovišti zadavatele došlo k výraznému zmenšení manipulačního prostoru kolem lůžek pacientů. Manipulace s celým přístrojem je pro zadavatele nekomfortní a zpomaluje v práci (nutnost obcházení lůžka, odbrzdění kolečka, pootočení přístroje, zabrzdění).

Požadovaný parametr je v případě zadavatele opodstatněný a není diskriminační, tomuto parametru vyhovuje více dodavatelů.

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci:

Dotaz č.2

K části 2 VZ Výpůjčka 5 ks dialyzačních monitorů pro chronickou i akutní dialýzu a dodávky souvisejícího spotřebního materiálu

Technická specifikace 5 ks dialyzačních přístrojů

Měření saturace krve kyslíkem

Má zadavatel na mysli vestavný modul pro měření saturace kyslíkem nebo bude akceptovat možnost externího měření saturace, které je velmi nenáročné?

Odpověď zadavatele :

Zadavatel požaduje integrovaný modul pro měření saturace krve kyslíkem, neboť separátní modul by na sebe vázal nutnost nákupu a výměn dalšího spotřebního materiálu (např. baterie), nutnost kontrol BTK, atd., kdy se jedná o kroky zpomalující další úkony při poskytování zdravotní péče, které zadavatel při integrovaném modulu nemusí řešit.

V Havířově, dne 9.1.2020

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel

i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka