



Oznámení o zahájení zadávacího řízení

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu, **zadávanou mimo zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s využitím elektronického nástroje:

„Dodávky spotřebního materiálu a výpůjčka acidobazického analyzátoru a tromboelastometru pro ARO“

Číslo spisu: **SNO/Otr/2020/20/spotř.mat.+analyzátor a tromboelastometr-ARO**

Číslo zakázky: **P20V00000109**

(dále jen „VZ“)

Základní údaje o zadávacím řízení

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:	Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Adresa zadavatele:	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČO zadavatele:	47813750
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	Bc. Roxana Otrubová, referent majetkové správy
Telefon:	553 766 187, 777 591 238
E-mail:	roxana.otrubova@snopava.cz
www:	www.snopava.cz

2. DRUH A PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Druh: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.

Předmět: : Předmětem veřejné zakázky jsou **průběžné dílčí dodávky reagensů, včetně kalibračního a kontrolního materiálu a veškerého ostatního spotřebního materiálu nutného pro provádění vyšetření hemostázy, včetně bezplatné výpůjčky acidobazického analyzátoru a tromboelastometru pro anesteziologicko-resuscitační oddělení zadavatele na dobu neurčitou.**

3. DODACÍ PODMÍNKY – MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Místo plnění: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, ARO.

Doba plnění: Předpokládaná doba plnění – po uzavření smlouvy. Prodávající je povinen dodat kupujícímu předmět výpůjčky do místa plnění, kterým je sídlo zadavatele, do 90 kalendářních dnů od data účinnosti kupní smlouvy a smlouvy o výpůjčce. Plnění VZ (tzn. dodávky spotřebního materiálu, vč. kontrolního a kalibračního materiálu, apod.) bude uskutečňováno na základě dílčích objednávek dle aktuální potřeby zadavatele. Zadavatel není povinen objednat u vybraného dodavatele předmět VZ v celé předpokládané hodnotě VZ. Dodávky je nutno uskutečňovat výhradně v pracovní dny v době od 7 – 14 hod.

4. PŘÍSTUP K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (zadávací dokumentace)

Bližší info:

https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html

PROFIL ZADAVATELE:

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

5. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídka účastníka ZŘ bude podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové adrese:

https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html **ve lhůtách** uvedených tamtéž.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude kalkulací veškerých nákladů potřebných k provedení předpokládaného počtu testů za 4 roky. Cenová kalkulace bude obsahovat detailní rozpis veškerého potřebného materiálu.

Celková nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Účastník ZŘ je povinen do celkové nabídkové ceny zahrnout všechny případné náklady a další výdaje, které mu při realizaci podle této VZ vzniknou nebo mohou vzniknout.

Nabídková cena bude zpracována v souladu s výzvou a dalšími dokumenty obsahujícími vymezení předmětu této veřejné zakázky.

Nabídková cena zde bude uvedena v členění:

- cena v Kč bez DPH
- výše DPH (v % a v Kč)
- cena v Kč vč. DPH

7. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH A HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnotícím kritériem bude ekonomická výhodnost nabídky, přičemž zadavatel stanovil jednotlivá dílčí hodnotící kritéria a přiřadil jim váhu v procentech dle následujícího rozdělení:

1. Celková nabídková cena spotřebního materiálu v Kč bez DPH	70%
---	------------

Celková nabídková cena za předpokládaný počet všech vyšetření (tzn. za 14 400 vyšetření) za 4 roky, tzn. kalkulace ceny reagentů, včetně veškerého kontrolního, kalibračního a ostatního materiálu, potřebného pro provedení stanoveného počtu vyšetření za 4 roky = Cenová kalkulace

2. Technické parametry	
-------------------------------	--

- | | |
|--|-------------------|
| ➤ 2.A Automatická validace každého vzorku dle Wetgardových pravidel TAE ANO/NE | 10% |
| ➤ 2.B Podmínka měření iCa od 0,1 mmol/l ANO/NE | celkem 10% |

pokud ANO pak přesnost (iCa mmol/l) v návaznosti na primární standart musí splňovat:

- i. Hladina iCa 0,150 mmol/l maximální chyba měření do 0,02 mmol/l (ANO/NE)
- ii. Hladina iCa 0,250 mmol/l maximální chyba měření do 0,02 mmol/l (ANO/NE)

2.C Detekce a upozornění na interferující látky (Heparin, Thiopental, Fentanyl....atd.) vč. automatického oznámení, které parametry jsou ovlivněny. V případě významného ovlivnění výsledku, aktivně parametr nepovolit ANO/NE

10%

Způsob hodnocení:

1. Hodnotící kritérium

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou. Cena bude uvedena v Kč vč. DPH.

Vzorec pro výpočet:

Bodová hodnota = $70 * \text{Hodnota nejvhodnější nabídky} / \text{Hodnota posuzované nabídky}$.

2. Hodnotící kritérium

Body získá ta nabídka, která uvedeně řešení splňuje, naopak nabídka nesplňující technické řešení body nezíská.

2.A Bodová hodnota = 10 bodů pro nabídku, jež technické řešení požadované v tomto kritériu splňuje a 0 bodů pro nabídku, jež toto technické řešení nesplňuje.

2.B Bodová hodnota = 5 bodů pro nabídku, jež technické řešení požadované v tomto kritériu „i“ splňuje a 5 bodů pro nabídku, jež technické řešení požadované v tomto kritériu „ii“ splňuje a 0 bodů pro nabídku, jež toto technické řešení nesplňuje.

2.C Bodová hodnota = 10 bodů pro nabídku, jež technické řešení požadované v tomto kritériu splňuje a 0 bodů pro nabídku, jež toto technické řešení nesplňuje.

Vítězná bude nabídka s nejvyšším skóre (tzn. s nejvyšším počtem bodů).

Cenu uveďte s i bez DPH.

Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve nabídky hodnotit a až poté posoudit nabídku vybraného dodavatele.

Veškeré další relevantní informace a požadavky zadavatele jsou součástí dokumentů zveřejněných na profilu zadavatele, dle bodu 4. PŘÍSTUP K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (zadávací dokumentace) této výzvy.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel