



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Veřejná zakázka
**VZ „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici
s poliklinikou Havířov, p.o.“**

Část 7 VZ – Ultrazvuk

Zadavatel: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896
zastoupený Ing. Norbertem Schellongem, MPH, ředitelem
profil zadavatele na: https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Kontaktní osoba zadavatele: JUDr. Rita Kubicová, advokátka
se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava
IČ 71332529

Oznámení o výběru dodavatele

Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení

Zadavatel v souladu s ust. § 50 a § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), oznamuje výběr dodavatele v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“ – část 7 VZ – Ultrazvuk.

Zároveň zadavatel podle ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ oznamuje rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“ – část 7 VZ – Ultrazvuk.

Nabídku podali tyto účastníci:

8. NIMOTECH, s.r.o.
se sídlem Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno
IČ: 18825605

10. FORSON CZ s.r.o.
se sídlem Ohradní 1087/63, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 04645821

Zadavatel tímto v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ rozhodl o vyloučení účastníka zadávacího řízení :

10. FORSON CZ s.r.o.
se sídlem Ohradní 1087/63, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 04645821



Odůvodnění:

1. Zadavatel v rámci technických parametrů požadoval:

- *Plochý barevný LCD monitor min. 21" s vysokou rozlišovací schopností, výškově a stranově stavitelný na nezávislém rameni*

Účastník v nabídce nedoložil, zda jím nabízený přístroj splňuje požadovaný parametr v tom smyslu, že monitor je výškově a stranově stavitelný na nezávislém rameni. **Žádostí podle § 46 ZZVZ zadavatel vyzval účastníka k jednoznačnému doložení, že nabízený přístroj splňuje zadavatelem požadovaný parametr.**

Odpověď účastníka:

„Ano, monitor má 21,5", je výškově i stranově stavitelný na nezávislém rameni. Viz. katalog“

Stanovisko zadavatele:

V katalogu na str. 26 nabídky je uvedeno, cit. : „21,5“ FULL HD LED MONITOR S IPS TECHNOLOGIÍ“ Není zde uvedeno, že monitor je výškově a stranově stavitelný na nezávislém rameni.

2. Zadavatel v rámci technických parametrů požadoval:

- *Minimálně 2x USB porty na ovládacím panelu*

Účastník v nabídce uvedl, že jím nabízený přístroj má 6 x USB port, nicméně nebylo specifikováno ani doloženo, že 2 USB porty jsou na ovládacím panelu. **Žádostí podle § 46 ZZVZ zadavatel vyzval účastníka k jednoznačnému doložení, že nabízený přístroj splňuje zadavatelem požadovaný parametr.**

Odpověď účastníka:

„Ano, ultrazvuk má 2x USB na ovládacím panelu. Další porty jsou ze zadní strany přístroje. Viz. katalog“.

Stanovisko zadavatele:

Z katalogu není zřejmé, že jsou porty na ovládacím panelu, je zde pouze uvedeno 6x USB port.

3. Zadavatel v rámci technických parametrů požadoval:

- *Archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, TIFF*

Doložení zadavatelem požadovaného parametru nebylo v nabídce nenalezeno ve vztahu k formátu TIFF. **Žádostí podle § 46 ZZVZ zadavatel vyzval účastníka k jednoznačnému doložení, že nabízený přístroj splňuje zadavatelem požadovaný parametr.**

Odpověď účastníka:

„Ultrazvuk nabízí tyto formáty BMP, JPEG, DICOM, AVI, WMV, RAW data, formát TIFF je v současné době již nepoužívá. Viz. katalog“

Stanovisko zadavatele:

Účastníkem nabízený přístroj nesplňuje zadavatelem požadovaný parametr.

4. Zadavatel v rámci technických parametrů požadoval:

- *Automatické nastavení úhlové korekce a steeringu na lin. sondě*

Účastník v nabídce neuvedl ani nedoložil, zda je nastavení „automatické“. Žádostí podle § 46 ZZVZ zadavatel vyzval účastníka k jednoznačnému doložení, že nabízený přístroj splňuje zadavatelem požadovaný parametr.

Odpověď účastníka:

„Ano, je automatické.“

Stanovisko zadavatele:

Účastník ani po výzvě podle § 46 ZZVZ nedoložil jednoznačně, zda jím nabízený přístroj splňuje parametr požadovaný zadavatelem.

5. Zadavatel v rámci technických parametrů požadoval:

- *Systém odrušení speklí nastavitelný v několika krocích (ne jen on/off)*

Účastník v nabídce neuvedl ani nedoložil, zda jím nabízený přístroj disponuje parametrem „ne jen on/off“. Žádostí podle § 46 ZZVZ zadavatel vyzval účastníka k jednoznačnému doložení, že nabízený přístroj splňuje zadavatelem požadovaný parametr.

Odpověď účastníka:

„Ano, odrušení speklí má ultrazvuk nastavitelný ve více krocích.“

Stanovisko zadavatele:

Účastník ani po výzvě podle § 46 ZZVZ nedoložil jednoznačně, zda jím nabízený přístroj splňuje parametr požadovaný zadavatelem.

6. Zadavatel v rámci technických parametrů požadoval:

- *Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální sondy s vysokým axiálním a laterálním rozlišením, typu "Single Crystal", popř. s akustickým zesilovačem a technickým řešením zlepšující axiální a laterální rozlišení.*

Zadavatel nenalezl v nabídce žádný z těchto požadovaných parametrů. Žádostí podle § 46 ZZVZ zadavatel vyzval účastníka k jednoznačnému doložení, že nabízený přístroj splňuje zadavatelem požadované parametry.

Odpověď účastníka:

„Ano, splňujeme.“

Stanovisko zadavatele:

Účastník ani po výzvě podle § 46 ZZVZ nedoložil jednoznačně, zda jím nabízený přístroj splňuje parametry požadované zadavatelem.



7. Zadavatel v rámci technických parametrů požadoval:

- *automatické zmrazení sond při nečinnosti po určeném čase*

Doložení zadavatelem požadovaného parametru nebylo v nabídce nalezeno. Žádostí podle § 46 ZZVZ zadavatel vyzval účastníka k jednoznačnému doložení, že nabízený přístroj splňuje zadavatelem požadovaný parametr.

Odpověď účastníka:

„Ano, na námi nabízeném ultrazvuku je možné nastavit automatické zamrazení sond v uživatelsky určeném čase.“

Stanovisko zadavatele:

Účastník ani po výzvě podle § 46 ZZVZ nedoložil jednoznačně, zda jím nabízený přístroj splňuje parametry požadované zadavatelem.

8. Zadavatel v rámci technických parametrů požadoval:

- *lineární sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 4 – 13 MHz, šíře min. 50mm*

Účastník v nabídce uvedl „ANO“ a v rámci uvedené reálné hodnoty uvedl rozsah **3-12 MHz**. Žádostí podle § 46 ZZVZ zadavatel vyzval účastníka k vysvětlení a objasnění této nesrovnalosti.

Odpověď účastníka:

„Ano, vzhledem k tomu, že každá ultrazvuková sonda má z technické podstaty a fyzikálních vlastností průběhu frekvence reálné doběhové frekvenční hodnoty vyšší, splňuje i námi dodávaná sonda požadovaný frekvenční rozsah.“

Stanovisko zadavatele:

Účastníkem nabízený přístroj nesplňuje zadavatelem požadovaný parametr.

9. Zadavatel v rámci technických parametrů požadoval:

- *lineární sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 2 – 9 MHz, šíře max. 45mm*

Účastník v nabídce uvedl „ANO“ a v rámci uvedené reálné hodnoty uvedl rozsah **3-12 MHz**. Žádostí podle § 46 ZZVZ zadavatel vyzval účastníka k vysvětlení a objasnění této nesrovnalosti.

Odpověď účastníka:

„Ano, klinicky 1MHz v této hodnotě nemá vliv, nižší MHz souvisí s vyšší hloubkou vyšetření, naše sonda zobrazuje s uváděným frekvenčním rozsahem až do hloubky 40cm.“

Stanovisko zadavatele:

Účastníkem nabízený přístroj nesplňuje zadavatelem požadovaný parametr.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ČESKÉ REPUBLIKY

Z výše uvedených důvodů se zadavatel rozhodl vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek podle ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

S ohledem na skutečnost, že v rámci části 7. předmětného zadávacího řízení, po vyloučení účastníka s nabídkou č. 10 – společnosti FORSON CZ s.r.o., zůstal jediný účastník, který splnil kvalifikaci a zadávací podmínky, zadavatel v souladu s ust. § 122 odst. 2 ZZVZ neprovedl hodnocení a v souladu s ust. § 50 ZZVZ oznamuje, že **vybraným dodavatelem je společnost NIMOTECH, s.r.o., se sídlem Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno, IČ: 18825605.**

Poučení:

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele lze podat námitky, a to ve lhůtě podle ust. § 242 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podle ust. § 246 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele nesmí zadavatel uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem. Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat námitky, a to ve lhůtě podle ust. § 242 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podle ust. § 246 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení nesmí zadavatel uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.

V Havířově dne 13.5.2020

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
zastoupená Ing. Norbertem Schellongem, MPH,
ředitelem

Příloha:

Výsledek posouzení podmínek účasti vybraného dodavatele

