



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



## Veřejná zakázka VZ „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“

### Část 10 VZ – Resuscitační lůžka elektricky polohovatelná

**Zadavatel:** Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace  
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov  
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896  
zastoupený Ing. Norbertem Schellongem, MPH, ředitelem  
profil zadavatele na: [https://msk.ezak.cz/profile\\_display\\_4.html](https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html)

**Kontaktní osoba zadavatele:** JUDr. Rita Kubicová, advokátka  
se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava  
IČ 71332529

### Oznámení o výběru dodavatele

#### Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení

Zadavatel v souladu s ust. § 50 a § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), oznamuje výběr dodavatele v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“ – část 10 VZ – Resuscitační lůžka elektricky polohovatelná.

Zároveň zadavatel podle ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ oznamuje rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“ – část 10 VZ – Resuscitační lůžka elektricky polohovatelná.

Nabídku podali tyto účastníci:

**9. L I N E T spol. s r.o.**  
se sídlem Želečnice 5, 274 01 Slaný  
IČ: 00507814

**28. Medsol s.r.o.**  
se sídlem Lužná 591/4, PSČ 160 00 Praha 6 - Vokovice  
IČ: 24201596

**Zadavatel tímto v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ rozhodl o vyloučení účastníka zadávacího řízení :**

**28. Medsol s.r.o.**  
se sídlem Lužná 591/4, PSČ 160 00 Praha 6 - Vokovice  
IČ: 24201596

**Odůvodnění:**



**1. Zadavatel v rámci technických parametrů požadoval:**

- *stabilní a jednoduše čistitelná **sloupová** konstrukce lůžka*

Účastník neuvádí ani ano, ani ne. Uvedl, že nabízený přístroj má konstrukci **pákovou**.

**2. Zadavatel v rámci technických parametrů požadoval:**

- *náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy **minimálně 13°** pomocí elektromotoru*  
Účastník nabízí 12° s argumentem, že jsou v přípustné toleranci +/- 10%. Hodnotící komise k tomu uvádí, že 10% toleranční rozsah se vztahuje pouze na technické parametry, které nejsou označené minimální nebo maximální hodnotou. Přístroj nabízený účastníkem nesplňuje parametr požadovaný zadavatelem.

**3. Zadavatel v rámci technických parametrů požadoval:**

- *snímání C ramenem po celé délce lůžka*

Účastník ohledně tohoto parametru neuvádí ničeho. Hodnotící komise konstatuje, že snímání C-ramenem po celé délce u lůžka s pákovou konstrukcí není možné, protože se tam fyzicky nelze dostat.

Přístroj nabízený účastníkem nesplňuje parametr požadovaný zadavatelem.

**4. Zadavatel v rámci technických parametrů požadoval:**

- *integrovaný držák RTG kazety nastavitelný ve vertikální i horizontální rovině*

Účastník u požadovaného parametru neuvedl, že jím nabízený přístroj tento parametr obsahuje a neuvedl ani odkaz na konkrétní stranu nabídky, kde by byl tento parametr specifikovaný.

**5. Zadavatel v rámci technických parametrů požadoval:**

- *odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech*

Účastník u požadovaného parametru neuvedl, že jím nabízený přístroj tento parametr obsahuje a neuvedl ani odkaz na konkrétní stranu nabídky, kde by byl tento parametr specifikovaný.

**6. Zadavatel v rámci technických parametrů požadoval:**

- *automatická brzda lůžka, která se aktivuje po připojení do sítě*

Účastník u požadovaného parametru neuvedl, že jím nabízený přístroj tento parametr obsahuje a neuvedl ani odkaz na konkrétní stranu nabídky, kde by byl tento parametr specifikovaný.

**7. U žádného z technických parametrů na matrace a noční stolky není uvedena specifikace reálné hodnoty ani odkaz na konkrétní stranu nabídky, kde by byly tyto parametry uvedené.**

**Z výše uvedených důvodů se zadavatel rozhodl vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek podle ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



S ohledem na skutečnost, že v rámci části 10. předmětného zadávacího řízení, po vyloučení účastníka s nabídkou č. 28 – společnosti Medsol s.r.o., zůstal jediný účastník, který splnil kvalifikaci a zadávací podmínky, zadavatel v souladu s ust. § 122 odst. 2 ZZVZ neprovedl hodnocení a v souladu s ust. § 50 ZZVZ oznamuje, že **vybraným dodavatelem je společnost L I N E T spol. s r.o., se sídlem Želečnice 5, 274 01 Slaný, IČ: 00507814.**

Poučení:

*Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele lze podat námitky, a to ve lhůtě podle ust. § 242 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podle ust. § 246 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele nesmí zadavatel uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem. Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat námitky, a to ve lhůtě podle ust. § 242 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podle ust. § 246 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení nesmí zadavatel uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.*

V Havířově dne 13.5.2020

Nemocnice s poliklinikou Havířov,  
příspěvková organizace  
zastoupená Ing. Norbertem Schellongem, MPH,  
ředitelem

Příloha:

Výsledek posouzení podmínek účasti vybraného dodavatele

