



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Veřejná zakázka VZ „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“

Část 12 VZ – Pojízdni RTG JIP

Zadavatel: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896
zastoupený Ing. Norbertem Schellongem, MPH, ředitelem
profil zadavatele na: https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Kontaktní osoba zadavatele: JUDr. Rita Kubicová, advokátka
se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava
IČ 71332529

Oznámení o výběru dodavatele

Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení

Zadavatel v souladu s ust. § 50 a § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, oznamuje výběr dodavatele v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“ – část 12 VZ – Pojízdni RTG JIP.

Zároveň zadavatel podle ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ oznamuje rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“ – část 12 VZ – Pojízdni RTG JIP.

Nabídku podali tyto účastníci:

12. FOMEI s.r.o.

se sídlem U Libeňského pivovaru 2015/10, PSČ 180 00 Praha 8
IČ: 46504869

14. NORTH MED spol. s r.o.

se sídlem Bělocerkevská 1176/12, Vršovice, 100 00 Praha 10
IČ: 25457811

23. MEDIFINE a.s.

se sídlem Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno
IČ: 27718948

27. EXRAY s.r.o.

se sídlem Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí
IČ: 01647580





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Zadavatel tímto v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ rozhodl o vyloučení účastníka zadávacího řízení :

12. FOMEI s.r.o.

*se sídlem U Libeňského pivovaru 2015/10, PSČ 180 00 Praha 8
IČ: 46504869*

Odůvodnění:

Zadavatel v rámci technických parametrů požadoval:

- *nominální výkon min. 30 kW*

Účastník v nabídce uvedl ANO, 32 kW.

Zadavatel poslal účastníkovi žádost podle § 46 ZZVZ, kdy konstatoval, že sice účastník uvedl v nabídce ANO, 32 kW, ale jedná se o maximální výkon generátoru. Nikde v nabídce nebylo uvedeno, že se jedná o nominální hodnotu. Zadavatel žádal účastníka o doložení originálu datasheetu za účelem ověření tohoto parametru.

Účastník v rámci odpovědi na žádost podle § 46 ZZVZ k tomuto parametru uvedl:

Výrobce uvádí, že nominální výkon přístroje je jakýkoliv výkon, který odpovídá nastaveným expozičním parametrům, tj. napětí na rentgence (kV) a proud na rentgence (mA). V příložené technické specifikaci uvádí výrobce jako příklad nominální výkon 16 kW při parametrech 100 kV, 160 mA. Při parametrech 100 kV, 320 mA je nominální výkon roven maximálnímu výkonu, tj. 32 kW. Maximální výkon se stanovuje při napětí na rentgence 80 kV a u přístroje FUJI FDR PLUS je stanoven výrobcem na 32 kW. Nominální maximální expoziční napětí a maximální proud na rentgence v případě, kdy je umožněno maximální expoziční napětí, je 133 kV při 200 mA. Nominální maximální expoziční proud a maximální napětí na rentgence v případě, kdy je umožněn maximální expoziční proud, je 400 mA při 80 kV. Námí nabízený přístroj je tudíž plně v souladu s požadavkem stanoveným zadavatelem v rámci zadávací dokumentace.

Zároveň doložil 2 strany (z celkových 11) dokumentu obsahujícího technické údaje.

Zadavatel k tomu uvádí následující:

- Účastník na výše uvedenou žádost zadavatele o objasnění ve vztahu k tomuto parametru odpověděl neurčitě, s nic nevysvětlujícím textem.
- Nominální výkon se vždy udává jako jedna hodnota, a ne jako příklad u různých parametrů.
- V dodané „dokumentaci“ je jasně uveden nominální výkon 16 kW a není zde napsáno, že se jedná o nějaký příklad.
- Zadavatel jasně požadoval doložení originálu datasheetu, byla však dodána pouze jedna stránka z nějakého 11 stránkového dokumentu, u kterého není jasné zda se jedná o datasheet. Odpověď účastníka nelze z dodaného dokumentu verifikovat.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Z výše uvedeného důvodu se zadavatel rozhodl vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek podle ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Zadavatel tímto v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ rozhodl o vyloučení účastníka zadávacího řízení :

27. EXRAY s.r.o.

se sídlem Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí
IČ: 01647580

Odůvodnění:

Zadavatel v rámci podmínek prokázání profesní způsobilosti požadoval (mimo jiné) předložení dokladu prokazujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost prokazuje – konkrétně potvrzení o registraci účastníka jakožto dovozce (případně distributora) a osoby provádějící servis nabízených přístrojů, které vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv, příslušný podle § 9 písm. b) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

Účastník nepředložil doklad o registraci nabízeného zdravotnického prostředku. Po výzvě dle § 46 ZZVZ sice doložil žádost o notifikaci zdravotnického prostředku ze dne 27.4.2020, nicméně tím neprokázal požadovanou podmínku, naopak, tím, že účastník teprve podal žádost, je zřejmé, že tuto podmínku profesní způsobilosti nespĺňuje.

Z výše uvedeného důvodu se zadavatel rozhodl vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek podle ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Nabídky, které byly předmětem hodnocení:

14. NORTH MED spol. s r.o.

se sídlem Bělocerkevská 1176/12, Vršovice, 100 00 Praha 10
IČ: 25457811

23. MEDIFINE a.s.

se sídlem Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno
IČ: 27718948

Hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky na základě nejnižší nabídkové ceny.

Hodnotící kritérium:

Nabídková cena bez DPH

100%



Výsledná tabulka hodnocení:

Nabídka č.	Účastník	Celková nabídková cena bez DPH v Kč	Výsledné pořadí
14	NORTH MED spol. s r.o.	2.438.000,-	2
23	MEDIFINE a.s.	1.975.000,-	1

Na základě shora uvedených skutečností rozhodl zadavatel v rámci části 12 veřejné zakázky „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“, že **vybraným dodavatelem je společnost MEDIFINE a.s. se sídlem Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno, IČ: 27718948.**

Poučení:

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele lze podat námitky, a to ve lhůtě podle ust. § 242 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podle ust. § 246 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele nesmí zadavatel uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem. Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat námitky, a to ve lhůtě podle ust. § 242 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podle ust. § 246 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení nesmí zadavatel uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.

V Havířově dne 13.5.2020

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
zastoupená Ing. Norbertem Schellongem, MPH,
ředitelem

Přílohy:

Zpráva o hodnocení nabídek

Výsledek posouzení podmínek účasti vybraného dodavatele