



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Veřejná zakázka VZ „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“

Část 22 VZ – Defibrilátor

Zadavatel: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896
zastoupený Ing. Norbertem Schellongem, MPH, ředitelem
profil zadavatele na: https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Kontaktní osoba zadavatele: JUDr. Rita Kubicová, advokátka
se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava
IČ 71332529

Oznámení o výběru dodavatele

Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení

Zadavatel v souladu s ust. § 50 a § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), oznamuje výběr dodavatele v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“ – část 22 VZ – Defibrilátor.

Zároveň zadavatel podle ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ oznamuje rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“ – část 22 VZ – Defibrilátor.

Nabídku podali tito účastníci:

13. CHEIRÓN a.s.

se sídlem Praha 6 - Břevnov, Ulrychova 2260/13, PSČ 16200
IČ: 27094987

15. S & T Plus s.r.o.

se sídlem Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4
IČ: 25701576

Zadavatel tímto v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ rozhodl o vyloučení účastníka zadávacího řízení :

13. CHEIRÓN a.s.

se sídlem Praha 6 - Břevnov, Ulrychova 2260/13, PSČ 16200
IČ: 27094987

Odůvodnění:

Zadavatel v rámci technických parametrů požadoval:





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



- externí defibrilační elektrody s indikátorem kontaktu s tělem pacienta

Po prověření požadavků o objasnění zadavatel konstatuje, že předvedený přístroj nesplňuje požadavek na externí defibrilační elektrody s indikátorem kontaktu s tělem pacienta.

Indikátor kontaktu není na elektrodách, ale na displeji.

Z protokolu o vyzkoušení funkce přístroje a písemného vyjádření účastníka vyplývá, že účastník tvrdí, že „indikátor kontaktu je na defibrilačních elektrodách se zobrazením na displeji. Zadavatel nikde v technické specifikaci nepožadoval zobrazení tohoto indikátoru přímo na integrovaných defibrilačních elektrodách tudíž daný přístroj splňuje požadovaný technický parametr“.

Zadavatel s tímto tvrzením nesouhlasí. Požadavek, aby indikátor kontaktu byl přímo na elektrodách, vyplývá z formulace tohoto parametru v zadávací dokumentaci. Pojem indikátor pochází z lat. pojmu „indicare“, což znamená „ukazovat“, čili se jedná o požadavek na ukazatele. Indikátor je zařízení, které umožňuje sledovat nebo odečítat okamžitý stav nějakého systému. Indikace tedy předpokládá samotné zobrazení na systému (v tomto případě na elektrodách). Pokud zobrazení (čili indikace) není na elektrodách, ale na hlavním displeji přístroje, pak nabízený přístroj tento technický požadavek nesplňuje.

Z výše uvedených důvodů se zadavatel rozhodl vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek podle ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

S ohledem na skutečnost, že v rámci části 22. předmětného zadávacího řízení, po vyloučení účastníka s nabídkou č. 13 – společnosti CHEIRÓN a.s., zůstal jediný účastník, který splnil kvalifikaci a zadávací podmínky, zadavatel v souladu s ust. § 122 odst. 2 ZZVZ neprovedl hodnocení a v souladu s ust. § 50 ZZVZ oznamuje, že **vybraným dodavatelem je společnost S & T Plus s.r.o.**, se sídlem Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4, IČ: 25701576.

Poučení:

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele lze podat námitky, a to ve lhůtě podle ust. § 242 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podle ust. § 246 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele nesmí zadavatel uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem. Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat námitky, a to ve lhůtě podle ust. § 242 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podle ust. § 246 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení nesmí zadavatel uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.

V Havířově dne 13.5.2020

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
zastoupená Ing. Norbertem Schellongem, MPH,
ředitelem

Příloha:

Výsledek posouzení podmínek účasti vybraného dodavatele

