



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Veřejná zakázka VZ „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“

Část 34 VZ – UZ přístroj na gyn. příjmovou ambulanci

Zadavatel: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896
zastoupený Ing. Norbertem Schellongem, MPH, ředitelem
profil zadavatele na: https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Kontaktní osoba zadavatele: JUDr. Rita Kubicová, advokátka
se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava
IČ 71332529

Oznámení o výběru dodavatele

Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení

Zadavatel v souladu s ust. § 50 a § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), oznamuje výběr dodavatele v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“ – část 34 VZ – UZ přístroj na gyn. příjmovou ambulanci.

Zároveň zadavatel podle ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ oznamuje rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“ – část 34 VZ – UZ přístroj na gyn. příjmovou ambulanci.

Nabídku podali tyto účastníci:

8. NIMOTECH, s.r.o.
se sídlem Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno
IČ: 18825605

10. FORSON CZ s.r.o.
se sídlem Ohradní 1087/63, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 04645821

Zadavatel tímto v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ rozhodl o vyloučení účastníka zadávacího řízení :

10. FORSON CZ s.r.o.
se sídlem Ohradní 1087/63, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 04645821





Odůvodnění:

1. Zadavatel v rámci technických parametrů požadoval:

- *Plochý barevný LCD monitor min. 21" s vysokou rozlišovací schopností, výškově a stranově stavitelný na nezávislém rameni*

Účastník v nabídce nedoložil, zda jím nabízený přístroj splňuje požadovaný parametr v tom smyslu, že monitor je výškově a stranově stavitelný na nezávislém rameni. **Žádostí podle § 46 ZZVZ zadavatel vyzval účastníka k jednoznačnému doložení, že nabízený přístroj splňuje zadavatelem požadovaný parametr.**

Odpověď účastníka:

„Ano, LCD monitor 21,5" je výškově a stranově stavitelný na nezávislém rameni viz. foto v nabídce“

Stanovisko zadavatele:

Z foto v nabídce nelze požadovaný parametr – zejména stranovou nastavitelnost -rozeznat.

2. Zadavatel v rámci technických parametrů požadoval:

- *Minimálně 2x USB porty na ovládacím panelu*

Účastník v nabídce uvedl „ANO“, nicméně nebylo specifikováno ani doloženo, že 2 USB porty jsou na ovládacím panelu. **Žádostí podle § 46 ZZVZ zadavatel vyzval účastníka k jednoznačnému doložení, že nabízený přístroj splňuje zadavatelem požadovaný parametr.**

Odpověď účastníka:

„Ano, 2 USB na ovládacím panelu.“

Stanovisko zadavatele:

Z nabídky nadále není zřejmé, že jsou 2 USB porty na ovládacím panelu, účastník neprokázal plnění tohoto parametru.

3. Zadavatel v rámci technických parametrů požadoval:

- *Archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, TIFF*

Doložení zadavatelem požadovaného parametru nebylo v nabídce nenalezeno ve vztahu k formátu TIFF. **Žádostí podle § 46 ZZVZ zadavatel vyzval účastníka k jednoznačnému doložení, že nabízený přístroj splňuje zadavatelem požadovaný parametr.**

Odpověď účastníka:

„Nahrazen formátem BMP“.

Stanovisko zadavatele:

Účastníkem nabízený přístroj nesplňuje zadavatelem požadovaný parametr.



4. Zadavatel v rámci technických parametrů požadoval:

- Automatické nastavení úhlové korekce a steeringu na lin. sondě

Účastník v nabídce neuvedl ani nedoložil, zda je nastavení „automatické“. Žádostí podle § 46 ZZVZ zadavatel vyzval účastníka k jednoznačnému doložení, že nabízený přístroj splňuje zadavatelem požadovaný parametr.

Účastník se k tomuto technickému parametru ve své odpovědi nevyjádřil.

Stanovisko zadavatele:

Účastník ani po výzvě podle § 46 ZZVZ nedoložil jednoznačně, zda jím nabízený přístroj splňuje parametr požadovaný zadavatelem.

5. Zadavatel v rámci technických parametrů požadoval:

- 2D konvexní sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 2 - 9 MHz

Účastník v nabídce uvedl „ANO“ a v rámci uvedené reálné hodnoty uvedl rozsah 1-8 MHz. Žádostí podle § 46 ZZVZ zadavatel vyzval účastníka k vysvětlení a objasnění této nesrovnalosti.

Účastník se k tomuto technickému parametru ve své odpovědi nevyjádřil.

Stanovisko zadavatele:

Účastníkem nabízený přístroj nesplňuje zadavatelem požadovaný parametr.

6. Zadavatel v rámci technických parametrů požadoval:

- endokavitální 2D sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 2 – 11 MHz

Účastník v nabídce uvedl „ANO“ a v rámci uvedené reálné hodnoty uvedl rozsah 3-10 MHz. Žádostí podle § 46 ZZVZ zadavatel vyzval účastníka k vysvětlení a objasnění této nesrovnalosti.

Účastník se k tomuto technickému parametru ve své odpovědi nevyjádřil.

Stanovisko zadavatele:

Účastníkem nabízený přístroj nesplňuje zadavatelem požadovaný parametr.

Z výše uvedených důvodů se zadavatel rozhodl vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek podle ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

S ohledem na skutečnost, že v rámci části 34. předmětného zadávacího řízení, po vyloučení účastníka s nabídkou č. 10 – společnosti FORSON CZ s.r.o., zůstal jediný účastník, který splnil kvalifikaci a zadávací podmínky, zadavatel v souladu s ust. § 122 odst. 2 ZZVZ neprovedl hodnocení a v souladu s ust. § 50 ZZVZ oznamuje, že **vybraným dodavatelem je společnost NIMOTECH, s.r.o., se sídlem Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno, IČ: 18825605.**

Poučení:

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele lze podat námitky, a to ve lhůtě podle ust. § 242 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podle ust. § 246 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele nesmí zadavatel uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem. Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ČESKÉ REPUBLIKY

řízení lze podat námitky, a to ve lhůtě podle ust. § 242 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podle ust. § 246 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení nesmí zadavatel uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.

V Havířově dne 13.5.2020

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
zastoupená Ing. Norbertem Schellongem, MPH,
ředitelem

Příloha:

Výsledek posouzení podmínek účasti vybraného dodavatele



Moravskoslezský
kraj

