

Veřejná zakázka
VZ „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p.o. – 2. část“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p.o. – 2. část“
Název zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČO zadavatele:	IČ 00844896
URL adresa:	www.nsphav.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124
Telefon:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
E-mail:	https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html
Profil zadavatele:	

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedeného dotazu dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 1) v Technické specifikaci zadavatel požaduje přístroj v části obrazový processing:

digitální pulzní skiaskopie s minimálně 5 volitelnými frekvencemi v rozsahu min. od 3 do 30 pulsů/s se záznamem a zobrazením v matici min. 1.024²/12 bit pro snížení dávky na pacienta i obsluhující personál (stěna)

Dotaz: Vzhledem k faktu, že skiaskopicko- skiagrafická stěna má být určena k základním vyšetřením tj. oblast trávicího traktu(polykací akt, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo(irrigografie, defektografie),ERCP.

Máme za to, že pokud zadavatel požaduje tyto základní vyšetření, tak požadavek na 3-30pulsů/ se nám jeví jako zbytečně nadsazený.

Bude zadavatel akceptovat námi navrhované řešení, které je z našich zkušeností schopné poskytnout i DSA vyšetření, a to při frekvenci 1 -18 pulsů/v rozlišení 1024x1024/16 bit hloubce zobrazení?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení. Zadavatel trvá na původní technické specifikaci z důvodu využití přístroje pro požadované klinické vyšetření a co možná největšího klinického využití i v budoucnu pro plánované rozšíření diagnostiky.

Kvalitní digitální pulzní skiaskopii s vysokou snímkovací frekvencí v rozsahu min. od 3 do 30 pulsů/s dosáhneme vyšší zobrazovací schopnosti (vyšší prostorové i energetické rozlišovací schopnosti), kvality snímku a snížení radiační zátěže pacienta, obsluhujícího personálu. Tento parametr splňuje více dodavatelů.

V Havířově, dne 1.7.2020

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka