

**Veřejná zakázka
„Nákup osobních ochranných prostředků“**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	„Nákup osobních ochranných prostředků“
Název centrálního zadavatele: Sídlo centrálního zadavatele: IČO centrálního zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba centrálního zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ 00844896 www.nsphav.cz Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba centrálního zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážený dodavatelé,

centrální zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci (část 3 VZ – Ochranné masky třídy FFP2):

„Zadavatel požaduje v části 3 – Ochranné masky třídy FFP2 nabídku respirátorů typu FFP2, které splňují certifikaci dle normy EN 149:2001 + A1:2009.

Může zadavatel upřesnit, zda požaduje respirátory bez ventilu nebo s ventilem?“

Odpověď centrálního zadavatele:

Centrální zadavatel požaduje respirátory bez ventilu.

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci (část 3 VZ – Ochranné masky třídy FFP2):

„Bude pro zadavatele akceptovatelná nabídka respirátorů N95, které mají certifikát vystavený autorizovanou osobou oprávněnou provádět zkoušky dle americké normy NIOSH? Jejich kvalita bývá obvykle na velice dobré úrovni odpovídající náročnému americkému trhu. Definovaná účinnost je vyšší,

než-li je tomu u respirátorů dle EN149:2001. Pro srovnání účinnost FFP2 je minimálně 94% a účinnost N95 je min. 95%.“

Odpověď centrálního zadavatele:

Ano, centrální zadavatel bude akceptovat i nabídku respirátorů dle americké normy NIOSH.

S ohledem na skutečnost, že centrálním zadavatelem uvedené vysvětlení zadávací dokumentace není způsobilé rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, zadavatel sděluje, že lhůta pro podání nabídek se nemění a nabídky lze podat do 28.08.2020 9:00.

V Havířově dne 10.8.2020

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka