



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Veřejná zakázka

"Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. - 2. část"

Zadávací dokumentace

Dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Zadavatel:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

Vyhlašuje veřejnou zakázku na dodávky

Zadávanou v otevřeném řízení v nadlimitním režimu v souladu se zákonem

Název veřejné zakázky:	"Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. - 2. část"
Systémové číslo VZ:	P20V00000239
Identifikátor VZ:	P20V00000008

Tato dodávka bude spolufinancována Evropskou unií z Centra pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program.

Číslo výzvy: 31 – Zvýšení kvality návazné péče. Prioritní osa: 06.2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.



Článek 1. Identifikační údaje

Název zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČO zadavatele:	00844853
URL adresa:	www.nspka.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	http://nspka.profilzadavatele.cz

Článek 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2019,2020), nepoužitých přístrojů:

- Skiaskopicko-skiagrafický přístroj (1ks)
- Skiagrafický přístroj – přímá digitalizace (1 ks)

pro potřeby pracovišť zadavatele, dle technické specifikace uvedené v Příloze 1 této Zadávací dokumentace (dále též „zboží“).

Součástí dodávky musí být:

Část I VZ - Skiaskopicko-skiagrafický přístroj Orlová

- Skiaskopicko - skiagrafický komplet splňující technické parametry uvedené v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace
- Související stavební práce:
Nově pořizovaný komplet bude umístěn na stávající pracoviště RTG s využitím současných místnosti – vyšetřovny (43 m²), sousední ovladovny (6 m²), dvou svlékacích boxů (společně 6 m²) a přilehlého zařízení WC (předsín a 2 kabinky společně 7 m²) – v 1.NP budovy monobloku v NsP Karviná-Ráj, pracoviště Orlová.



Součástí dodávky nového kompletu je demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajícího zařízení.

Rozsah kompletu

V rámci kompletu dojde k instalaci sklopné stěny, generátoru a vertigrafu na podlahu místnosti. Na strop se instaluje pomocná nosná konstrukce, na kterou se bude kotvit technologická dráha s rentgenkou, dráha s radiační ochranou a dráha s monitory. V blízkosti generátoru bude umístěn technologický rozvaděč. Ovládací prvky budou umístěné v sousední místnosti ovladovny.

Účel zadání

K budově není dochovaná kompletní PD z doby výstavby, zadavatel bude schopen doložit půdorysy, ale ne řezy a skladebné výkresy vodorovných konstrukcí.

K projektové dokumentaci technologické části kompletu dodavatel dopracuje stavební projektovou dokumentaci, která zohlední podmínky na místě samém, posoudí stávající stav a navrhne taková opatření, aby mohl být komplet správně a bezpečně instalován.

Následně dodavatel provede veškeré stavební práce, které vyplynou ze stavební projektové dokumentace. Součástí je rovněž provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, vystavení příslušných protokolů.

Předpoklad dispozičních úprav

Tato dokumentace rovněž posoudí možnost nastěhování komponentů do příslušné místnosti – šířky chodeb a průchodnost dveří. Lze předpokládat, že současný stav je nevyhovující a budou se muset řešit úpravy. Hlavní vstup na vyšetřovnu je sice dveřmi širší 1100, ale tyto ústí z úzké chodby. Bude nutné volit jinou trasu pro nastěhování – prostorem stávajících svlékacích boxů, tyto však mají dveře širší 800. Současné dispoziční uspořádání neumožňuje v jednom z boxů pouze vyměnit dveře, ale je nutná celková dispoziční úprava. Ze dvou stávajících boxů vznikne pouze jeden s novými dveřmi širší 1100 na obou stranách a zároveň se upraví i vstup na WC, osadí se nové dveře na úkor zrušení jedné kabinky.

Jelikož budou tyto úpravy zasahovat i do jiných prostor nemocnice, je nezbytně nutné počítat s opatřením zabraňujícím omezení provozu v ostatních částech – zástěny zabraňující šíření prachu a nadměrného hluku.

Požadavky na stavební část

Prověření stávající barytové omítky stěn vyšetřovny, případná úprava, označení omítky písmem.

Prověření ochrany před ionizujícím zářením u všech stávajících dveří vyšetřovny (Pb plech, vyztužená zárubeň), případná úprava, označení písmem.



Osazení nového pozorovacího okna (větší rozměry, níže posazená spodní hrana) ve speciálním provedení s Pb sklem.

Demontáž stávající podlahové krytiny, provedení sond ke zjištění skladby stávající podlahy. Dle výsledků sond statické posouzení a návrh opatření ke zřízení betonových ploch pro kotvení sklopné stěny a vertigrafu.

Posouzení stávajících podlahových kanálů pro vedení technologických kabelů, jejich dispoziční rozmístění – zda lze využít, byť částečně, případně úprava nebo zřízení zcela nových a zrušení původních. Kabelové kanály budou provedeny s odnímatelným krytem a opatřeny podlahovou krytinou totožnou s celou podlahou. Kabeláž od podlahových kanálů ke stropním prvkům bude vedena v liště s odnímatelným krytem po stěně místnosti do podhledu a následně v instalačních žlebech k jednotlivým komponentům v podhledu.

Prověření skladby stropní konstrukce, statický posudek kotvení a návrh provedení pomocné stropní konstrukce pro zavěšení jednotlivých komponentů sestavy.

Návrh provedení podhledu, lze předpokládat rastr s kostkami 600 x 600, v rastru rovněž osazená stropní svítidla.

Požadavky na část elektro

Stávající přívod elektrokabeláže pro napojení nového přístroje RTG pracoviště nevyhovuje současným normám, pro instalaci přístroje je požadován maximální odpor sítě 0,11 Ohm a již provedeným výpočtem v programu x Spider-SGB bylo prokázáno, že stávající odpor je 0,22 Ohm, což prokazuje nesplnění požadavku. Je nutné provést nové kabelové vedení z hlavní rozvodny nemocnice do objektové rozvodny budovy a dále vedení na pracoviště RTG s ukončením v technologickém rozvaděči. V současné době se zpracovává dodavatelsky realizační projektová dokumentace nového el. přívodu, která bude splňovat technické a legislativní požadavky, a která bude pro nacenění díla a samotnou realizaci k dispozici.

Běžná elektroinstalace světelných i zásuvkových okruhů v jednotlivých místnostech je v původním provedení vodiči s hliníkovými jádry nedostatečných průřerů a vzhledem k vyvolaným úpravám v souvislosti s montáží RTG kompletu je rovněž nevyhovující. Bude nutné instalovat v chodbě oddělení nový podružný rozvaděč včetně nového el. přívodu ze stávajícího rozvaděče oddělení RTG a z něho provést novou instalaci světelných i zásuvkových obvodů včetně koncových prvků všech čtyř dotčených místností.

Součástí je rovněž prověření stavu zabezpečovacích prvků – nouzová tlačítka, spínače dveří a výstražná světla, případně jejich obnova a doplnění.

Požadavky na část VZT



Lze předpokládat vývin technologického tepla v místnostech vyšetřovny a ovladovny. Místnosti mají přímé větrání okny, zároveň jsou napojeny na stávající systém VZT, tento je však hodně zastaralý a už zcela neplní svou funkci. Pravděpodobně bude nutné osadit doplňkové chladicí split jednotky vhodně umístěné tak, aby vnitřní jednotky umožňovaly bezproblémový odvod kondenzátu. Spojovací el. kabeláž a propojovací potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou bude vedeno přes obvodovou stěnu v prostoru pod okny. Chladicí výkon split jednotky, nebo jednotek bude volen tak, aby pokrýval ztrátový výkon instalované technologie a zároveň tepelné zisky z oslunění okny v daných prostorách s vnitřní výpočtovou teplotou v zimním období 20 až 28°C, v letním období 24 až 28 °C.

- implementace připojení stanice do systému MARIA PACS ORCZ u zadavatele

Část II VZ - Skiagrafický přístroj-přímá digitalizace Karviná

- Skiagrafický komplet s přímou digitalizací splňující technické parametry uvedené v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace

- Související stavební práce:

Nově pořizovaný komplet bude umístěn na stávající pracoviště RTG s využitím současných místnosti – vyšetřovny (30 m²), sousední ovladovny (společná pro 2 vyšetřovny 19 m²) a přilehlých dvou svlékačích boxů (společně 3 m²) – v 1.NP budovy Centrálního příjmu v NsP Karviná-Ráj.

Součástí dodávky nového kompletu je demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajícího zařízení.

Rozsah kompletu

V rámci kompletu dojde k instalaci patientského stolu, generátoru a vertigrafu na podlahu místnosti. Na strop se instaluje pomocná stropní konstrukce pro kotvení technologické dráhy s rentgenkou. V blízkosti generátoru bude umístěn technologický rozvaděč. Ovládací prvky budou umístěné v sousední místnosti ovladovny.

Účel zadání

K projektové dokumentaci technologické části kompletu dodavatel dopracuje stavební projektovou dokumentaci, která zohlední podmínky na místě samém, posoudí stávající stav a navrhne taková opatření, aby mohl být komplet správně a bezpečně instalován.

Tato dokumentace rovněž posoudí možnost nastěhování komponentů do příslušné místnosti – šířky chodeb a průchodnost dveří. Lze předpokládat, že současný stav je vyhovující a nebudou se muset řešit úpravy. Vstupy – do budovy, zádveří, čekárny i vyšetřovny – jsou osazeny dveřmi min. šíře 1100, šířka chodby je dostatečná a nebude problém s otáčením.



Následně dodavatel provede veškeré stavební práce, které vyplynou ze stavební projektové dokumentace. Součástí je rovněž provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, vystavení příslušných protokolů.

Popis budovy

Budova Centrálního příjmu je dvojpodlažní objekt s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím s plochou střechou. Konstrukční systém je monolitický ŽB skelet s nosnými sloupy a se stropy se skrytými průvlaky.

K budově je zachována částečná PD z doby výstavby a dále PD stavebních úprav z roku 2009.

Požadavky na stavební část

Prověření stávající barytové omítky stěn vyšetřovny, případná úprava, označení omítky písmem.

Prověření ochrany před ionizujícím zářením u všech stávajících dveří vyšetřovny (Pb plech, vyztužená zárubeň), případná úprava, označení písmem.

Prověření pozorovacího okna ve speciálním provedení s Pb sklem.

Demontáž stávající podlahové krytiny, provedení sond ke zjištění skladby stávající podlahy. Dle výsledků sond statické posouzení a návrh opatření ke zřízení betonových ploch pro kotvení patientského stolu a vertigrafu.

Posouzení stávajících podlahových kanálů pro vedení technologických kabelů, jejich dispoziční rozmístění – zda lze využít, byť částečně, případně úprava nebo zřízení zcela nových a zrušení původních. Kabelové kanály budou provedeny s odnímatelným krytem a opatřeny podlahovou krytinou totožnou s celou podlahou. Kabeláž od podlahových kanálů ke stropním prvkům bude vedena v liště s odnímatelným krytem po stěně místnosti do podhledu a následně v instalačních žlebech k jednotlivým komponentům v podhledu.

Prověření skladby stropní konstrukce, statický posudek kotvení a návrh provedení pomocné stropní konstrukce pro zavěšení technologické dráhy.

V místnosti je stávající kazetový podhled, rastr s kostkami 600 x 600, v rastru rovněž osazená stropní svítidla a koncové prvky VZT. Podhled se musí demontovat a po osazení stropních konstrukcí zpět namontovat s příslušnými úpravami.

Požadavky na část elektro

Stávající přívod elektrokabeláže pro napojení nového přístroje RTG pracoviště vyhovuje současným normám, pro instalaci přístroje je požadován maximální odpor sítě 0,11 Ohm a již provedeným výpočtem v programu x Spider-SGB bylo prokázáno,



že stávající odpor je 0,089 Ohm, což prokazuje splnění požadavku, tudíž přírodní silová kabeláž NN vyhovuje a nemusí se posilovat.

Běžná elektroinstalace světelných i zásuvkových okruhů v jednotlivých místnostech je v dobrém stavu. Může dojít pouze k minimálním úpravám, potřebě přesunutí - přemístění koncových prvků světelných nebo zásuvkových jednofázových obvodů (zásuvek, vypínačů) v souvislosti s kolizí s jednotlivými prvky kompletu. Jednoznačně je nutné počítat s úpravou rozmístění stropních svítidel v návaznosti na upravený pohled.

Součástí je rovněž prověření stavu zabezpečovacích prvků – nouzová tlačítka, spínače dveří a výstražná světla, případně jejich obnova a doplnění.

Požadavky na část VZT

Lze předpokládat vývin technologického tepla v místnostech vyšetřovny a ovladovny. Místnosti jsou pro zabezpečení požadované výměny vzduchu napojeny na stávající VZT jednotku KJ11 s výměnou vzduchu 3 500 m³, jejíž součástí je chladicí vodní registr o výkonu 20 kW napájený chladicí vodou 6/12°C z centrálního chladicího vodního agregátu Trane 100 kW, pro výrobu chladu pro celou budovu centrálního příjmu, včetně RTG. Systém je funkční a je periodicky udržován včetně výměny filtrů, předpoklad je, že stávající VZT jednotka pokryje tepelný vývin technologie, tudíž nebude nutné osazovat split chladicí jednotku. Hlavní potrubí je vedeno v podhledu u zadní stěny místnosti vyšetřovny a nemělo by překážet umístění stropních konstrukcí. Je nutné počítat s jiným dispozičním umístěním koncových prvků v rastru podhledu a úpravou napojovacích spiro potrubí na hlavní větev.

- implementace připojení stanice do systému MARIA PACS ORCZ u zadavatele

Zadavatel požaduje zboží s veškerým příslušenstvím dle technické specifikace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 18.512.000,- Kč bez DPH.

Veškeré dodávky nabízené účastníkem musí splňovat platné české normy, atesty a právní předpisy.

Klasifikace dle CPV:

CPV kód: 33100000-1 Zdravotnické přístroje

CPV kód: 33111800-9 Diagnostický rentgenový systém

Nedílnou součástí dodávky bude zprovoznění, instruktáž, doklady (vč. prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy ZP), návody v českém jazyce (1x tištěný a 1x na CD nebo flash paměti (formát doc, pdf)), které jsou nutné k převzetí zboží do vlastnictví kupujícího a k jeho provozu.



Požadované technické parametry přístrojů jsou uvedeny v Příloze 1. Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah $\pm 10\%$.

Zadavatel požaduje dodávku nových přístrojů, nepřipouští dodávku přístrojů repasovaných.

Místo plnění:

Část I VZ : Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, pracoviště Orlová-Lutyně: Masarykova třída 900, 735 14 Orlová

Část II VZ: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, pracoviště Karviná-Ráj: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

Prohlídka místa plnění:

Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění, která se uskuteční:

Pro část I VZ: **22.9.2020** od 9:00 hod. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je u hlavního vchodu před vратnicí nemocnice (Masarykova třída 900, 735 14 Orlová).

Pro část II VZ: **22.9.2020** od 12:00 hod. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je u hlavního vchodu před vратnicí nemocnice (Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná).

Při prohlídce místa budoucího plnění mohou dodavatelé vznášet dotazy a připomínky, odpovědi na ně však budou mít pouze informativní charakter a nebudou pro zadání veřejné zakázky právně závaznými. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávacích podmínek, je potenciální účastník oprávněn vznést tento dotaz písemně na zadavatele a pouze písemná odpověď zadavatele má závazný charakter.

Rozdělení veřejné zakázky na části:

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují na každou z níže uvedených částí, pokud není stanoveno v zadávací dokumentaci jinak.

Poř. číslo části VZ	Název zboží	Dílčí předpokládaná hodnota v Kč bez DPH	Počet jednotek
I.	Skioskopicko-skiagrafický přístroj Orlová	11.074.000,- Kč	1 Ks
II.	Skiagrafický přístroj – přímá digitalizace Karviná	7.438.000,- Kč	1 Ks

Článek 3



Lhůta a místo pro podání nabídky

Účastník podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, tj. **do 9.10.2020 do 9.00 hod.**

Nabídky budou podávány v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html. **Jiná forma nabídky, než elektronická, je zakázána.** Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací. Na elektronickém nástroji E-ZAK bude umístěna veškerá dokumentace potřebná k podání nabídky.

Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK se nachází v uživatelské příručce pro dodavatele, pod odkazem: <https://skoleni.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>

Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci E-ZAK se nachází na adrese <http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system>.

Členění nabídky:

Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla členěna v souladu s níže uvedeným řazením:

1. Krycí list nabídky pro jednotlivé části VZ (dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 této zadávací dokumentace)
2. Obsah nabídky
3. Plná moc udělená oprávněné osobě statutárním orgánem dodavatele zmocňující oprávněnou osobu k jednání spojeným s podáním nabídky za dodavatele.
4. Doklady k prokázání splnění základní způsobilosti.
5. Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti.
6. Doklady k prokázání splnění technické kvalifikace.
7. Doklady k prokázání splnění technické podmínky dle § 95 ZZVZ
8. Doklady k prokázání splnění technické podmínky dle § 89 ZZVZ
9. Návrh kupní smlouvy pro jednotlivé části VZ doplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele včetně přílohy č. 1 Technická specifikace (vyplněná příloha č. 1 této ZD)
10. Ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

Článek 4

Vysvětlení zadávací dokumentace

1. Dodavatel je oprávněn dle § 98 zákona pro zadavatele požadovat písemné vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud nebude žádost o poskytnutí vysvětlení doručena zadavateli nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podávání nabídek, zadavatel není



povinen požadované vysvětlení poskytnout. Na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané po lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace nebude brán zřetel.

2. V žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje.

3. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele.

4. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele, bez identifikace dodavatele.

5. Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

6. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat v jazyce českém. Poskytované dokumenty a doklady předloží dodavatel v souladu s § 45 odst. 3 zákona. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace i její vypořádání zadavatelem. Zadavatel upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky bude adresována korespondence zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní emailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK.

Článek 5

Jistota

Zadavatel nepožaduje složení jistoty dle § 41 zákona.

Článek 6

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, zpracování nabídkové ceny

1. Zadavatel stanovil závazné obchodní a platební podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou textu Kupní smlouvy (dále jen „smlouvy“). Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace (Příloha č. 3). Dodavatel vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny pro vyplnění, aniž by změnil či jinak přepsal obligatorní části smlouvy.

2. Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v návrhu smlouvy, splatnost faktur činí 30 dnů.

3. Stanovení nabídkové ceny:

- účastník stanoví nabídkovou cenu v krycím listu (Příloha č. 2) a v návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 3),
- nabídková cena bude stanovena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena s DPH, nabídková cena bude stanovena jako





- cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky,
- nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a dalšími dokumenty obsahujícími vymezení předmětu zakázky
 - každá faktura musí být označena registračním číslem projektu (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001572) a identifikátorem VZ: **P20V00000008**

Článek 7

Požadavky na varianty

Zadavatel nepřipouští možnost podání variantních nabídek dle § 102 zákona.

Článek 8

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje předložit pro plnění veřejné zakázky:

Kvalifikace

Doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů musí být součástí nabídky. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže:

- a) základní způsobilost podle § 74
- b) profesní způsobilost podle § 77
- c) technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. b)

Zadavatel bude akceptovat prokázání splnění kvalifikace čestným prohlášením (§ 86 odst. 2 zákona).

Zadavatel bude akceptovat doklady k prokázání kvalifikace, které budou doloženy v prosté kopii.

Vybraný dodavatel předloží podle § 122 odst. 3 písm. a) zákona originály nebo úředně ověřené kopie výše stanovených dokladů k prokázání splnění způsobilosti o jeho kvalifikaci.

Základní způsobilosti podle § 74 zákona:

Podle § 74 odst. 1 zákona způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (§ 74 odst. 1 písm. a) zákona); jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak



tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podá-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.

Podá-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.

- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) zákona),
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) zákona),
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d) zákona),
- e) je v likvidaci, proti níž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) zákona).

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona, pokud je v něm zapsán. Účastník je rovněž oprávněn prokázat kvalifikaci platným certifikátem dle § 234 zákona.

Doklady prokazující způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Prokázání splnění základní způsobilosti

Dodavatel podle § 75 odst. 1 zákona prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Za bezdlužnosti účastníka dle výše uvedených bodů je podle zákona považován i stav, kdy má účastník se správcem nebo příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku dohodnut splátkový kalendář.

Profesní způsobilost dle § 77 zákona

Účastník prokáže profesní způsobilost dle § 77 zákona předložením prosté kopie:



a) výpisu z obchodního rejstříku (postačí předložit výpis z obchodního rejstříku jedenkrát a bude považován za prokázání základní i profesní způsobilosti),

b) dokladu prokazujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost prokazuje – konkrétně potvrzení o registraci účastníka jakožto dovozce (případně distributora) a osoby provádějící servis nabízených přístrojů, které vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv, příslušný podle § 9 písm. b) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona, pokud je v něm zapsán. Účastník je rovněž oprávněn prokázat kvalifikaci platným certifikátem dle § 234 zákona.

Doklady prokazující způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona

Účastník prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu významných dodávek zdravotnické techniky obdobného charakteru ve srovnání s poptávanými přístroji provedených dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Požadavky na jednotlivé části veřejné zakázky:

Poř. číslo části VZ	Název zboží	Počet požadovaných významných dodávek	Požadovaný minimální finanční objem v Kč bez DPH u každé jednotlivé dodávky
I.	Skioskopicko-skiagrafický přístroj	3	6.000.000,- Kč
II.	Skiagrafický přístroj – přímá digitalizace	3	4.000.000,- Kč

Předložený seznam musí obsahovat následující údaje:

- označení subjektu, pro který byla zakázka realizována,
- stručný popis realizované dodávky s uvedením jejich rozsahu (finančně vyjádřeno v Kč),
- období, ve kterém byla zakázka realizována,
- jméno a kontakt na osobu, která může uvedené údaje potvrdit.

Účastník vyplní Přílohu č. 4 zadávací dokumentace.

Zadavatel stanovuje dle ust. § 95 ZZVZ technickou podmínku:

- Účastník předloží doklady vydané v souladu s nařízením vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky, prokazující shodu požadovaných výrobků (pro všechny nabízené přístroje vztahující se k předmětu



veřejné zakázky). Dodavatelé mohou předložit příslušné doklady v prostých kopiích, a to i v rámci součinnosti vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy.

Zadavatel dále stanovuje dle ust. § 89 ZZVZ technickou podmínku:

- **Účastník předloží popis a fotografie zboží určeného k dodání, návodu k použití či jiného obdobného dokladu, ze kterého bude vyplývat splnění minimálních technických parametrů přístrojů požadovaných zadavatelem.**

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení (§ 88 zákona)

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 1, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

Článek 9

Jiné požadavky pro plnění veřejné zakázky

1. Údaje uvedené v návrhu Kupní smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky účastníka. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh Kupní smlouvy.
2. Účastník zároveň zpracuje přílohu č. 1 k návrhu Kupní smlouvy, ve které bude uvedena specifikace zboží, včetně položkových cen, pokud zboží obsahuje více komponentů.
3. Záruční dobu na přístroj požadujeme **min. 24 měsíců**.
4. Do Přílohy č. 1 Kupní smlouvy uveďte četnost provádění bezpečnostně technických kontrol.
5. Periodické bezpečnostně technické kontroly budou **prováděny v záruční době bezplatně a bez vyzvání včetně náhradních dílů, spotřebního materiálu, nutného k provedení kontroly**.
6. Servis nabízeného přístroje musí být prováděn v souladu s ustanoveními § 64 a 65 zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění, doložte čestným prohlášením (Příloha 5).
7. Účastník bude bezplatně provádět instruktáž (dle zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění) nového personálu kupujícího, který bude zboží obsluhovat (maximálně 10x v průběhu



jednoho kalendářního roku v rozsahu cca 40 hodin za jeden kalendářní rok). Prodávající provede instruktáž do 10 pracovních dnů od doručení písemné (emailem) výzvy k jejímu provedení kupujícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8. Vyzkoušení funkcí přístroje:

Zadavatel požaduje po dodavatelích možnost předvedení přístroje (vzorku) určeného k dodání. Dodavatel je oprávněn prokázat splnění tohoto požadavku též tím, že Zadavateli označí referenční pracoviště, na kterém je předmětný přístroj používán v klinickém provozu a v případě vznesení požadavku Zadavatelem zajistí pro technické experty Zadavatele předvedení technických parametrů nabízeného přístroje a tím prokázání a splnění požadovaných funkcionalit tohoto přístroje na tomto referenčním pracovišti. Náklady s tímto spojené hradí Zadavatel.

Článek 10 Způsob hodnocení nabídek

Hodnoceny budou pouze ty nabídky, které splňují požadavky zadavatele na předmět zakázky.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky na základě nejnižší nabídkové ceny.

Hodnotící kritérium:

Nabídková cena bez DPH	100%
------------------------------	------

Mimořádně nízká nabídková cena

Před odesláním oznámení o výběru dodavatele posoudí zadavatel nabídkovou cenu vybraného dodavatele z hlediska nízké nabídkové ceny. Zadavatel provede posouzení v souladu s ustanovením § 113 zákona.

Článek 11 Ostatní ujednání

1. Ukončením zadávacího řízení a oznámením výsledku zadávacího řízení nevznikne automaticky smluvní vztah.
2. Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v zadávacím řízení.
3. Zadavatel v souladu s § 104 písm. e) zákona požaduje poskytnutí součinnosti při uzavírání smlouvy, a to formou dodání originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci. Podle § 122 odst. 4 ZZVZ u vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ČESKÉ REPUBLIKY

trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.

4. Zadavatel má právo zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 zákona.

5. Dodavatel podáním nabídky bere na vědomí, že smlouva může být zveřejněna v plném rozsahu na profilu zadavatele. Současně bere na vědomí, že smlouva podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění a souhlasí s tím, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky.

7. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

8. Dodavatel je povinen minimálně do roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo pověřencům orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

V Karviné, září 2020

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
příspěvková organizace
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Požadované technické parametry
- Příloha č. 2 – Krycí list nabídky (pro jednotlivé části VZ)
- Příloha č. 3 – Obchodní podmínky (Návrh kupní smlouvy pro jednotlivé části VZ)
- Příloha č. 4 – Seznam významných dodávek (pro jednotlivé části VZ)
- Příloha č. 5 – Čestné prohlášení k servisu nabízeného přístroje
- Příloha č. 6 - Kontrola přívodu pro technologii skiaskopicko-skiagrafického přístroje - pracoviště Orlová
- Příloha č. 7 - Kontrola přívodu pro technologii skiagrafického přístroje - pracoviště Karviná



Moravskoslezský
kraj

