

Veřejná zakázka
"Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. - 2. část"

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	"Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. - 2. část"
Název zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČO zadavatele:	00844853
URL adresa:	www.nspka.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	http://nspka.profilzadavatele.cz

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace. Zároveň v návaznosti na níže uvedený dotaz č. 2 rovněž dle § 99 ZZVZ mění zadávací dokumentaci v souladu s odpovědí na dotaz č. 2.

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:

„Dotaz č. 1 (část II – Skiografický přístroj – přímá digitalizace)

Zadavatel v technické specifikaci požaduje

- Rychlost motorizace stropního závěsu ve vertikálním směru min. 0,3 m/s
- Rychlost motorizace stropního závěsu v podélném a příčném pohybu po kolejkách min. 0,3 m/s

U plně motorizovaných systémů se stropním závěsem je standardní, že pohyb probíhá ve všech osách simultánně, jak také zadavatel požaduje. Z toho důvodu je bezvýznamné, aby byla rychlost vertikálního pojezdu shodná s rychlostí horizontálního polohování. Dráha vertikálního pohybu je buď zanedbatelná, pokud rentgenka zůstává polohovaná k danému pracovnímu místu, resp. je výrazně kratší než potřebná horizontální vzdálenost v případě, že rentgenka přejíždí mezi stolem a vertigrafiem.

Bude zadavatel akceptovat nabídku zařízení s podélným a příčným pohybem po kolejkách o rychlosti 0,3 m/s a vertikálním pojezdem o rychlosti 0,12 m/s?“

Odpověď zadavatele:

S ohledem na očekávaný náročný provoz snímkovny a s vědomím toho, že požadavek plní několik výrobců, zadavatel trvá na požadovaných parametrech.

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci:

„Dotaz č. 2 (část II – Skiagrafický přístroj – přímá digitalizace)

Zadavatel v technické specifikaci požaduje

- Motoricky ovládaná přídavná filtrace v ekvivalentním rozsahu 0,1 – 0,3 mm Cu s automatickou adaptací filtru v závislosti na volbě snímkové oblasti.

Námi nabízený přístroj světového výrobce obsahuje automatický kolimátor s přídavnými filtry z kombinace Al a Cu, jaké jsou standardem i u jiných světových výrobců a přístrojů. Přídavné filtrace všech výrobců musí odpovídat radiologickým standardům pro definovaná vyšetření. Námi nabízená kombinace Al a Cu filtrace nepředstavuje žádné omezení pro využití přístroje, naopak je kombinace různých materiálů výhodnější, neboť každý z kovů vykazuje jiné charakteristiky útlumu pro různé hodnoty energie.

Bude zadavatel akceptovat motoricky ovládanou přídavnou filtraci v rozsahu až 1 mm Al + 0,2 mm Cu s automatickou adaptací filtru v závislosti na volbě snímkové oblasti?“

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude akceptovat motoricky ovládanou přídavnou filtraci v rozsahu až 1 mm Al + 0,2 mm Cu s automatickou adaptací filtru v závislosti na volbě snímkové oblasti.

Dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci:

„Dotaz č. 3 (část II – Skiagrafický přístroj – přímá digitalizace)

Zadavatel v technické specifikaci požaduje

- Pevně integrované madlo pro snadnější úchop volného detektoru (aktivní plocha min. 34 x 42 cm).

Námi nabízený přístroj světového výrobce obsahuje přenosný detektor formátu 42 x 42 cm. Pro tento formát detektorů není integrované madlo dostupné z důvodu prostoru v bucky jednotce.

Bude zadavatel akceptovat špičkový digitální detektor o hmotnosti 3,3 kg bez pevně integrovaného madla?“

Odpověď zadavatele:

Vzhledem ke zkušenosti ostatních pracovišť a s ohledem na zajištění bezporuchového provozu zadavatel trvá na pevně integrovaném madle pro snadný a bezpečný úchop přenosného detektoru.

S ohledem na skutečnost, že zadavatelem uvedená změna zadávací dokumentace je způsobilá rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, zadavatel stanovuje nově lhůtu pro podání nabídek: 2.11.2020 9.00 hod.

V Karviné, dne 30.9.2020

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
příspěvková organizace
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka