

ZADAVATEL:
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace,
Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

vypisuje

veřejnou zakázku malého rozsahu, **žadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.**,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s využitím elektronického nástroje:

„Dodávka vrtacího systému pro velké a malé kosti pro COS“

Číslo spisu: **SNO/Otr/2020/36/vrtací systémy-COS**

Číslo zakázky: **P20V00000299**

Číslo zakázky: P20V00000300 (Část 1.)

Číslo zakázky: P20V00000301 (Část 2.)

(dále také „VZ“)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:	Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Adresa zadavatele:	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČO zadavatele:	47813750
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	Bc. Roxana Otrubová, referent majetkové správy
Telefon:	553 766 187, 777 591 238
E-mail:	roxana.otrubova@snopava.cz
www:	www.snopava.cz

2. DRUH A PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Druh: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.

Předmět: Dodávka vrtacího systému pro velké a malé kosti pro centrální operační sály (COS) zadavatele.

Veřejná zakázka malého rozsahu: Zadavatel ve smyslu ustanovení §31 Zákona o zadávání veřejných zakázek nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Hovoří-li se tedy dále v této zadávací dokumentaci o „zadávacím řízení“, nerozumí se jím žádný z druhů zadávacího řízení uvedeného v ustanovení §3 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Předmětem veřejné zakázky je **dodávka vrtacího systému pro velké a malé kosti pro centrální operační sály (COS)** zadavatele.

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části.

- Část 1.– dodávka vrtacího systému pro velké kosti
- Část 2.– dodávka vrtacího systému pro malé kosti

Nabídka může být podána jak pouze na jednu část, tak na obě části.

Minimální technické požadavky

Část 1.

Technické parametry vrtacího systému pro velké kosti

Rukojeť/handpiece – 2 ks

- Modulární – možnost napojení různých nástavců – vrtací, frézovací, malá sagitální pila, velká sagitální pila, zavaděč K-drátu, reciproční pila,
- Handpiece má možnost napájení pomocí baterie i stacionárního jednotky pro kontinuální výkon pomocí kabelu,
- Rukojeť dvouspoušťová – pravý/levý chod, oscilační vrtání, možnost přepínání mezi vrtáním a frézováním,
- Připojení nástavců rychlospojkou,
- Váha ručky max. 750 g
- Plynulé nastavení otáček při vrtání v rozmezí min. 0–1350 ot. / min.,
- Plynulé nastavení otáček při frézování v rozmezí min. 0–330 ot. / min.
- Výkon min. 250 W
- Krouticí moment – vrtání min. 4 Nm,
- Krouticí moment – frézování min. 16 Nm,
- Kanylace min. 4,4 mm,
- Hlasitost při provozu max. 64 dB
- Maximální rozměry délka/výška/tloušťka: 110 mm x 150 mm x 40 mm

Příslušenství

- 2 ks Nástavec pilový sagitální velký, 0 - 13 500 osc/min – možnost otáčení nástavce o 360° v min. 8 krocích – možnost uchycení velkých pilových listů
- 2 ks Nástavec vrtací "JACOBS", upnutí nástroje v rozmezí min. 0,3 - 7,0 mm
- 2 ks Nástavec vrtací A.O. Synthes/ASIF, rychlost min. 0–1350 ot/min, kanylace 2,1 mm
- 2 ks Nástavec frézovací A.O. Synthes/Protec, rychlost min. 0–330 ot/min, kanylace 4,4 mm
- 2 ks Nástavec frézovací Hudson/Zimmer combi, rychlost min. 0–330 ot/min, kanylace 4,4 mm
- 2 ks Nástavec – zavaděč K-drátu, v rozmezí min. 0,7–4,0 mm
- 5 ks Sagitální pilový list 90 x 19 x 0,89 mm

Nabíjecí stanice – 1 ks

- Nabíjecí stanice pro min. 4 ks baterií
- Dotykový display
- Indikace aktuálního stavu baterií
- Plně automatický provoz
- Automatická diagnostika stavu baterií pro prodlužování životnosti baterií
- Možnost výměny zásuvných nabíjecích modulů pro budoucí případné změny v kapacitě nebo použité technologie baterií

Baterie

- 4 ks Nesterilní baterie, kapacita min. 2000 mAh, napětí min. 14,6 V
- 4 ks Sterilní kryt baterie
- 2 ks Sterilní podavač baterie
- Hmotnost baterie a sterilního krytu dohromady max. 400 g
- LED diody signalizující aktuální stav baterie min. v 5 krocích po 20 %

Část 2.

Technické parametry vrtacího systému pro malé kosti

- Modulární vrtací systém pro malé kosti s nejvyšším standardem ergonomie
- Vrtací systém musí být vyvážen pro pohodlný úchop.
- Tělo z PEEK materiálu – odolné mechanicky, chemicky a velmi lehké
- Motor bez nutnosti promazávání.
- Modulární handpiece pro vrtání, oscilaci a řezání.
- Funkce vpřed, zpětný chod a uzamčení.
- Otáčky vrtáku min. 13 000 ot/min
- Točivý moment vrtáku min. 45 Nm
- Otáčky výstružníku min. 500 ot/min
- Řezání mini. 15 000 řezů/min
- Možnost sterilizace
- Hmotnost rukojeti max. 550 g
- Možnost sterilizace

Požadované nástavce a příslušenství

- 1 ks Handpiece
- 2 ks Li-Ion baterie včetně krytu na baterie (pokud je potřeba) a případných adaptérů
- 1 ks nabíječka s min. 2 pozicemi pro baterie. Nabíječka musí být plně automatická s indikací stavu baterií
- 1 ks pilový list 16 x 5,5 x 0,6 mm
- 1 ks nástavec oscilační pily sagitální k připojení pilového listu. Snadná manipulace, připojení otočením mechanismu sklíčidla k vrtačce. Nasazení pilového listu stlačením tlačítka
- 1 ks nástavec vrtáku. Standardní připojení AO vrtáků pomocí stažení objímky. Připojení vrtáků min. do velikosti 6 mm
- 1 ks sklíčidlo Jacobs se sklíčidlem pro vrták o velikosti min. 0–4 mm
- 1 ks adaptér pro upínání K-drátů, velikost vrtacích drátů min. 0,6–1,6 mm
- 1 ks oscilační pilka, velikost 25 x 5,5 x 0,6 mm
- 1 ks oscilační pilka, velikost 25 x 9,4 x 0,6 mm

Další podmínky:

- veškeré zboží musí být nové, nepoužité, nerepasované,
- součástí dodávky je doprava na místo osazení, vlastní instalace, zprovoznění a komplexní vyzkoušení,
- součástí dodávky zařízení je předání návodu k obsluze v českém jazyce (1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě) a dodání veškerých dokladů přípustnosti použití zařízení při poskytování zdravotnické péče (dle § 4 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění),
- součástí dodávky je zaškolení obsluhy, seznámení pracovníků zadavatele s obsluhou zařízení, technickými a provozními podmínkami, všeobecnými bezpečnostními pokyny ochrany zdraví při práci se zařízením a veškerými dalšími náležitostmi řádného provozu zařízení vyplývajících z příslušných právních předpisů,
- ustanovení o délce záruční doby (**min. 24 měsíců**) – uveďte délku záruční doby (Příloha č. 3 Krycí list),
- v průběhu záruční doby požadujeme provádět bezplatně:
 - veškeré kontroly předepsané výrobcem a příslušnou legislativou, v souladu se zákonem 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, v případě, že výrobce neuvede jinak, pak jednou 1 x za dva roky provedení kontroly v rozsahu PBTk dle zákona č. 268/2014 Sb., (tzn., že součástí nabídkové ceny bude i provádění PBTk a pravidelných technických prohlídek nařízených výrobcem vč. předepsaných náhr. dílů, po dobu záruky).
 - údržbu a servis vč. dodávky náhradních dílů, které nepodléhají běžnému opotřebení a expiraci.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí:

Část 1 cca **677 685,00 Kč** bez DPH (820 000,00 Kč vč. DPH)

4. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Veškeré obchodní podmínky a požadavky zadavatele jsou upraveny v návrhu kupní smlouvy, pro každou část zvlášť, který tvoří přílohu této ZD (Příloha č. 4 a Příloha č. 5).

Účastník ZŘ předloží zadavateli **podepsaný** návrh smlouvy, jenž bude zpracován v souladu s veškerými obchodními podmínkami a požadavky zadavatele.

Požadovaný termín splatnosti faktury – 30 dnů od dne jejího doručení zadavateli (kupujícímu).

Nabídka bude obsahovat sdělení, zda zhotovitel je nebo není plátcem DPH.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

5. DODACÍ PODMÍNKY – MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Místo plnění: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava.

Doba plnění: **maximálně do 8 týdnů** ode dne podpisu kupní smlouvy.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A NABÍDKOVÉ CENY

Nabídka bude obsahovat sdělení, zda zhotovitel je nebo není plátcem DPH. Účastník, který není plátcem DPH, uvede v Příloze č. 3 – Krycí list nabídky – do kolonky DIČ text: nejsem plátcem DPH.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Katalogové informace, popisy, produktové listy není nutné předkládat v úředním překladu, připouští se jazyk anglický. Návod k použití musí být v českém jazyce.

Celková nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Účastník ZŘ je povinen do celkové nabídkové ceny zahrnout všechny případné náklady a další výdaje, které mu při realizaci podle této VZ vzniknou nebo mohou vzniknout.

Nabídková cena zde bude uvedena v členění:

- **cena v Kč bez DPH,**
- **výše DPH (v % a v Kč),**
- **cena v Kč včetně DPH.**

V rámci nabídky je údaj o nabídkové ceně uváděn na několika místech nabídky. Je povinností účastníka ZŘ, aby veškeré jím uváděné údaje byly ve všech částech nabídky shodné. Jakýkoliv rozpor v cenových údajích v nabídce zjištěný při otevírání nabídek nebo při posuzování a hodnocení nabídek je nesplněním této zadávací podmínky, která může vést až k vyřazení nabídky.

Cenu uvádějte v české měně a cena je závazná po celou dobu trvání smlouvy.

7. PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v závislosti na změnách právních předpisů upravujících zákonné poplatky, daně či jiné cenové úpravy.

8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Hodnotícím kritériem bude ekonomická výhodnost nabídky, pro každou část zvlášť, přičemž zadavatel stanovil jednotlivá dílčí hodnotící kritéria a přiřadil jim váhu v procentech dle následujícího rozdělení:

1. Celková nabídková cena přístroje v Kč vč. DPH **75 %**

2. Délka záruční doby v měsících **5 %**

Délka záruční doby min. 24 měsíců.

3. Technické parametry **(celkem 20 %)**

- | | |
|--|------------|
| ➤ 3.A Hmotnost vrtačky (max. 750 g) | 5 % |
| ➤ 3.B Rozsah otáček vrtačky (při zachování min. požadovaných hodnot) | 5 % |
| ➤ 3.C Krouticí moment vrtání (min. 4 Nm) | 5 % |
| ➤ 3.D Krouticí moment frézování (min. 16 Nm) | 5 % |

Způsob hodnocení:

1. Hodnotící kritérium – celková nabídková cena

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou. Cena bude uvedena v Kč vč. DPH.

Vzorec pro výpočet:

Bodová hodnota = $75 * \text{Hodnota nejvhodnější nabídky} / \text{Hodnota posuzované nabídky}$.

2. Hodnotící kritérium – délka záruční doby

Nejvíce bodů získá nabídka s nejvyšší hodnotou. Záruční doba bude uvedena v měsících.

Vzorec pro výpočet:

Bodová hodnota = $5 * \text{Hodnota posuzované nabídky} / \text{Hodnota nejvhodnější nabídky}$.

3. Hodnotící kritérium

3.A Hodnotící kritérium – hmotnost vrtačky

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou. Hmotnost vrtačky bude uvedena v gramech.

Vzorec pro výpočet:

Bodová hodnota = $5 * \text{Hodnota nejvhodnější nabídky} / \text{Hodnota posuzované nabídky}$.

3.B Hodnotící kritérium – rozsah otáček vrtačky

Nejvíce bodů získá nabídka s nejvyšší hodnotou. Hodnota rozsahu otáček bude uvedena v ot/min.

Vzorec pro výpočet:

Bodová hodnota = $5 * \text{Hodnota posuzované nabídky} / \text{Hodnota nejvhodnější nabídky}$.

3.C Hodnotící kritérium – krouticí moment vrtání

Nejvíce bodů získá nabídka s nejvyšší hodnotou. Hodnota krouticího momentu vrtání bude uvedena v Nm.

Vzorec pro výpočet:

Bodová hodnota = $5 * \text{Hodnota posuzované nabídky} / \text{Hodnota nejvhodnější nabídky}$.

3.D Hodnotící kritérium – krouticí moment frézování

Nejvíce bodů získá nabídka s nejvyšší hodnotou. Hodnota krouticího momentu frézování bude uvedena v Nm.

Vzorec pro výpočet:

Bodová hodnota = $5 * \text{Hodnota posuzované nabídky} / \text{Hodnota nejvhodnější nabídky}$.

Vítězná bude nabídka s nejvyšším počtem bodů.

Cenu uveďte s i bez DPH.

Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve provést hodnocení nabídek a následně u vybraného účastníka ZŘ (dodavatele) posoudit splnění požadavků zadavatele.

9. NÁVRH SMLOUVY

Součástí nabídky musí být **podepsaný** návrhy kupní smlouvy (Příloha č. 4 a Příloha č. 5), jež bude zpracován v souladu s požadavky zadavatele dle obchodních podmínek této zadávací dokumentace – tzn., že v návrhu smlouvy budou zakotveny bez výjimky podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci.

Návrh kupní smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka ZŘ, tzn. statutárním orgánem (dle výpisu z OR) nebo osobou k tomu zmocněnou (na základě plné moci).
V příloze č. 1 kupní smlouvy bude doplněna specifikace nabízeného zboží.

Účastník ZŘ není oprávněn v návrhu smlouvy vyplňovat jiná ustanovení než ta, která jsou zadavatelem označena pro vyplnění (žlutě podbarvená), nebo je výslovně uvedeno, že účastník ZŘ má něco doplnit. Změny či jiné úpravy návrhu smlouvy provedené účastníkem ZŘ jinak, než jak je umožněno zadavatelem, mohou vést až k vyřazení nabídky účastníka ZŘ a jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

Zjištěné nejasnosti v návrhu smlouvy má účastník ZŘ možnost si upřesnit v průběhu lhůty pro podávání nabídek. Připomínky po lhůtě pro podávání nabídek nebudou akceptovány.

10. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

a. základní způsobilost

Účastník ZŘ předloží:

- Čestné prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti – dle Přílohy č. 2.

b. profesní způsobilost

Účastník ZŘ předloží:

- Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán.
- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku či živnostenský list).
- Doklad o odborné způsobilosti – tzn. Oznamení o splnění ohlašovací povinnosti ve vztahu ke své činnosti nebo povinnost notifikace zdravotnického prostředku registrace na SÚKL k distribuci a servisu nabízených zdravotnických přístrojů) dle zákona 268/2014 Sb.

c. technická kvalifikace

Účastník ZŘ předloží:

- Popis, fotografie nabízeného zboží v českém jazyce k ověření požadovaných technických údajů a parametrů.
- Seznam 3 významných dodávek shodného (popř. obdobného) typu přístroje jako je předmět jednotlivých částí VZ realizovaných účastníkem ZŘ za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení o finančním objemu min. 50 % předpokládané hodnoty každé jednotlivé části této VZ v Kč bez DPH za každou jednotlivou dodávku, vč. uvedení finančního objemu dodávky, doby realizace a identifikace objednatele (Příloha č. 6).

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy v kopiích, naskenované ve formátu .pdf a vloženy jako součást nabídky do prostředí elektronického nástroje E-ZAK.
Nezasílat poštou ani emailem!!

11. ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY

Záruční doba **minimálně 24 měsíců** od podepsání předávacího protokolu.

Nástup na opravu do 2 pracovních dnů od nahlášení. Po dobu opravy delší než 6 pracovních dnů požaduje zadavatel zapůjčení náhradního zdrav. prostředku.

V případě výskytu čtyř různých závad na soutěženém systému, zadavatel požaduje dodávku nového systému dle platných ustanovení občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb.

12. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK – LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídka účastníka ZŘ bude podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové adrese:

https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html ve lhůtách uvedených tamtéž.

Popis potřebných úkonů najdete v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Nabídky podané v listinné podobě **nebude** zadavatel vyhodnocovat a budou **VYŘAZENY**.

13. ZADÁVACÍ LHŮTA (tj. lhůta, po kterou jsou účastníci ZŘ svými nabídkami vázáni)

Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na **90 dnů**.

Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům ZŘ, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem ZŘ, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení a jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

14. VZORKY

Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, ale vyhrazuje si právo v průběhu hodnocení nabídek požádat o předložení předmětu nabídky za účelem ověření deklarovaných technických parametrů. Účastník ZŘ je povinen předložit předmět nabídky nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti.

15. ELEKTRONICKÝ PODPIS

Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu, **není nutný** na straně účastníka ZŘ pro potvrzení nabídky elektronický podpis. Podané nabídky jsou však i přesto závazné, což účastník ZŘ stvrzuje mimo jiné příložením kvalifikační dokumentace, v níž jsou uvedeny osoby, které jsou oprávněny jménem účastníka ZŘ uzavírat smluvní vztahy.

16. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veškerá komunikace mezi zadavatelem (pověřenou osobou) a dodavateli, poskytované dokumenty a informace budou v jazyce českém. Každý účastník ZŘ je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být doručena **nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek**. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje, je v prostředí elektronického nástroje vytvořen prostředek pro žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace i jejich vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení k účastníkům ZŘ. Odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou zveřejňovány prostřednictvím el. nástroje E-ZAK, nikoli zasílány jednotlivě účastníkům ZŘ.

Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům ZŘ zejména na kontaktní emailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK (je nezbytné pro ni zachovat přístup po celou dobu realizace veřejné zakázky) a to prostřednictvím el. nástroje E-ZAK.

17. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE

Zadavatel požaduje doložit:

Seznam poddodavatelů – V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), požaduje zadavatel uvést v nabídce (v příloze návrhu smlouvy), jaká část veřejné zakázky bude prováděna třetí osobou (poddodavatelem) a identifikovat tyto třetí osoby (účastník ZŘ je povinen u poddodavatele uvést jeho identifikační údaje). Účastník ZŘ odpovídá v plném rozsahu za veškerou činnost poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele. V případě, že účastník ZŘ nepřiloží seznam poddodavatelů,

má se za to, že bude veřejnou zakázku realizovat pouze s využitím vlastních kapacit.

Prohlášení o shodě – v původním jazyce a v českém jazyce, český překlad nemusí být úředně ověřený.

Doklad o oprávnění k provádění servisu – souhlas či pověření výrobce k provádění servisu (není-li výrobcem účastník ZŘ), údržby kontrol zařízení a systému specifikovaného v této zadávací dokumentaci a nabízeného v ČR v původním jazyce i s českým překladem (nemusí být úředně ověřený).

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- veřejnou zakázku kdykoliv zrušit bez udání důvodů,
- na odmítnutí všech předložených nabídek,
- neuzavřít smlouvu,
- kdykoliv v průběhu zadávacího řízení změnit, doplnit nebo upřesnit zadávací podmínky,
- vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník ZŘ dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,
- vyloučit takového účastníka zadávacího řízení, který se dopustil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení nebo po zahájení zadávacího řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.

Zadavatel nehradí účastníkům ZŘ náklady vzniklé z účasti v řízení.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

Ze zadávacího řízení budou vyloučeny všechny nabídky, které:

- budou obsahově nekompletní,
- nesplní některý požadavek soutěže,
- budou obsahovat nepravdivý údaj,
- budou doručeny po stanoveném termínu pro podání nabídky.

Hodnotící komise může v případě nejasností požádat účastníka ZŘ o písemné vysvětlení nabídky a o doplnění chybějících dokladů.

19. SEZNAM POŽADOVANÝCH DOKUMENTŮ

- a) Krycí list – Cenová nabídka s uvedením skutečnosti, zda účastník ZŘ je nebo není plátcem DPH - (Příloha č. 3)
- b) Návrh kupní smlouvy – PODEPSANÝ – ve formátu pdf., **vč. návrhu KS ve formátu *.doc nebo *.docx** (Příloha č. 4, Příloha č. 5)
- c) Čestné prohlášení - (Příloha č. 2)
- d) Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence
- e) Doklad o oprávnění k podnikání (ŽL)
- f) Seznam významných dodávek (Příloha č. 6)
- g) Oznámení o splnění ohlašovací povinnosti (SÚKL)
- h) Fotografie nebo prospekt nabízeného zboží k ověření splnění požadovaných parametrů
- i) Seznam poddodavatelů (je-li to relevantní)
- j) Prohlášení o shodě nabízenému zboží
- k) Doklad o oprávnění k provádění servisu k nabízenému zboží

Výše uvedené doklady, popř. další doklady tvořící nabídku, budou doloženy v kopiích, naskenované ve formátu *.pdf (popř. *.doc nebo *.docx) a vloženy jako součást nabídky do prostředí elektronického nástroje E-ZAK o maximální velikosti jednoho souboru 10 MB.

20. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Elektronický nástroj E-ZAK – uživatelská příručka pro dodavatele

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základních způsobilosti

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky

Příloha č. 4 – Návrh kupní smlouvy pro Část 1

Příloha č. 5 – Návrh kupní smlouvy pro Část 2

Příloha č. 6 – Seznam významných dodávek

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel