

Veřejná zakázka

„Průběžné dodávky jednorázových setů pro odběr plné krve s in-line filtrací, včetně bezplatné výpůjčky 4 ks automatických separátorů (lisů) na zpracování odebrané krve a 4 ks automatických míchacích vah pro odběr krve“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	„Průběžné dodávky jednorázových setů pro odběr plné krve s in-line filtrací, včetně bezplatné výpůjčky 4 ks automatických separátorů (lisů) na zpracování odebrané krve a 4 ks automatických míchacích vah pro odběr krve“
Název zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČO zadavatele:	00844853
URL adresa:	www.nspka.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	http://nspka.profilzadavatele.cz

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:

„V zadávací dokumentaci, konkrétně v Technických podmínkách na automatické separátory na zpracování krve vyplývají požadavky, které se nám jeví v rozporu s §6 ZZVZ, konkrétně v rozporu se zásadou diskriminace, neboť těmto požadavkům na českém trhu odpovídá pouze lis od jediného výrobce. Rádi bychom vám jako Účastník nabídli řešení, které z hlediska medicínského účelu kvalitativně a technicky odpovídá potřebám Zadavatele.“

Automatické separátory na zpracování odebrané krve

Předesíláme a zdůrazňujeme, že nabízíme řešení, které je pro zpracování zamýšlených jednorázových souprav pro odběr PK s in-line filtrací erytrocytů plně dostačující a používané na transfuzních stanicích v ČR. Námi nabízená zařízení se liší oproti technickým požadavkům ZD v:

- 4 x svařovací hlavice, 1 x magnetická hlavice
- 6 optických senzorů, možnost sedmého senzoru pro delší vaky
- předplnění filtru probíhá gravitačně

- *promíchávání erytrocytů a aditivního roztoku je prováděno manuálně (žádné automatické promíchávání nedokáže nahradit potřebnou kvalitu dosaženou manuálním promícháváním, které jako jediné zajistí požadovaný homogenní produkt a potřebnou kvalitu)*
- *3 váhy pro možnost rozplňování“*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na technické specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci a nesouhlasí s tvrzením tazatele, že tato je v rozporu s § 6 ZZVZ.

Automatické separátory na zpracování odebrané krve

- **všechny svorky s plně programovatelnými svařovacími hlavicemi** zadavatel požaduje, neboť jsou nutné pro optimalizaci délek hadiček na vacích s produkty, při rozplňování pediatrických dávek, umožňují automatické vytvoření segmentu mezi dvěma ventily. Tato konstelace navíc zvyšuje variabilitu použití separátoru při očekávaných budoucích nových výrobních postupech při zpracovávání krevních produktů.
- **definovaný počet optických senzorů** zadavatel požaduje (jak bylo uvedeno již v zadání technické specifikace) pro dosažení vysoké přesnosti a současně variability při nastavování parametrů buffy-coatu pro další výrobu. Na trhu jsou dostupné automatické separátory i s 12 optickými senzory, 8 senzorů je tedy pro potřeby výroby nepodkročitelné minimum. Tazatelem nabízené počty 6 senzorů nemohou splňovat současně požadovaný stupeň přesnosti i variability.
- dle názoru zadavatele v případě **gravitačního předplnění filtru** je gravitační přepouštění aditivního roztoku pomalejší
- **automatické mechanické promíchávání erytrocytů s aditivním roztokem v průběhu zpracování** zadavatel požaduje, neboť tento postup je šetrnější k erytrocytům, snižuje hemolýzu během zpracování a nebezpečí koagulace a následné blokace filtru, zároveň rovněž usnadňuje práci personálu a v neposlední řadě to přispívá k automatizaci procesu a minimalizaci chyb lidského faktoru.
- **požadovaný počet vah** je podstatný pro variabilitu přístroje, například při alikvotním rozplňování produktů. Zadavatel rovněž poznamenává, že se jedná o požadavek, který splňuje více dodavatelů tohoto typu zařízení.

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci:

„Automatické míchací váhy pro odběr krve

Opět bychom chtěli poznamenat, že nabízíme váhy, které jsou hojně a dlouhodobě používány na mnoha transfuzních stanicích v ČR. Obsluhující personál je s jejich obsluhou spokojen.

Váhy oproti ZD nedisponují parametry:

- *nastavitelný počet kyvů míchacího mechanismu*
- *přehledný grafický displej*
- *SW umožňující oboustrannou komunikaci s váhami*
- *zobrazení aktuálního stavu odběru na monitoru PC*
- *sejmutí a nasazení misky na kývací zařízení magnetickým uchycením*

Jako účastník máme za to, že některé vymezené technické parametry jsou nedůvodné a diskriminační a jsou překážkou pro účast v zadávacím řízení nejen pro naši společnost. Mohl by zadavatel v souvislosti se zákonem č. 320/2011 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, tyto požadavky přezkoumat a pozměnit v zájmu zachování regulární hospodářské soutěže a rozšíření možného okruhu uchazečů a tím i získání ekonomicky výhodnějších nabídek?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na technické specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci a nesouhlasí s tvrzením tazatele, že některé vymezené technické parametry jsou nedůvodné a diskriminační a jsou překážkou pro účast v zadávacím řízení nejen pro tazatele.

Automatické míchací váhy pro odběr krve

- **nastavitelný počet kyvů míchacího mechanismu vah** zadavatel požaduje, neboť optimalizuje proces odběru, zaručuje správné promíchání i při různých způsobech ukládání soupravy vaků na misku, změnách odebíraného množství atd. Netřeba zdůrazňovat, že kvalitní promíchání má zásadní vliv na prevenci nežádoucí iniciace koagulace či hemolýzy v odebíraném produktu, ovlivňuje možnou výtěžnost trombocytů apod.
- **přehledný grafický displej** je v dnešní době neoddiskutovatelnou samozřejmostí u všech user-friendly zařízení. Usnadňuje ovládání odběrovým sestrám, které při odběru mají sledovat a dbát o komfort dárce, a ne fixovat oči na displej, což také významně snižuje riziko lidské chyby. Z těchto důvodů se dnes, například ani v autech, nepoužívají číslicové displeje, protože vyžadují více času pro přečtení a následnou analýzu dat, což snižuje reakční čas v případě nežádoucích událostí během jízdy (v našem případě odběru).
- **SW pro oboustrannou komunikaci i zobrazení aktuálního stavu odběru na PC** požaduje zadavatel z důvodů větší flexibility při změnách pracovních postupů při plánovaném zavádění nových výrobních postupů a dále ke zvýšení informovanosti celého transfuzního týmu o průběhu konkrétního odběru, což vede ke zvýšení bezpečnosti dárce během odběru a snížení výskytu nežádoucích událostí během procesu výroby.
- **sejmutí a nasazení misky s magnetickým uchycením** zadavatel požaduje, neboť minimalizuje poškození odběrových vah. Při nechtěném zavadění personálu o misku dojde pouze k rozvolnění magnetického spojení a nedojde k poškození uchycení misky ani vážícího tenzometru přetížením. Magnet také zajišťuje správnou polohu misky, která se tak nedá chybně nasadit, což opět minimalizuje možnou chybovost při procesu výroby.

V Karviné, dne 12.4.2021

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
příspěvková organizace
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka