



Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

k veřejné zakázce malého rozsahu č. 12/2021 s názvem „dodání ultrazvukových přístrojů“ (č.spisu ZZS/Bi/2021/12/ultrazvuk)

Zadavatel v souvislosti s dotazem podaným dodavatelem zveřejňuje odpověď na tento dotaz:

1. dotaz v přesném znění:

„Dobrý den,

bude prosím zadavatel akceptovat lineární část sondy o frekvenci 7,5 MHz až 10,0 Mhz a konvexní část 3,5 MHz až 5 Mhz při zachování účelu medicínského využití? Bližší specifikace nabízené technologie přidáváme do přílohy“

2. odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel stanovil technické podmínky této veřejné zakázky malého rozsahu v příloze č.1 Výzvy, a to jako minimální technické požadavky přístrojů, které je třeba v nabídce dodavatele dodržet a jako minimum u předmětných výrobků splnit. Vámi nabízená technologie (dotaz) však tyto minimální podmínky nenaplnuje, zadavatel by takto podanou nabídku nemohl v souladu se zadávacími podmínkami zařadit do dalšího hodnocení.

V Ostravě dne 29.6.2021

MUDr. Roman Gřegoř, MBA
ředitel ZZS MSK