

Veřejná zakázka
„Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – Operativa I“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dle §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – Operativa I“
Název zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČO zadavatele:	00844853
URL adresa:	www.nspka.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	http://nspka.profilzadavatele.cz

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 a § 99 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace rovněž mění zadávací dokumentaci v níže uvedeném rozsahu:

Dotaz č. 1:

„1. Zadavatel požaduje v technických parametrech VZ pro 2. část – Artroskopická věž, ve specifikaci artroskopické pumpy hodnotu parametru průtoku 0 – 600 ml/min.

Bude zadavatel akceptovat dodání přístroje s hodnotou tohoto parametru 1 500 ml/min?“

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude akceptovat dodavatelem nabízený parametr: hodnota parametru průtoku 0-1 500 ml/min.

Dotaz č. 2:

„2. Zadavatel požaduje v technických parametrech VZ pro 2. část – Artroskopická věž, ve specifikaci artroskopické pumpy hodnotu parametru tlaku v kloubu 50 – 200 mmHg.

Bude zadavatel akceptovat dodání přístroje s hodnotou tohoto parametru 5 – 150 mmHg?“

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude akceptovat dodavatelem nabízený parametr: dodání přístroje s rozsahem tlaku v kloubu 5 – 150 mmHg.

S ohledem na skutečnost, že zadavatelem uvedené vysvětlení a na to navazující změna zadávací dokumentace je způsobilá rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, zadavatel stanovuje nově lhůtu pro podání nabídek: 18.10.2021 9.00 hod.

V Karviné, dne 13.9.2021

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
příspěvková organizace
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka