

Veřejná zakázka
„Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 25

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele“
Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 73961 Třinec
IČO zadavatele:	00534242
URL adresa:	www.nemtr.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 25

Dotaz č. 1:

„Rozpočet Vzduchotechnika, chlazení – žádáme zadavatele o upřesnění, zda u níže uvedených položek nebude u ceny montáže uvedena cena“

Pozice	Název	M. J	Množ.	Cena /M.J.	Dodávka	Montáž	Poznámka
1.15	Cu potrubí chladiva do pr.10/28mm vč. tepelné izolace a komunikačního kabelu (provedení kabelu - oheň nešířící, bezhalogenový např.CXKH-R), vedené volně pod stropem, venkovní část z izolace odolné proti UV záření vedené v uzavřeném pozink (žlabv ceně zařízení č. 5)	m	20	913	18 26 6	v ceně dodávk y	
1.19	Tepelná izolace potrubí na střeše, minerální vata tl.60mm vč.oplechování pozink.plech	m 2	3	1 972	5 91 7	v ceně dodávk y	
2.19	Tepelná izolace potrubí na střeše, minerální vata tl.60mm vč.oplechování pozink.plech	m 2	3	1 972	5 91 7	v ceně dodávk y	
6.10	Tepelná izolace potrubí na střeše, minerální vata tl.60mm vč.oplechování pozink.plech	m 2	7	1 972	13 80 7	v ceně dodávky	

Odpověď zadavatele:

POKUD UCHAZEČ MONTÁŽ V DODÁVCE ZAHRNUTOU MÍT NEBUDE, OCENÍ UVEDENÉ INDIVIDUÁLNĚ tj. POSTUPUJE VE SMYSLU ZASLANÉHO VYSVĚTLENÍ ZD č.20, bod 02.

Dotaz č. 2:

„Rozpočet Vzduchotechnika, chlazení – žádáme zadavatele o upřesnění, zda u níže uvedené položky má uchazeč uvádět cenu nebo má brát na zřetel, že u popisu položky je uvedeno že cena je započtena u zařízení č.1.2 a tím pádem se ceny u dodávky a montáže nedoplňují“

2.2	Venkovní kondenzační jednotka - započteno u zařízení č.1.2	kp l.	1	0	0	0	
-----	--	----------	---	---	---	---	--

Odpověď zadavatele:

DLE TEXTU POLOŽKY, JSOU OCENĚNY KOMPONENTY, KTERÉ NA UVEDENOU JEDNOTKU NAVAZUJÍ DLE POPISU.

Dotaz č. 3:

„Rozpočet Vzduchotechnika, chlazení – žádáme zadavatele o upřesnění, zda u níže uvedené položky má uchazeč uvádět cenu nebo má brát na zřetel, že v POZNÁMCE je uvedeno že cena je započtena v ceně zař. č. 1 a tím pádem se ceny u dodávky a montáže nedoplňují“

2.6 .1	Protidešťová žaluzie PZ AL 1120x710mm, provedení elox hliník, včetně síta proti ptactvu a montážního rámu	k s	1	-	-	-	v ceně zař. č. 1
2. 14	Cu potrubí chladiva do pr.10/22mm vč. tepelné izolace a komunikačního kabelu (provedení kabelu - oheň nešířící, bezhalogenový např.CXKH-R), vedené volně pod stropem, venkovní část z izolace odolné proti UV záření vedené v uzavřeném pozink (žlabv ceně zařízení č. 5)	m	-	-	-	-	v ceně zař.č.1
2. 15	chladivo R410A, vč.doplnění	k g	-	-	-	-	v ceně zař.č.1

Odpověď zadavatele:

VIZ ODPOVĚĎ NA DOTAZ 01.

V Třinci, dne 14.10.2021

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Ing. Jiří Veverka, ředitel