

**Veřejná zakázka malého rozsahu
„Dodávka obalového materiálu pro centrální
sterilizaci“
P/002/SKL/21**

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

Zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky
s využitím elektronického nástroje E-ZAK

Název veřejné zakázky:	„Dodávka obalového materiálu pro centrální sterilizaci“
Pořadové číslo:	P/002/SKL/21
Druh použitého zadávacího řízení:	Zakázka malého rozsahu na dodávku zboží

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Adresa zadavatele:	El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01
IČ zadavatele	Frýdek-Místek
Oprávněná osoba zadavatele:	00 534 188
	Ing. Tomáš Stejskal, MBA, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Iva Kajfoszová MBA, Martina Macková
Telefon:	558 415 061, 558 415 120
Fax:	558 415 152
E-mail:	kajfoszova@nemfm.cz , mackova@nemfm.cz
URL adresa:	www.nemfm.cz
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka obalového materiálu pro centrální sterilizaci (CPV 33140000-3) dle aktuální potřeby zadavatele a jeho jednotlivých objednávek pro Nemocnici ve Frýdku – Místku, p. o. s dodacím místem:

Centrální sklad Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace
El.Krásnohorské 321, Frýdek
738 18 Frýdek – Místek

Požadovaná specifikace obalového materiálu pro centrální sterilizaci

1.část obalový materiál – určen pro sterilizační proces – pára

- 100% polypropylen
- min.3-vrstvový materiál - SMS struktura (Spunbond-Meltblown-Spunbond)
- účinná bariéra proti bakteriím a tekutinám (Meltblown), vysoká pevnost a trvanlivost materiálu (Spunbond)
- bezprašnost, nehořlavý
- vysoká pevnost materiálu, při balení se netrhá
- antistatické vlastnosti
- základní materiál není recyklovaný
- hmotnost min.**33g/m²**, gramáž nesmí být menší určen pro sterilizační proces – pára
- minimální rozměry 100 x 100cm a 120 x 120cm, rozměr nesmí být menší a měla by co nejvíce odpovídat požadovanému rozměru

2.část obalový materiál – určen pro sterilizační proces – pára

- 100% polypropylen
- min.3-vrstvový materiál - SMS struktura (Spunbond-Meltblown-Spunbond) nebo netkaná textilie
- účinná bariéra proti bakteriím a tekutinám (Meltblown), vysoká pevnost a trvanlivost materiálu (Spunbond)
- bezprašnost, nehořlavý
- vysoká pevnost materiálu pro transport a skladování operačních sít do 8kg včetně
- antistatické vlastnosti
- základní materiál není recyklovaný
- hmotnost min.**60g/m²** gramáž nesmí být menší
- určen pro sterilizační proces – pára
- minimální rozměry 100 x 100cm a 120 x 120cm, rozměr nesmí být menší a měla by co nejvíce odpovídat požadovanému rozměru

3.část obalový materiál – určen pro sterilizační proces – pára

- 100% polypropylen
- min.3-vrstvový materiál - SMS struktura (Spunbond-Meltblown-Spunbond)
- účinná bariéra proti bakteriím a tekutinám (Meltblown), vysoká pevnost a trvanlivost materiálu (Spunbond)
- bezprašnost, nehořlavý
- vysoká pevnost materiálu pro transport a skladování operačních sít nad 10kg
- antistatické vlastnosti

- základní materiál není recyklovaný
- hmotnost min. **60g/m²** gramáž nesmí být menší
- určen pro sterilizační proces – pára
- minimální rozměry 120 x 120cm, rozměr nesmí být menší a měla by co nejvíce odpovídat požadovanému rozměru

4.část obalový materiál – určen pro sterilizační proces – pára

- krepový papír min.60g/m² gramáž nesmí být menší
- minimální rozměr 75 x 75cm a 100 x 100cm, a 120 x 120cm rozměr nesmí být menší a měla by co nejvíce odpovídat požadovanému rozměru

5.část a 6. část obalový materiál – určen pro sterilizační proces – pára

- kombinované sáčky a role s procesovým testem-indikátorem, který nesmí být mezi fóliemi
- procesový test-indikátor natištěn v intervalu max. 155mm, plocha procesového testu-indikátor 1cm²
- procesový test-indikátor musí být snadno interpretovatelná změna
- sáčky a role – papír medicínální min. 60g/m² gramáž nesmí být menší
- průhledná stěna
- 3-násobný svar
- čistý peel efekt
- rozměry nesmí být menší a měly by co nejvíce odpovídat požadavkům

7.část obalový materiál – určen pro sterilizační proces – pára

- kombinované sáčky zátěžové, s procesovým testem-indikátorem, který nesmí být mezi fóliemi
- procesový test-indikátor natištěn v intervalu max. 155mm, plocha procesového testu-indikátor 1cm²
- procesový test-indikátor musí být snadno interpretovatelná změna
- 3-násobný svar
- vysoce kvalitní netkaná textilie min.60g/m² gramáž nesmí být menší
- tepelná resistantní plastická fólie z polyesteru a polypropylenu
- vhodné pro parní sterilizaci do 134⁰C
- opatřené procesovým indikátorem
- vysoká odolnost proti protrhnutí
- vysoká ochranná bakteriální bariéra
- vysoká parní propustnost

- voděodolnost, netoxičnost, nedráždivost
- čistý peel efekt
- rozměry nesmí být menší a měly by co nejvíce odpovídat požadavkům

8.část obalový materiál – určen pro sterilizační proces – plazma

- kombinované sáčky a role s procesovým indikátorem
- jasná barevná změna indikátoru po vystavení ster.média
- v kombinaci s průhlednou fólií z materiálů PET a CPP (polyester a polypropylen) a materiálu zvaného „TYVEK“
- materiál musí poskytovat dokonalou antimikrobiální ochranu
- čistý peel efekt
- 3-násobný svar
- rozměry nesmí být menší a měly by co nejvíce odpovídat požadavkům

9. část

Test do myček nástrojů bez držáku, musí splňovat normu ČSN P CEN ISO/TS 15883-5, indikátor tepelné dezinfekce 90°C/5minut

10. část

Test kvality mytí nástrojů ve variantách vč.tělíska a bez tělíska
Pro kontrolu účinnosti mytí dle normy ČSN EN 15883

11. část

Test do myček nástrojů dutinový na laparoskopický mycí stojan, musí splňovat normu ČSN P CEN ISO/TS 15883-5

12.část

Test procesu sterilizace, chemický pro plazmovou sterilizaci, proužkový, indikátor plazmové sterilizace, třída 4, splňovat ISO 11140-1

13.část

Test procesu sterilizace, chemický pro parní sterilizaci, proužkový, parní indikátor, třída 4, splňovat ISO 11140-1

14. část

Test sterilizace pára, dutinový, procesový, samolepící proužek, třída 2, splňovat ISO 11140-1 ve variantách vč.tělíska a bez tělíska

PCD tělísko s volitelným HPR 90 ve variantách pro délku sterilizace 3,5 /7 minut při 134°C a HPR 90 pro délku sterilizace 15 /20 minut při 121°C , musí splňovat normu EN 867-5

15.část

Test sterilizace pára, Bowiedick test, samolepící proužek, třída 2, splňovat ISO 11140-4 ve variantách vč.tělíska a bez tělíska

Tělísko pro délku sterilizace 3,5min. při 134°C, musí splňovat normu EN 867-5

16.část

Kontejnerový kulatý filtr do víka s procesovým indikátorem páry průměr 190mm s otvorem uprostřed a jazýčkem, musí splňovat normu EN 868-2

17.část

Absorpční papír do kontejneru, minimální rozměr 50x60cm, rozměr nesmí být menší a měl by co nejvíce odpovídat požadavkům

18.část

Polypropylenové podložky na těžká nástrojová síta, minimální rozměr 30x60cm, rozměr by měl co nejvíce odpovídat požadavkům

19.část

Štítky do kontejnerů s parním indikátorem, rozměr 30x60cm, rozměr by měl co nejvíce odpovídat požadavkům, rozměr je kompatibilní s používanými kontejnery

20.část

Kontejnerové plastové plomby pro sterilizaci páry bez indikátoru

21. část

Lepicí páska s indikátorem pro parní sterilizaci, rozměr 19mmx50m, rozměr by měl co nejvíce odpovídat požadavkům, tolerance šířky +/- 2mm

22. část

Lepicí páska bez indikátoru pro parní sterilizaci, rozměr 19mmx50m, rozměr by měl co nejvíce odpovídat požadavkům, tolerance šířky +/- 2mm

Rozměry obalového materiálu jsou rozměry doporučené, a jsou plně vyhovující stávajícím potřebám zadavatele.

Předpokládaný objem obalového materiálu pro centrální sterilizaci:

	JMN	množství/JMN 24měsíců
1.část		
Papír bal.Wrap 100x100cm 33gsm	ks	20 000
Papír bal.Wrap 120x120cm 33gsm	ks	11 000
2.část		
Papír bal.Wrap 100x100cm 60gsm	ks	2 500
Papír bal.Wrap 120x120cm 60gsm	ks	4 800
3.část		
Papír bal.Wrap 120x120cm 60gsm	ks	1 000
4.část		
Papír krep. 750x750mm	ks	9 000
Papír krep. 100x100mm	ks	3 000
Papír krep. 120x120mm	ks	3 000
5.část		
Sáček pl.75x200mm	ks	16 000
Sáček pl.75x270mm	ks	40 000
Sáček pl.75x300mm	ks	6 000
Sáček pl.75x350mm	ks	10 000

Sáček pl.100x270mm	ks	16 000
Sáček pl.100x300mm	ks	12 000
Sáček pl.100x400mm	ks	4 000
Sáček pl.150x200mm	ks	16 000
Sáček pl.150x300mm	ks	1 000
Sáček pl.210x400mm	ks	8 000
Sáček pl.250x380mm	ks	8 000
Sáček pl.320x500 mm	ks	5 000
Sáček skl.100x50x300mm	ks	4 000
Sáček skl.150x50x280mm	ks	3 000
Sáček skl.150x50x380mm	ks	12 000
Sáček skl.200x50x400mm	ks	3 000
Sáček skl.200x50x500mm	ks	3 000
Sáček skl.75x30x300mm	ks	8 000

6.část

Role pl.50x200m	ks	19
Role pl.75x200m	ks	8
Role pl.100x200m	ks	5
Role pl.150x200m	ks	13
Role pl.200x200m	ks	5
Role pl.300x200m	ks	3
Role skl.100x40x100m	ks	5
Role skl.150x50x100m	ks	5
Role skl.350x80x100m	ks	5

7.část

Sáček zátěžový pl.210x420mm	ks	5 000
Sáček zátěžový pl.320x500mm	ks	3 000
Sáček zátěžový pl.420x600mm	ks	7 000
Sáček zátěžový pl.490x640mm	ks	800
Sáček zátěžový pl.490x750mm	ks	2 000
Role zátěžová 500x100m	ks	4
Role zátěžová 300x100m	ks	8
Role zátěžová 210x100m	ks	10

8.část

Sáček pl.Tyvek 75x200mm	ks	3 000
Sáček pl.Tyvek 100x280mm	ks	8 000
Sáček pl.Tyvek 150x320mm	ks	3 000
Sáček pl.Tyvek 200x420mm	ks	3 000
Sáček pl.Tyvek 250x500mm	ks	2 000
Role pl.Tyvek 150mmx70m	ks	13
Role pl.Tyvek 200mmx70m	ks	16
Role pl.Tyvek 300mmx70m	ks	10
Role pl.Tyvek 500mmx70m	ks	4
Role pl.Tyvek 75mmx70m	ks	10

9.část

Test do myčky nástrojů s indikátorem bez držáku	ks	2 000
---	----	-------

10.část varianta A nebo B		
A:Test kvality mytí nástrojů bez držáku	ks	100
B:Test kvality mytí nástrojů vč.držáku		

11.část		
Test do myčky nástrojů, dutinový	ks	200

12.část		
Test procesu sterilizace, chemický pro plazmovou sterilizaci, proužkový s indikátorem, tř.4	ks	1 500

13.část		
Test procesu sterilizace pro parní sterilizaci, proužkový s indikátorem, tř.4	ks	30 000

14.část varianta A nebo B		
A:Test sterilizace pára, dutinový, procesový, samolep.proužek třída 2, bez tělíska	ks	10 000
B.1.:Test sterilizace pára, dutinový, procesový, samolep.proužek třída 2, vč. tělíska 3,5/7min/134st		
B.2.Test sterilizace pára, dutinový, procesový, samolep.proužek třída 2, vč. tělíska 15/20min/121st		

15.část varinata A nebo B		
A:Test sterilizace pára, Bowiedick test, samolep.proužek třída 2, bez tělíska	ks	3 000
B:Test sterilizace pára, Bowiedick test, samolep.proužek typ 2, vč tělíska 3,5min./134st		

16.část		
Kontejnerový kulatý filtr do víka s procesovým indikátorem páry	ks	2 000

17.část		
Absorpční papír do kontejneru	ks	1 000

18.část		
Polypropylenová podložka na těžká nástrojová síta	ks	2 500

19.část		
Štítky do kontejnerů s parním indikátorem	ks	5 000

20.část		
Kontejnerové plastové plomby pro sterilizaci páry bez indikátoru	ks	8 000

21.část		
----------------	--	--

Lepicí páska s indikátorem pro parní sterilizaci	ks	200
--	----	-----

22.část

Lepicí páska bez indikátoru pro parní sterilizaci	ks	500
---	----	-----

3. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek

Doba plnění na dobu určitou 24 měsíců, a to s účinností od zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb. v platném znění.

Splatnost faktury 60 dnů od data doručení zboží zadavateli.

Spolu se zbožím budou kupujícímu předány dodací list, daňový doklad – faktura.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník stanoví nabídkovou cenu v krycím listu (Příloha č.1). Nabídková cena bude stanovena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatné DPH a cena celkem vč.DPH jako součin jednotkových nabídkových cen za jednotlivé položky a předpokládaného množství dle specifikace uvedené v čl.2 této zadávací dokumentace. Tyto ceny budou předmětem předběžného hodnocení nabídek.

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a dalšími dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky.

Cena bude konečná a nepřekročitelná, musí obsahovat veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky v místě plnění, navýšení je možné pouze o míru inflace.

5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html.

Jiná forma podání nabídky, než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, nebude tato nabídka hodnocena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací.

Lhůta pro podání nabídky v elektronické podobě v elektronickém nástroji E-ZAK: **12.01.2022 do 09:00 hodin.**

Bližší podrobnosti a podmínky nezbytné k užití elektronického nástroje jsou součástí výzvy k podání nabídky.

Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

1. Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě v krycím listu (příloha č.1), který vloží do elektronického nástroje E-ZAK. Uchazeč přitom postupuje podle dispozic zadavatele, uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení.

Účastník vloží do elektronického nástroje ve lhůtě pro podání nabídek své ceny k jednotlivým položkám. Účastník může svou cenovou nabídku vložit ke všem částem veřejné zakázky, nebo pouze k jím vybraným částem veřejné zakázky. V každé části, v nichž chce účastník svou cenovou nabídku podat, však musí vložit cenu u všech položek.

2. Účastník do elektronického nástroje připojí návrh Rámcové kupní smlouvy, jež bude zpracován v souladu s požadavky zadavatele na obchodní podmínky této zadávací dokumentace. **Návrh Rámcové kupní smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.**
3. Účastník vloží návrh Rámcové kupní smlouvy do elektronického nástroje ve formátu *pdf (podepsaná smlouva statutárním zástupcem účastníka) a rovněž ve formátu *doc.
4. Účastník do elektronického nástroje připojí doklady, jimiž účastník splňuje požadovanou kvalifikaci a vyplněné přílohy.
5. Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.
6. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky, poskytované dokumenty a informace budou v jazyce českém. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i jejich vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení k účastníkům. Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní emailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK. Přístup do elektronického nástroje E-ZAK bude po celou dobu realizace veřejné zakázky.
7. Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uveřejní na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

6. Požadavky na varianty

Zadavatel požaduje zpracování variant pouze v částech č.10 a 14 a 15.

Zadavatel nepožaduje zpracování variant u ostatních částí veřejné zakázky.

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje předložit:

- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v kopii. Doklady nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
- Návodů na použití v ČJ k jednotlivým položkám, které jsou předmětem veřejné zakázky.
- Technické listy v ČJ k jednotlivým položkám, které jsou předmětem veřejné zakázky.
- Obalový materiál musí splňovat požadavky dle evropské EN 868 a ISO 11607.

- Účastník musí být registrován v souladu s legislativou zákona č.89/2021 Sb., zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Účastník musí předložit dokument o registraci nebo může uvést odkaz na veřejně přístupnou databázi. (V případě poddodávek platí i pro poddodavatele.)
- Zadavatel požaduje předložit současně s nabídkou předložení vzorků účastníkem nabízeného materiálu dle přílohy č.3, k posouzení nabízených vzorků a hodnocení nabídek, v rámci ekonomické výhodnosti nabídek. Vzorky budou zřetelně a čitelně označeny názvem dle jednotlivých položek, tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, který vzorek dodavatel předloží. Vzorky budou v krabici vč. vyplněného seznamu poskytovaných vzorků příloha č.3. Krabice bude označena účastníkem, názvem veřejné zakázky a nápisem

„NEOTVÍRAT Dodávka obalového materiálu pro centrální sterilizaci“.

- Lhůta pro dodání vzorků v rámci jedné dodávky nejpozději do 10.01.2022 do 13:00 hodin, na centrální sklady zásobování p.Martině Mackové nebo paní Pavlíně Novosadové

- Zadavatel nepožaduje předložení vzorků od účastníků k částem č. 4, 5, 6 a 8 dle přílohy č.3

8. Jiné požadavky pro plnění veřejné zakázky

Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky účastníka. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.

9. Způsob hodnocení nabídek

Hodnoceny budou pouze nabídky, které splňují požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky.

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek v částech č. 4; 5; 6 a 8 je nejnížší nabídková cena.

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek v částech č. 1; 2; 3; 7; 9 – 22 je ekonomická a technická výhodnost nabídky.

Celkové hodnocení bude provedeno na základě součtu výsledných hodnot dílčích kritérií u jednotlivých nabídek

Dílčí hodnotící kritéria pro jednotlivé části č. 1; 2; 3; 7; 9 – 22:

Kritérium č.1	Celková nabídková cena dané položky vč.DPH	Váha kritéria 80%
Kritérium č.2	Technické, jakostní a funkční vlastnosti	Váha kritéria 20%

Hodnocení dílčího kritéria č.1:

Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena za splnění příslušné položky veřejné zakázky.

Každá nabídka získá body v poměru k nejnižší nabídce, jak je uvedeno v následujícím vzorci. Při hodnocení nabídkové ceny bude rozhodná její výše vč. DPH.
Po přepočtu může účastník za dané kritérium získat max. 80% váhy.

$$\text{Bodové hodnocení ceny} = \frac{\text{nejnižší nabídková cena}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100$$

Hodnocení dílčího kritéria č.2:

Účastník předloží vzorky nabízených jednotlivých položek. Bodové hodnoty získané od účastníka za hodnocené parametry se následně přepočítá dle uvedené vzorce. Tímto se získá výsledná hodnota přidělená jednotlivým položkám v tomto dílčím kritériu. Po přepočtu může účastník za dané kritérium získat max. 20% váhy.

$$\text{Bodové hodnocení (kritérium č.2)} = \frac{\text{počet bodu hodnoceného uchazeče}}{\text{maximální počet získaných bodů}} \times 100$$

Zadavatel bude v rámci dílčích kritérií pro jednotlivé části hodnotit parametry:

Hodnotící kvality:		Bližší popis:
Splnění základních technických parametrů, nabízeného materiálu	max. 10 bodů	Materiál, zda splňuje nastavené technické požadavky dle odst.č.2
Hodnotící subkritéria kvality:		Bližší popis:
Funkční vlastnosti nabízeného materiálu	max. 10 bodů	Funkčnost materiálu

10. Ostatní ujednání

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.

Vzorky budou vráceny pouze v případě, že nebudou testovány v rámci hodnocení nabídek. V opačném případě zadavatel po ukončení zadávacího řízení (uzavření smlouvy) uhradí jednotlivým účastníkům jejich hodnotu poskytnutých vzorků, avšak v maximální výši nabídnuté ceny stanované v příloze č.1 krycím listu.

Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v uživatelské příručce pod odkazem: <https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>

Ve Frýdku-Místku


Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
El. Krásnohorské 321, Frýdek
738 01 FRÝDEK-MÍSTEK
Ing. Tomáš Stejskal, MBA
ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Příloha:

1. Krycí list
- 2.1. Návrh Rámcové kupní smlouvy
- 2.2. Příloha k Rámcové kupní smlouvě
3. Seznam testovacích vzorků
4. Elektronický nástroj EZAK – Uživatelská příručka pro dodavatele