

Veřejná zakázka
VZ „Modernizace Nemocnice Třinec, p.o. – 1. Etapa – Dodávka koagulometru a
biochemických analyzátorů II“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Modernizace Nemocnice Třinec, p.o. – 1. Etapa – Dodávka koagulometru a biochemických analyzátorů II“
Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 73961 Třinec
IČO zadavatele:	00534242
URL adresa:	www.nemtr.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

„V návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 3 Zadávací dokumentace) se prodávající v části VI. (Povinnosti prodávajícího a kupujícího) zavazuje zajistit následující servisní podporu: nástup technika do 24 hodin od nahlášení poruchy, zajištění náhradních dílů do 24 hodin od nahlášení poruchy, dostupnost servisu v pracovní dny v době od 8:00-15:00.

Požadovaný časový interval pro nástup servisního technika od nahlášení poruchy, a především zajištění náhradních dílů do 24 hodin od nahlášení poruchy považuje dodavatel za nepřiměřeně krátký. Zadavatel požaduje automatický analyzátor provádějící elektroforetická stanovení proteinů v séru a moči, přičemž tato vyšetření nebývají standardně prováděna v režimu STATIM. Servisní technici dodavatele zpravidla zahajují servisní zásah do 24 hodin od nahlášení poruchy. Nicméně v případě závažných, či výjimečných poruch nemůže dodavatel zaručit dostupnost všech nutných náhradních dílů do 24 hodin od nahlášení poruchy.

Bude zadavatel akceptovat nabídku včetně Přílohy č. 3. - Zadávací dokumentace – Obchodní podmínky (Návrh kupní smlouvy), ve které se dodavatel zaváže k zajištění servisní podpory následujícím způsobem: nástup technika do 72 hodin od nahlášení poruchy, zajištění náhradních dílů do 72 hodin od nahlášení poruchy, dostupnost servisu v pracovní dny v době od 8:00-15:00?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel z provozních důvodů trvá na znění článku VI. odst. 4 návrhu kupní smlouvy tak, jak je uvedeno v zadávacích podmínkách, tzn. nástup technika do 24 hodin od nahlášení poruchy, zajištění náhradních dílů do 24 hodin od nahlášení poruchy, dostupnost servisu v pracovní dny v době od 8:00-15:00.

Dotaz č. 2:

„V návrhu rámcové kupní smlouvy (Příloha č. 4 Zadávací dokumentace) se prodávající v části V. Místo a doba plnění zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží nejpozději do 7 dnů od doručení objednávky. Elektroforetické metody běžně nebývají nadřazeny ostatním biochemickým metodám a frekvence jejich provádění nebývá vysoká. Oddělení Klinických laboratoří Nemocnice Třinec, p.o., objednává diagnostické KITy průměrně jednou za měsíc. Z těchto důvodů dodavatel považuje stanovený interval 7 dnů pro dodání objednaného zboží za nepřiměřeně krátký.

Bude zadavatel akceptovat nabídku včetně Přílohy č. 4 Zadávací dokumentace – Obchodní podmínky (Návrh rámcové kupní smlouvy), ve které se dodavatel zaváže dodat kupujícímu objednané zboží nejpozději do 10 dnů od doručení objednávky?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel z provozních důvodů trvá na znění článku V. odst. 2 návrhu rámcové kupní smlouvy tak, jak je uvedeno v zadávacích podmínkách, tzn. „Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží nejpozději do 7 dnů od doručení objednávky.“

V Třinci, dne 8.4.2022

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Ing. Jiří Veverka, ředitel