

**Veřejná zakázka
„VZ „Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj –
Endoskopie“**

Změna zadávací dokumentace č. 1

Dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	„Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – Endoskopie“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele:	Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná 00844853 www.nspka.cz Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu http://nspka.profilzadavatele.cz

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) sděluje následující změny zadávací dokumentace:

1. Zadavatel mění článek V. odst. 2 Obchodních podmínek - následujícím způsobem:

2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději **do 21 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy.

V návaznosti na výše uvedené odpovědi zadavatel spolu s touto změnou zadávací dokumentace uveřejňuje novou přílohu č. 3 ZD – Obchodní podmínky, s upraveným textem. Tato nová příloha s názvem souboru „NOVÁ Příloha č. 3 ZD - Obchodní podmínky (Kupní smlouva) - Endoskopie“ je zveřejněna v sekci elektronického nástroje „Zadávací dokumentace“.

2. Změna požadovaných technických parametrů pro část 3 VZ – Dezinfektor pro endoskopy

Zadavatel mění technickou specifikaci v níže uvedeném rozsahu:

~~úpravna vody na požadovanou kvalitu vody (tvrdost vody v místě instalace 1,2 mmol/l), předřadné externí filtry na vodovodní řád součástí dodávky – dvoufázová předfiltrace a 1 µm a 0,4 µm~~

úpravna vody na požadovanou kvalitu vody (tvrdost vody v místě instalace 1,2 mmol/l), součástí dodávky třístupňová filtrace s filtry o hrubosti 0,2, 1,10 mikrometrů

V návaznosti na výše uvedené spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel novou přílohu č. 1 ZD – Požadované technické parametry, kde jsou předmětné technické parametry upravené. Tato nová příloha je zveřejněna v sekci elektronického nástroje „Zadávací dokumentace“ pod názvem souboru „NOVÁ Příloha č. 1 ZD - Požadované technické parametry - Endoskopie“.

S ohledem na výše uvedené prodlužuje zadavatel lhůtu k podání nabídek a nově stanovuje lhůtu k podání nabídek **1.6.2022 v 9.00 hod.**

V Karviné, dne 2.5.2022

Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka