

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka
Macková/5120

Frýdek-Místek
20.6.2022

Věc: Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám

**„Dodávka jednorázového rouškování“
P/003/SKL/22**

Vážení uchazeči,

Dne 20.6.2022 jsme obdrželi písemnou dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám, tímto Vám sdělujeme stanovisko zadavatele:

Dotaz č.2:

1/ U položky rouška obalová u každého setu požaduje zadavatel 150x 190 cm, my k tomuto účelu dáváme roušky 140x190 cm, bude nám jich zadavatel akceptovat? Nakolik jde o obalovou roušku, jsme toho názoru, že šíře 140 cm je dostačující, nakolik se tahle rouška používá jenom na pomocný stůl a používáme je takhle ve všech setech pro nemocnice.

2/ K položce návlek na instrumentační stůl zadavatel požaduje 80 x 145 cm. Standardně nabízíme 80 x142 cm, který je dostatečný na všechny návleky a rozdíl je jenom 3 cm, což by při délce nemělo vadit, protože vrchní část stolu bude pokryta.

3/ Zadavatel požaduje dle bodu 7 ZD návody k použití k jednotlivým položkám - žádáme o informaci, jestli opravdu zadavatel požaduje návod k použití pro všechny položky což je celkem cca 140 položek v setech spolu a jestli to požaduje zaslat s nabídkou nebo až do vítězného uchazeče? Máme zato, že položky v setech zadavatel a pracovníci v nemocnici dobře znají jak se s nima manipuluje a jak se jednotlivé položky v setech používají nebo pokud zadavatel požaduje návody jenom na některé z položek v daných setech, prosíme je specifikovat.

Odpověď č.2:

1) Zadavatel uvedl v zadávací dokumentaci odst.2 - základní technické požadavky na předmět zakázky a uvádí :

Rozměry roušek a návleků - musí co nejvíce odpovídat požadované velikosti dle přílohy č.1, nesmí být menší, musí odpovídat účelům, pro které jsou určeny.

Minimální tolerance: nabídka všech roušek není povolena.

2) Zadavatel uvedl v zadávací dokumentaci odst.2 - základní technické požadavky na předmět zakázky a uvádí :


Rozměry roušek a návleků - musí co nejvíce odpovídat požadované velikosti dle přílohy č.1, nesmí být menší, musí odpovídat účelům, pro které jsou určeny.

Minimální tolerance: nabídka všech roušek není povolena.

3) Zadavatel uvedl v zadávací dokumentaci odst.7 :

- Návody na použití v ČJ k jednotlivým položkám, které jsou předmětem veřejné zakázky budou předloženy vítězným účastníkem před podpisem smlouvy.

S pozdravem





Martina Macková
Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o.