




VYPLNIL:	Jan Procházka	DNE:	01/2022	ZAKÁZKA č.	-	MÍSTO STAVBY:	Nemocnice Krnov - Operační sály	
TYP VÝROBKU:	Dvojitý stativ pro COS s hlavou 1250 mm a hlavou pro monitor			KOTVENÍ STATIVU (MEZIKUS/DESKA):		mezikus	POZNÁMKA:	-
MÍSTNOST ČÍSLO:	OPS 1 - 4							

TECHNICKÉ VYBAVENÍ PRO LEVOU/PRAVOU HLAVU DVOJITÉHO STATIVU

POČET KUSŮ	OSAZENÍ STATIVU MEDICINÁLNÍMI PLYNY/DIMENZE PŘÍVODŮ							POUŽITÁ NORMA RYCHLOSPOJEK	OSAZENÍ STATIVU SILNOPROUDÝMI ZÁSUVKAMI					POUŽITÁ NORMA ZÁSUVEK/ POUŽITÍ SIGNALIZACE LED	ZDÍRKA OCHRANNÉHO POSPOJENÍ 	POČET SILNOPROUDÝCH OKRUHŮ (množství je na celý stativ)				
	KYSLÍK (O ₂)	OXID DUSNÝ (N ₂ O)	OXID UHLÍČITÝ (CO ₂)	STLAČENÝ VZDUCH (Air _{bar})	VAKUUM (Vac)	ODTAH ANEST. SMĚSÍ (AGSS)	POHON CHIR. NÁSTROJŮ		MDO (bílá)	DO (zelená)	ZIS (žlutá)	VDO (oranžová)	RTG (červená)			MDO	DO	ZIS	VDO	RTG
																				
4	-/-	-/-	2/-	2/-	2/-	-/-	1/-	ČSN	-	-/-	10/2	6/2	-	ANO U OBVODU ZIS A VDO	10/2	-	-	2/1	2/1	-
OSAZENÍ STATIVU SLABOPROUDÝMI INSTALACEMI							PŘÍSLUŠENSTVÍ STATIVU							BAREVNOST STATIVU				DÉLKY RAMEN STATIVU		
RJ45 CAT.6	HDMI (SDI)	PŘÍPRAVA PRO VIDEOMANAGEMENT		PRAŽDNÉ VÍČKO 22,5	PRAŽDNÉ VÍČKO 45	MEDILISTA NOSNOST 20 kg	POLICE NA HLAVĚ	POLICE NA HLAVĚ	DRŽÁKY KABELŮ NA MEDILISTU	DRŽÁK MONITORU 55" S OVLAĐÁNÍM				BOČNICE	SPODNÍ, HORNÍ KRYT, NOHY, POHLEDOVÝ KRYT	VÍČKO "V"	VÍČKO "K1,2,3"	PROFIL "P,E"	SKLOPNÉ RAMENO	PEVNÉ RAMENO
																				
4/2	3/2	ANO	-	6/2	-	2/0 (a délka 300 mm)	1/0 (s ovládaním stativu)	1/0 (se šuplíkem a ovládaním stativu)	4/0	0/1				RAL 9002	RAL 9002	RAL 9002	DLE POŽADAVKU ARCHITEKTA	DLE POŽADAVKU ARCHITEKTA	800 mm/800 mm	1000mm/1000mm