

Veřejná zakázka
„VZ „Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj –
Diagnostické přístroje“

Změna zadávací dokumentace č. 3

Dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – Diagnostické přístroje“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele: Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná 00844853 www.nspka.cz Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu http://nspka.profilzadavatele.cz

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 99 ZZVZ mění zadávací dokumentaci následovně:

Část 5 VZ – Ultrazvuk RDG Karviná (1ks)

Změna požadovaných technických parametrů:

- Dobrá mobilita přístroje, lehce transportovatelný, hmotnost maximálně **100 kg** ~~140 kg~~
- LED monitor o velikosti min. **23“** ~~23,5“~~
- Min. 4 aktivní konektory pro současné připojení 2D uzv snímačů ~~+ jeden parkovací konektor pro odložení neaktivní sondy~~
- ~~— Centrální brzda aretující minimálně 2 kola~~ **Aretace podvozku**
- **Požadavky na obslužný panel:** integrovaný dotykový LCD displej velikosti minimálně **12“** ~~13“~~ pro zjednodušení ovládání přístroje (rychlá dostupnost funkcí)
- **Požadované režimy zobrazení:**

~~Automatické zvětšení okolí kurzoru pro přesné umístění kaliperu, dostupné na všech sondách~~

Modul detekce a vizualizace mikrokalcifikací

- SW výbava:

~~Možnost rozšíření o pokročilou analýzu tuhosti cévní stěny, hodnocení rychlosti šíření pulzní vlny~~

~~Možnost rozšíření o SW pro hodnocení rychlosti šíření pulzní vlny na karotidách – časné hodnocení aterosklerózy~~

~~Možnost rozšíření o SW pro hodnocení distribuce rozptýleného signálu. Steatotická játra mají jinou pravděpodobnostní křivku rozložení odražených signálů.~~

~~Integrovaný ohříváč gelu~~

- Požadavky na měření a archivaci: Možnost realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení ~~pomocí webového rozhraní~~

- Požadavky na ultrazvukové sondy:

1ks: konvexní sonda pro abdominální vyšetření o rozsahu min. ~~2—6~~ **2 - 8** MHz. Maximální hloubka 2D zobrazení min. 40 cm (vyšetřitelnost pacientů s BMI > 35)

Úhel zobrazení min. 120°

1ks: lineární sonda pro vyšetření blízkých struktur o rozsahu min. ~~2—14~~ **5 -14** MHz, délka snímací části min. ~~50mm~~ **60 mm**

1ks: lineární sonda pro vyšetření cév o rozsahu min. ~~2—9~~ **3 -11** MHz, délka snímací části max. 45mm

V návaznosti na výše uvedené spolu s touto zadávací dokumentací uveřejňuje zadavatel novou přílohu č. 1 ZD – Požadované technické parametry – Diagnostické přístroje, kde jsou výše uvedené technické parametry upravené. Tato nová příloha je zveřejněna na profilu zadavatele a v sekci elektronického nástroje „Zadávací dokumentace“ pod názvem souboru „II NOVÁ Příloha č. 1 ZD - Požadované technické parametry – Diagnostické přístroje.

S ohledem na výše uvedené dává zadavatel na vědomí, že **bude prodlužovat lhůtu k podání nabídek.** Formulář F14 o prodloužení lhůty k podání nabídek odeslal zadavatel do Věstníku veřejných zakázek dne 29.8.2022. Novou lhůtu k podání nabídek uvede zadavatel na profilu zadavatele a na elektronickém nástroji EZAK v den, kdy bude formulář F14 zveřejněn.

V Karviné, dne 29.8.2022

Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka