

Veřejná zakázka
„Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení II“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení II“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ 00844896 www.nsphav.cz Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedeného dotazu dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

„322195 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ

- *Modulární monitor*
- *Zobrazení až 12 křivek EKG, SpO2, Resp., NIBP, 2-Temp, puls, 2-IBP, CO, CO2.*
- *min. 15" dotyková obrazovka*
- *OxyCRG pro monitorování novorozenců.*
- *Velká kapacita pro ukládání dat.*
- *Propojení s centrálou, obousměrná komunikace, ovládání monitoru vč. nastavování*
- *Bed-to-bed prohlížení.*
- *Vhodný pro dospělé, děti i novorozence.*
- *Možnost monitorace BIS a relaxometrie.*

Otázka č.1.

V technickém zadání položky 322195 Monitor vitálních funkcí zadavatel požaduje:

Propojení s centrálou, obousměrná komunikace, ovládání monitoru vč. nastavování.

Chápeme správně, že propojení s centrálou, obousměrná komunikace, ovládání monitoru vč. nastavování je požadavek, pro možné budoucí rozšíření nebo doplnění o centrální monitor?

Nebo tento požadavek je koncipován vzhledem ke kompatibilitě v návaznosti na již provozovaný centrální monitor a jedná se tedy o doplnění kompatibilního monitoru vitálních funkcí?

Otázka č. 2

Zadavatel v technické specifikaci požaduje u položky 322195 Monitor vitálních funkcí zobrazení až 12 křivek EKG, SpO2, respirace, NIBP, teplota, puls, 2-IBP, CO, CO2.

Vyžaduje zadavatel, aby tyto moduly k měření těchto parametrů byly součástí cenové nabídky?

Otázka č. 3

Zadavatel v technické specifikaci u položky 322195 Monitor vitálních funkcí uvádí možnost monitorace BIS a relaxometrie.

Požaduje tyto položky přímo do cenové nabídky, nebo je uvádí jako možnost pro možné budoucí rozšíření MVF?

Otázka č.4

Zadavatel v technické specifikaci u položky 322195 Monitor vitálních funkcí neuvedl požadavky na spotřební materiál (senzory, manžety, kabeláže, propojovací vodiče, snímače k jednotlivým modulům a typům měření.

Bude zadavatel specifikovat spotřební materiál, nebo dodávka tohoto spotřebního materiálu není součástí dodávky MVF?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že položky 322195, 322271, 322620 a 322662 nejsou součástí zadávacího řízení a nebudou se oceňovat.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace uveřejňuje nový soupis prací D.2. Tento nový soupis je zveřejněn v sekci elektronického nástroje „Zadávací dokumentace“ pod názvem souboru „Oprava - D.2 Soupis prací lékařská technologie“.

V Havířově, dne 30.8.2022

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel

i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka