

Veřejná zakázka
„VZ „Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj –
Diagnostické přístroje“

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4

Dle §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – Diagnostické přístroje“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele:	Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná 00844853 www.nspka.cz Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu http://nspka.profilzadavatele.cz

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. §§ 98 a 99 ZZVZ na základě dotazu dodavatele sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace:

Část 5 VZ – Ultrazvuk RDG Karviná

Dotaz:

„V zadávací dokumentaci v souboru „II NOVÁ Příloha č.1 ZD – Požadované technické parametry – Diagnostické přístroje“, v části 5 v odstavci „Požadavky na obslužný panel“, zadavatel mimo jiné požaduje:

- výškově, stranově i předozadně stavitelný (plovoucí)*
- motorový zdvih ovládacího panelu.*

Dotaz: Motorově poháněný zdvih ovládacího panelu je vysoce nadstandardní požadavek, bývají jím vybaveny zejména drahé přístroje nejvyšší výkonnostní kategorie nebo diagnostické přístroje stacionární, které jsou těžké a nejsou určeny k převozu po oddělení. Vysoce mobilní přístroje (do 100 kg hmotnosti) tuto vlastnost nenabízejí.

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje s výškově i stranově stavitelným ovládacím panelem, avšak bez motoricky poháněného zdvihu?“

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku přístroje s výškově i stranově stavitelným ovládacím panelem bez motoricky poháněného zdvihu.

V návaznosti na výše uvedené spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel novou přílohu č. 1 ZD – Požadované technické parametry – Diagnostické přístroje, kde je výše uvedené technický parametr odstraněný. Tato nová příloha je zveřejněna na profilu zadavatele a v sekci elektronického nástroje „Zadávací dokumentace“ pod názvem souboru „III NOVÁ Příloha č. 1 ZD - Požadované technické parametry – Diagnostické přístroje.

S ohledem na výše uvedené dává zadavatel na vědomí, že **bude prodlužovat lhůtu k podání nabídek.** Formulář F14 o prodloužení lhůty k podání nabídek odeslal zadavatel do Věstníku veřejných zakázek dne 2.9.2022. Novou lhůtu k podání nabídek uvede zadavatel na profilu zadavatele a na elektronickém nástroji EZAK v den, kdy bude formulář F14 zveřejněn.

V Karviné, dne 2.9.2022

Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka