

Veřejná zakázka
„VZ „Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj –
Operativa II“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – Operativa II“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele: Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná 00844853 www.nspka.cz Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu http://nspka.profilzadavatele.cz

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ na základě dotazu dodavatele sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Část 3 VZ – Elektrokoagulace a odsávačka kouře

Dotaz:

„dovolujeme si vznést dotaz k části VZ: 3 - Elektrokoagulace a odsávačka kouře (2+2 ks). V Příloze č. 1 Zadávací dokumentace – požadované technické parametry “ Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj – Operativa II” zadavatel požaduje ve 3. část – Elektrokoagulace a odsávačka kouře (2 kusy elektrokoagulace a 2 kusy odsávaček) dodávku 2 ks elektrokoagulace a 2 ks odsávaček. V samotné technické specifikaci (Odsávačka kouře, 1.řádek) pak uvádí “požadujeme dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 kusu systému pro odvod operačních zplodin, včetně veškerého požadovaného příslušenství a zaškolení personálu k používání přístroje”. Dodatečný dotaz č. 1: Požaduje zadavatel pro výběrové řízení „Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – Operativa II“, 3. Část – Elektrokoagulace a odsávačka kouře (2 kusy elektrokoagulace a 2 kusy odsávaček) dodávku 1 nebo 2 ks odsávače chirurgického kouře (=systému pro odvod operačních zplodin)?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje dodávku, instalaci a uvedení do provozu 2 kusů systému pro odvod operačních zplodin, včetně veškerého požadovaného příslušenství a zaškolení personálu k používání přístroje. V samotné technické specifikaci (Odsávačka kouře, 1.řádek) je pouze administrativní chyba.

V Karviné, dne 7.9.2022

Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka