

Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

*Oznámení o zahájení zadávacího řízení*

## **VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY**

na veřejnou zakázku malého rozsahu, **zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.**,  
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s využitím elektronického nástroje:

### **„Hematologický analyzátor pro HTO SN v Opavě“**

Číslo spisu: **OPA/Hal/2022/38/analyzátor-HTO**

Číslo zakázky: **P22V00000406**

(dále také „VZ“)

#### **1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE**

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Název zadavatele:           | <b>Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace</b>                 |
| Adresa zadavatele:          | <b>Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava</b>                         |
| IČO zadavatele:             | <b>47813750</b>                                                          |
| Oprávněná osoba zadavatele: | <b>Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel</b>                                  |
| Kontaktní osoba zadavatele: | <b>Věra Halfarová, referent majetkové správy</b>                         |
| Telefon:                    | <b>+ 420 553 766 187</b>                                                 |
| E-mail:                     | <a href="mailto:vera.halfarova@snopava.cz">vera.halfarova@snopava.cz</a> |
| www:                        | <a href="http://www.snopava.cz">www.snopava.cz</a>                       |

#### **2. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**Druh:** Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.

**Předmět:** Předmětem veřejné zakázky je **dodávka hematologického analyzátoru** pro analýzu krevního obrazu včetně příslušenství a **dodávky reagentů, servisní a aplikační služby po dobu 4 let** na 25 tisíc vyšetření.

**Veřejná zakázka malého rozsahu:** Zadavatel ve smyslu ustanovení §31 Zákona o zadávání veřejných zakázek nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Hovoří-li se tedy dále v této výzvě o „zadávacím řízení“, nerozumí se jím žádný z druhů zadávacího řízení uvedeného v ustanovení §3 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

### 3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

#### **Minimální technické požadavky**

##### **Analyzátor určený pro provoz odběrového centra musí splňovat:**

- analýzu základních parametrů krevního obrazu (minimálně WBC, RBC, HB, HTK, MCV, MCH, PLT)
- **předpokládaný počet vyšetření na 4 roky je 25 tisíc**
- velikost přístroje je dána vymezeným prostorem v laboratoři, do které se musí analyzátor vejít. Je to rozměr základny maximálně 50x50 cm
- analyzátor krevního obrazu musí umožňovat provedení analýzy z uzavřené i otevřené zkumavky
- součástí analyzátoru musí být automatický podavač vzorků či jiný automatizovaný systém vkládání vzorků, umožňující kontinuální vkládání vzorků za chodu analyzátoru a možnost přednostního zpracování a analýzy statistických vzorků
- databáze dostupných výsledků musí čítat minimálně 30 000 záznamů (při možnosti zálohy dat)
- analyzátor krevního obrazu musí být nový, nepoškozený, nerepasovaný, plně automatický a certifikovaný (včetně ovládacího programového vybavení) pro in vitro diagnostiku (CE-IVD-R)
- analyzátor musí být vybaven čtečkou čárových kódů, zabudovanou obrazovkou a klávesnicí, příslušným softwarovým vybavením, tiskárnou, UPS a eventuálně dalším příslušenstvím nezbytným pro provoz
- automatická homogenizace vzorků před aspirací (například několikanásobným obrácením zkumavky dnem vzhůru a zpět, otáčením zkumavek apod.)
- elektronický management reagentů (dohledatelnost použitých reagentů a činností obsluhy, sledování spotřeby a expirace jednotlivých reagentů)
- software pro zálohování a následné zpřístupnění primárních dat
- zadání uživatelských přístupových práv a dohledatelnost činností obsluhy
- příbalové letáky a bezpečnostní listy v českém jazyce
- součástí dodávky analyzátoru je bezplatné napojení na LIS

##### **Požadavky na kontrolu kvality, kontrolní materiál:**

- analyzátor krevních obrazů musí disponovat interní kontrolou kvality na komerčních kontrolních materiálech certifikovaných pro in vitro diagnostiku (CE-IVD-R) a v souladu s platnou legislativou, a to pro všechny klinické parametry, vždy na hladině patologické nízké, normální a patologické vysoké, bez nutnosti použití více než jedné zkumavky pro příslušnou hladinu kontroly (všechny kontrolované parametry lze stanovit z jedné zkumavky)
- analyzátor krevních obrazů musí umožňovat kontrolu pozadí (Background) v rámci základního režimu (bez nutnosti volby dalšího režimu měření a nákladů navíc)
- pro analyzátor krevních obrazů musí být dostupná externí kontrola kvality (EKK) v ČR v rozsahu vyplývajícím z této zadávací dokumentace, minimálně v cyklech Krevní obraz, vše v rámci vlastní skupiny
- stabilita kontrolních vzorků po otevření minimálně 7 dní

##### **Požadavky na instalaci:**

- od instalace analytického systému k zahájení standardního rutinního provozu - včetně napojení na LIS, provedení úspěšné verifikace nesmí být překročen interval 30 dnů. Jinak si zadavatel vymíní možnost zrušení VZ a vrácení analytického systému prodejci.

### **Další podmínky:**

- **veškeré zboží musí být nové, nepoužité, nerepasované,**
- součástí dodávky je doprava na místo osazení, vlastní instalace, zprovoznění a komplexní vyzkoušení,
- součástí dodávky zařízení je předání návodu k obsluze v českém jazyce (1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě) a dodání veškerých dokladů přípustnosti použití zařízení při poskytování zdravotnické péče (dle zákona č. 268/2014 Sb. o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, popř. zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích),
- součástí dodávky je zaškolení obsluhy, seznámení pracovníků zadavatele s obsluhou zařízení, technickými a provozními podmínkami, všeobecnými bezpečnostními pokyny ochrany zdraví při práci se zařízením a veškerými dalšími náležitostmi řádného provozu zařízení vyplývajícími z příslušných právních předpisů,
- v průběhu záruční doby požadujeme provádět **bezplatně:**
  - veškeré kontroly předepsané výrobcem a příslušnou legislativou, v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, popř. zákonem č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích, v případě, že výrobce neuvede jinak, pak jednou za dva roky provedení kontroly v rozsahu PBTk dle zákona č. 268/2014 Sb., popř. č. 89/2021 Sb., (tzn., že součástí nabídkové ceny bude i provádění PBTk a pravidelných technických prohlídek nařízených výrobcem vč. předepsaných náhr. dílů, po dobu záruky);
  - údržbu a servis vč. dodávky náhradních dílů, které nepodléhají běžnému opotřebení a expiraci;
  - validaci (případně PBTk dle zákona 89/2021 Sb.) dle návodu výrobce a kompletní dodávka náhradních dílů po celou dobu odběru reagentů (4 roky);
- analyzátor krevních obrazů nesmí vyžadovat frekvenci údržby (za standardních podmínek) častěji než 1x 24 hod,
- dodavatel zajistí servisní prohlídku dostupnou v pracovní dny min od 7:00 do 15:00 hod,
- dodavatel zajistí dobu nástupu servisního technika na opravu – do 24 hod od objednání opravy,
- dodavatel zajistí dodávku reagentů přímo na adresu odběrového místa v pracovní dny (Po-Pá) v čase 6:00 – 14:00 hod.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **800.000,00 Kč bez DPH.**

Při překročení výše předpokládané hodnoty si zadavatel vyhrazuje právo nabídku vyřadit.

#### **4. DODACÍ PODMÍNKY – MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ**

##### **Místo plnění:**

Odběrové centrum transfuzního oddělení SN v Opavě při SZZ Krnov, budova A, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov.

**Doba plnění:** u hematologického analyzátoru **maximálně do 30 dnů** ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy; **u reagentů 4 roky** od instalace a uvedení hematologického analyzátoru do provozu.

#### **5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**

Účastník ZŘ předloží návrh smlouvy (Příloha č. 2) doplněný na místech určených zadavatelem. Návrh smlouvy musí respektovat požadavky zde uvedené, přičemž se od stanovených obchodních

podmínek nelze odchýlit v neprospěch zadavatele. V Příloze č. 1 návrhu smlouvy bude doplněna specifikace nabízeného zboží.

Zjištěné nejasnosti v návrhu smlouvy má účastník ZŘ možnost si upřesnit v průběhu lhůty pro podávání nabídek. Připomínky po lhůtě pro podávání nabídek nebudou akceptovány.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Katalogové informace, popisy, produktové listy není nutné předkládat v úředním překladu, připouští se jazyk anglický. Návod k použití musí být v českém jazyce.

Nabídka bude obsahovat sdělení, zda zhotovitel je nebo není plátcem DPH (Příloha č. 1 Krycí list).

Dodavatel dále ve své nabídce s ohledem na § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, **prohlásí, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.** Vzor čestného prohlášení ke střetu zájmů je Přílohou č. 3 této Výzvy (vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti a ke střetu zájmů).

Zadavatel doporučuje účastníkům předložit kompletní návrh smlouvy včetně příloh ve formátu \*.doc nebo \*.docx, pro textové dokumenty, \*.xls nebo \*.ods pro tabulky. Návrh smlouvy nemusí být opatřen podpisem.

Veškeré ostatní doklady a dokumenty (včetně úředních dokladů) doporučuje zadavatel účastníkům předložit ideálně ve formátu \*.pdf. Případně též jako jednotlivé dokumenty ve formátu \*.pdf, \*.jpg, \*.doc nebo \*.docx, pro textové dokumenty, \*.xls nebo \*.xlsx pro tabulky. Zadavatel doporučuje, aby v elektronické formě nabídky bylo umožněno textové vyhledávání (vyjma úředních dokladů či jejich kopií).

Zadavatel doporučuje účastníkům, aby si před podáním nabídky zkontrolovali, zda zapracovali do nabídky všechny dodatečné informace, uveřejněné na profilu zadavatele.

**Podáním nabídky účastník ZŘ stvrzuje, že akceptuje zadavatelem stanovené zadávací, obchodní i platební podmínky, včetně všech ostatních požadavků zadavatele obsažených v této Výzvě a jejích přílohách (zadávacích podmínkách). Zároveň tímto dále stvrzuje, že jím nabídnuté plnění splňuje v plném rozsahu zadavatelem požadované minimální technické podmínky vztahující se k předmětu této veřejné zakázky.**

## **6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY**

Celková nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a konečná.

Účastník ZŘ je povinen do celkové nabídkové ceny zahrnout všechny případné náklady a další výdaje, které mu při realizaci podle této VZ vzniknou nebo mohou vzniknout.

Nabídková cena bude uvedena v české měně a ve struktuře uvedené na krycím listu a v návrhu smlouvy a bude závazná po celou dobu trvání smlouvy.

## **7. PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY**

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v závislosti na změnách právních předpisů upravujících zákonné poplatky, daně či jiné cenové úpravy.

## 8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM A HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnotícím kritériem bude ekonomická výhodnost nabídky, hodnocení nabídky dle **výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH (60 %) a preferované parametry (40 %)** za předmět této VZ dle bodu 3. této výzvy, včetně veškerých nákladů s tím spojených.

### Způsob hodnocení nabídek

#### Kritérium 1. Nabídková cena

Nabídková cena bude hodnocena jako číselně vyjádřitelné kritérium způsobem, kdy hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 60 a poměrem hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Nejnižší cenová nabídka vč. DPH

----- x váha kritéria 60

Hodnocená celková cena vč. DPH

#### Kritérium 2. Preferované parametry

Každému dílčímu podkritériu zadavatel přiřadil bodovou hodnotu, která odráží jeho význam. Podle povahy jednotlivých dílčích hodnotících podkritérií zadavatel stanovuje bodového hodnocení, jimiž se bude zadavatel při hodnocení nabídek řídit.

| Hodnocené parametry diagnostického systému u analyzátoru:                                                                                         | Celkem 100 bodů |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| stabilita kontrolních vzorků po otevření více než 7 dní                                                                                           | 40 bodů         |
| požadovaný objem vzorku žilní krve max. 30 µl, kapilární max. 20 21 µl                                                                            | 20 bodů         |
| SW v českém jazyce                                                                                                                                | 5 bodů          |
| QC s možností automatického plánování                                                                                                             | 5 bodů          |
| metoda detekce hemoglobinu bez použití kyanidu                                                                                                    | 20 bodů         |
| vzdálený přístup servisních techniků a aplikačních specialistů, včetně možnosti pravidelného ověřování funkčnosti, vše v souladu s požadavky GDPR | 10 bodů         |

**Celkové hodnocení preferovaných parametrů bude vypočteno dle vzorce:**

Hodnocené preferované parametry dle počtu bodů

----- x váha kritéria 40

Nejvyšší počet bodů za preferované parametry

### **Výběr nejvhodnější nabídky:**

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka výběrového řízení, jehož nabídka byla dle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější tj. nabídka, která získá při hodnocení výše uvedeným způsobem nejvyšší výsledné bodové hodnocení.

Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve nabídky hodnotit a až poté posoudit nabídku vybraného dodavatele.

## 9. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

### **a, základní způsobilost**

Účastník ZŘ předloží:

- Čestné prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti – dle Přílohy č. 3.

### **b, profesní způsobilost**

Účastník ZŘ předloží:

- Prostou kopii aktuálního **Výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán, ne starší než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení.  
Dodavatel, který není zapsán do obchodního rejstříku, doloží prostou kopii dokumentu, z něhož bude zřejmé, že je oprávněn jednat za smluvní stranu (např. řízovací listina, stanovy, doklad o přidělení IČ apod.). Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů, doloží doklady, ze kterých toto oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací dekret, podpisový řád, organizační řád, stanovy apod.).
- **Doklad o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky dle bodu 3. výzvy, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku či živnostenský list).

*Účastník ZŘ je oprávněn k prokázání základní a profesní způsobilosti předložit Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud je v něm zapsán, ne však starším než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení. Účastník ZŘ má možnost prokázat celou kvalifikaci pouze čestným prohlášením nebo předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.*

- Doklad o odborné způsobilosti – tzn. **Výpis z registru zdravotnických prostředků** (popř. Potvrzení splnění ohlašovací povinnosti) ve vztahu ke své činnosti nebo povinnost notifikace zdravotnického prostředku registrace na SÚKL k distribuci a servisu nabízených zdravotnických přístrojů) dle zákona č. 89/2021 Sb. nebo zákona č. 268/2014 Sb.

### **c, technická kvalifikace**

Účastník ZŘ předloží:

- Základní popis přístroje v českém jazyce, aby bylo zřejmé, o jaký výrobek se jedná. Pokud bude přiložen oficiální prospekt výrobce, může být v anglickém jazyce.
- Seznam minimálně 3 významných dodávek realizovaných účastníkem ZŘ za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení o finančním objemu minimálně 50 % předpokládané hodnoty této VZ v Kč bez DPH za každou jednotlivou dodávku, vč. uvedení finančního objemu dodávky, doby realizace a identifikace objednatele (Příloha č. 4).

## 10. ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY

Záruční doba **minimálně 24 měsíců** od podepsání předávacího protokolu. Po dobu opravy delší než 6 pracovních dnů požaduje zadavatel zapůjčení náhradního zdravotního prostředku. Servisní a aplikační služby na dobu 48 měsíců.

## 11. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK – LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídka účastníka ZŘ bude podána pouze a jedině prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové adrese:

[https://msk.ezak.cz/profile\\_display\\_5.html](https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html) ve lhůtách uvedených tamtéž.

**Podrobné instrukce k el. nástroji E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele pod odkazem: <https://msk.ezak.cz/manual.html>**

## **12. ZADÁVACÍ LHŮTA (tj. lhůta, po kterou jsou účastníci ZŘ svými nabídkami vázáni)**

Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na **30 dnů**.

Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům ZŘ, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem ZŘ, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení a jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

## **13. VZORKY**

Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, ale vyhrazuje si právo v průběhu hodnocení nabídek požádat o předložení předmětu nabídky za účelem ověření deklarovaných technických parametrů. Účastník ZŘ je povinen předložit předmět nabídky nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti, nedohodnou-li se jinak.

## **14. VYSVĚTLENÍ ZMĚNY / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK**

Každý účastník ZŘ je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena **nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek**. Na žádosti doručené po uvedené lhůtě nemusí zadavatel odpovídat. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje, je v prostředí elektronického nástroje vytvořen prostředek pro žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek i jejich vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení k účastníkům ZŘ. Odpovědi na žádosti o vysvětlení budou zveřejňovány prostřednictvím el. nástroje E-ZAK, nikoli zasílány jednotlivě účastníkům ZŘ.

Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům ZŘ zejména na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK (je nezbytné pro ni zachovat přístup po celou dobu realizace veřejné zakázky) a to prostřednictvím el. nástroje E-ZAK.

## **15. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE**

### **Zadavatel požaduje doložit:**

**Seznam poddodavatelů** – V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), požaduje zadavatel uvést v nabídce (v příloze návrhu smlouvy), jaká část veřejné zakázky bude prováděna třetí osobou (poddodavatelem) a identifikovat tyto třetí osoby (účastník ZŘ je povinen u poddodavatele uvést jeho identifikační údaje, tzn. název, sídlo, IČ, tel.). Účastník ZŘ odpovídá v plném rozsahu za veškerou činnost poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele. V případě, že účastník ZŘ nepřiloží seznam poddodavatelů, má se za to, že bude veřejnou zakázku realizovat pouze s využitím vlastních kapacit.

**Prohlášení o shodě** – k nabízenému zboží, v původním jazyce, doporučuje se dodat i s českým

překladem (nemusí být úředně ověřený).

**Doklad o oprávnění k provádění servisu** – není-li výrobcem účastník ZŘ dodá souhlas či pověření výrobce k provádění servisu, údržby kontrol nabízeného zboží (nabízeného v ČR) v původním jazyce, doporučuje se dodat i s českým překladem (nemusí být úředně ověřený).

## 16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

### **Zadavatel si vyhrazuje právo:**

- veřejnou zakázku kdykoliv zrušit bez udání důvodů,
- neuzavřít smlouvu,
- kdykoliv v průběhu zadávacího řízení změnit, doplnit nebo upřesnit zadávací podmínky,
- vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník ZŘ dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,
- vyloučit takového účastníka zadávacího řízení, který se dopustil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení nebo po zahájení zadávacího řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů,
- vyloučit účastníka pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Zadavatel nehradí účastníkům ZŘ náklady vzniklé z účasti v řízení.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

### **Ze zadávacího řízení budou vyloučeny všechny nabídky, které:**

- budou obsahově nekompletní,
- nesplní některý požadavek soutěže,
- budou obsahovat nepravdivý údaj,
- budou doručeny po stanoveném termínu pro podání nabídky.

Hodnotící komise může v případě nejasností požádat účastníka ZŘ o písemné vysvětlení nabídky a o doplnění chybějících dokladů.

## 17. SEZNAM POŽADOVANÝCH DOKUMENTŮ

- a) Krycí list – cenová nabídka s uvedením skutečnosti, zda účastník ZŘ je nebo není plátcem DPH - (Příloha č. 1)
- b) Návrh kupní smlouvy – (Příloha č. 2) ve formátu **\*.doc. nebo \*.docx.**
- c) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti a ke střetu zájmů– (Příloha č. 3)
- d) Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence
- e) Doklad o oprávnění k podnikání
- f) Oznámení o splnění ohlašovací povinnosti (SÚKL)
- g) Seznam významných dodávek (Příloha č. 4)
- h) Fotografie nebo prospekt nabízeného zboží, vč. technických parametrů
- i) Seznam poddodavatelů (je-li to relevantní)
- j) Prohlášení o shodě k nabízenému zboží
- k) Doklad o oprávnění k provádění servisu nabízeného zboží

## 18. PŘÍLOHY (Zadávací dokumentace)

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti a ke střetu zájmů

Příloha č. 4 – Seznam významných dodávek

V Opavě

---

**Ing. Karel Siebert, MBA**  
**ředitel**