

Odpovědi na dotazy uchazečů

Název veřejné zakázky:

Pořízení zdravotnických přístrojů – Zalévací linka se dvěma chladicími moduly

Systémové číslo veřejné zakázky:

P22V00000482

Dotaz č. 1

K dané specifikaci máme dotaz:

Zadání: Parafínová nádrž na min. 4 l vosku.

Komentář: Náš parafínový zásobník disponuje kapacitou 3,8 l vosku, která stačí na kompletní zaplnění obou chladících desek.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat kapacitu zásobníku na 3,8 l vosku?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na technické specifikaci - Parafínová nádrž na min. 4 l vosku. Kapacita parafínového rezervoáru je určena pro každodenní provoz laboratoře tak, aby laborant během provozu nemusel parafín doplňovat.

Dotaz č. 2

Prosíme o akceptaci následujícího dotazu k zadávací dokumentaci.

V technické specifikaci zalévací linky požadujete displej o velikosti min. 5".

Můžeme nabídnout zalévací linku s displejem 4,3"? Displej je snadno ovladatelný a přehledný.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel souhlasí s velikostí displeje 4,3".

V Havířově dne 13.12.2022

Zpracoval Ing. Pavel Švarc