

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Pořízení zdravotnických přístrojů – Zalévací linka se dvěma chladicími moduly“

Zadavatel: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČ: 008 44 899, DIČ: CZ00844899
zastoupený Ing. Norbertem Schellongem, MPH – ředitelem

Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Seznam účastníků, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek:

Číslo nabídky	Obchodní název a právní forma nebo jméno a příjmení FO účastníka	Sídlo/místo podnikání	IČ účastníka
1	BARIA s.r.o.	Jižní 393, 252 44 Psáry-Dolní Jirčany	26697904
2	INTES BOHEMIA s.r.o.	Vodičkova 41 č.p. 791 112 09 Praha 1	48110639
3	Bamed, s.r.o.	Litvínovice 32, 370 01 Litvínovice	62525638

Po provedeném hodnocení

Číslo nabídky	Obchodní název nebo jméno a příjmení FO účastníka	Nabídková cena vč. DPH v Kč	Bodová hodnota	Výsledné pořadí
1	BARIA s.r.o.	459 168,38	100,00	1.
2	INTES BOHEMIA s.r.o.	314 479,00	-----	VYŘAZENA
3	Bamed, s.r.o.	459 800,00	99,86	2.

Základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena (váha kritéria 100%).

Nejvhodnější nabídka v rámci shora uvedené zakázky byla vybrána nabídka účastníka č. 1 – Baria, s.r.o., Jižní 393, 252 44 Psáry-Dolní Jirčany IČ: 26697904.

Seznam nabídek, které byly komisí ze zadávacího řízení vyřazeny:

Číslo nabídky/dodavatel	Důvod pro vyloučení nabídky
2/ INTES BOHEMIA, s. r. o.	dle přiložených dokumentů NEPLNÍ dodavatel v následujících bodech technické specifikace: bod 6): - nastavitelná pracovní teplota min. v rozsahu 50-75°C v přírůstcích po 1°C Uvádí • Teplota nastavitelná v rozsahu 50 - 70 °C • Předehřívací zásobník na 450 kazet, teplota předehřívací části nastavitelná v rozsahu 50 - 70 °C • Nastavení teploty pracovní plochy v rozsahu 50 – 70 °C

Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena:

Účastník č. 1:

BARIA s.r.o., Jižní 393, 252 44 Psáry-Dolní Jirčany, IČ: 26697904

Účastník č. 2:

Bamed, s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 Litvínovice, IČ: 62525638

Vyřizuje: Ing. Pavel Švarc