

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 21. 2. 2023

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 09926/2023/OP/EPID

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 13948/2023/OP/EPID

VYŘIZUJE: dr. Hlaváčková, Mgr. Majíčková  
Ing. Kolofíková

TEL.: 553 668 864

E-MAIL: lucie.hlavackova@khssova.cz

DATUM: 13. 3. 2023

Ing. Blanka Ličmanová  
Ateliér Emmet, s.r.o.  
Otická 317/32  
746 01 Opava

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace se sídlem Opava, Předměstí, Olomoucká 470/86, PSČ 746 01, IČ: 47813750, ředitel nemocnice Ing. Karel Siebert, MBA, zastoupené zmocněnou právnickou osobou Ateliér Emmet, s.r.o. se sídlem Otická 317/32, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 27789594, jednatelka Ing. Blanka Ličmanová, ze dne 21. 2. 2023 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební povolení ke stavbě „Slezská nemocnice v Opavě, p.o., stavební úpravy pavilonu B – umístění SPECT/CT“, parc. č. st. 2288, kat. území Opava Předměstí, ul. Olomoucká.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení ke stavbě „Slezská nemocnice v Opavě, p.o., stavební úpravy pavilonu B – umístění SPECT/CT“, parc. č. st. 2288, kat. území Opava Předměstí, ul. Olomoucká

## s o u h l a s í .

### Odůvodnění:

Na základě žádosti Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace se sídlem Opava, Předměstí, Olomoucká 470/86, PSČ 746 01, IČ: 47813750, ředitel nemocnice Ing. Karel Siebert, MBA, zastoupené zmocněnou právnickou osobou Ateliér Emmet, s.r.o. se sídlem Otická 317/32, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 27789594, jednatelka Ing. Blanka Ličmanová, ze dne 21. 2. 2023 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební povolení ke stavbě „Slezská nemocnice v Opavě, p.o., stavební úpravy pavilonu B – umístění SPECT/CT“, parc. č. st. 2288, kat. území Opava Předměstí, ul. Olomoucká posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy pavilonu B, oddělení nukleární medicíny v areálu Slezské nemocnice v Opavě v souvislosti s výměnou diagnostického přístroje. Stavební úpravy v 1.NP budou spočívat ve zvětšení stávající vyšetřovny CT (42,70 m<sup>2</sup> včetně kabinky), vymezení prostoru ovladovny (15,55

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khssova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

m<sup>2</sup>), zřízení pracoviště popisovny (27,30 m<sup>2</sup>) a v 1.PP z části stávajícího archivu bude zřízena strojovna VZT (6,28 m<sup>2</sup>).

V rámci stavebních úprav pavilonu B bude provedena ve vybraných částech objektu nová vzduchotechnika a chlazení. Nuceně větrány pomocí vzduchotechniky budou místnosti vyšetřovna CT, ovladovna a popisovna v 1. NP. Ostatní místnosti budou větrány přirozeně okny nebo pomocí stávající vzduchotechniky.

Přiváděný vzduch bude filtrován a v zimě ohříván. Přívod vzduchu do vyšetřovny bude 900 m<sup>3</sup>/hod, odvod 700 m<sup>3</sup>/hod. Odvod vzduchu v převlékací kabině bude 100 m<sup>3</sup>/hod, přívod zajištěn mřížkou. Přívod a odvod vzduchu do ovladovny bude 300 m<sup>3</sup>/hod. Přívod a odvod vzduchu do popisovny bude 300 m<sup>3</sup>/hod.

VZT jednotka bude umístěna v nové strojovně v 1. PP. Připojení potrubí k vnějšímu prostředí (sání čerstvého a výdech znehodnoceného vzduchu) bude realizován mřížkami do fasády. Jedna z mřížek bude osazena v boční stěně pod balkónem a druhá mřížka nahradí jedno křídlo stávajícího okenního otvoru. V rozvodném potrubí budou vřazeny pevné tlumiče hluku bránící šíření hluku potrubím směrem do místností a do venkovního prostředí. Hladina akustického výkonu na fasádní žaluzii bude max. 55 dB(A). Hladina akustického výkonu na plášti VZT jednotky je dle výrobce 65 dB(A).

Chlazení vybraných místností (vyšetřovny a ovladovny) bude v letním období zajištěno chladicím multi-splitovým systémem složeným z lokálních stropních cirkulačních jednotek napojených na venkovní kondenzační jednotku. Venkovní jednotka bude umístěna na fasádě objektu pod stávajícím balkónem. Hladina akustického výkonu venkovní kondenzační jednotky je dle výrobce při chlazení max. 65 dB(A). Objekt se nachází v areálu nemocnice mimo obytnou zástavbu a je napojen na místní vodovod.

Byl předložen světelně technický projekt denního a umělého osvětlení, Ing. Jozef Nezval, únor 2023. Umělé osvětlení bude zajištěno LED svítidly.

Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

MUDr. Lucie Hlaváčková  
vedoucí oddělení protiepidemického  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

**Rozdělovník:**

**Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2**

1x adresát, DS

1x KHS, EPID/OP