




NEMOCNICE KARVINÁ - RÁJ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace Vydmuchoh 399/5, 734 01 Karviná		Autorizační razítko:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		Schema:	
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDĚK VACULA			
Akce: Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným hygienickým režimem a přesun očního centra			
Zpracovatel části: TK Projekt, Letná 431, Liberec, 460 01 Tel: +420 602 287 810 E-mail: tk_projekt@volny.cz		Zodpovědný projektant Ing. Zdeněk Kvapil 	Vypracoval Bc. Štěpán Kvapil 
PARE:			
Objekt (SO): SO 01 - Oční centrum a LDN		Datum	Srpen 2023
Část PD: Rozvody medicinálních plynů		Zakázkové číslo	DPS-03-2023
Příloha: INSTALAČNÍ KOMPLEXY		Formát	7 A4
		Stupeň	DPS
		Měřítko	Číslo přílohy D.1.8-106



Nemocnice Karviná-Ráj – Oční centrum a LDN

Stropní stativ, šířka zdrojové hlavy 750 mm

Počet kusů 1, místnost 160 zákrokový sál

Výška kotvení/výška stropu 3.300 mm, nutno doměřit na stavbě

Výška podhledu 2.800 mm, nutno doměřit na stavbě

**Vybavení stropního stativu: 2xO2, 2xSV4, 1xSV6, 6x230V (2x VDO oranžová, 4 x ZIS žlutá),
3x svorky PA, 2x datová dvojzásuvka 2RJ45**

- 1x police o rozměru 630x480mm s bočními medilištami s nosností 40 kg
- Jednoramenný nosič infuzí délky 400 mm uchycený na tyč s 1000mm dlouhou tyčí pro infuzní sáčky
- 1 x kyslíkový plovákový průtokoměr na medilištu s propojovací hadicí do rychlospojky, se zvlhčovací nádobou



Nemocnice Karviná-Ráj – Oční centrum a LDN

Stropní stativ, šířka zdrojové hlavy 750 mm

Počet kusů 1, místnost 260 operační sál

Výška kotvení/výška stropu 3.300 mm, nutno doměřit na stavbě

Výška podhledu 2.800 mm, nutno doměřit na stavbě

**Vybavení stropního stativu: 2xO2, 2xSV4, 1xSV6, 12x230V (4x VDO oranžová, 8 x ZIS žlutá),
12x svorky PA, 2x datová dvojzásuvka 2RJ45**

- 1x police o rozměru 630x480mm s bočními medilištami s nosností 40 kg
- Jednoramenný nosič infuzí délky 400 mm uchycený na tyč s 1000mm dlouhou tyčí pro infuzní sáčky
- 1 x kyslíkový plovákový průtokoměr na medilištu s propojovací hadicí do rychlospojky, se zvlhčovací nádobou



Místnost.:		Pokoj č. 226, 229, 230, 315, 317, 320, - délka 1650mm - 3x levá, 3x pravá - pro 1 lůžko					
Délka rampy na lůžko		Typ		Přímé LED osvětlení		Nepřímé LED osvětlení	
1650 mm				1x na lůžko		1x na lůžko	
				vypínač na rampě		ovládání od dveří	
Medicínální plyny - výbava na lůžko							
O2	AIR 4	N2O	VAC	CO2	AIR 8	AGSS	AirMotor
1	x	x	x	x	x	x	x
Silnoproudé a slaboproudé rozvody (počet zásuvek/počet obvodů) - výbava na lůžko							
MDO-bílá	ZIS-žlutá	VDO-oranž	DO-zelená	PA	2RJ45	příprava pro slaboproud	
4/1	x	x	x	2	1	sestra-paciet - 1	
Příslušenství - výbava na lůžko							
Nosič 4 Infuzních lahví	Police 400x400	Držák monitoru vitálních fcí délky 200mm uchycený na medilištu		Medilišta horní pozice nosnost 50 kg na mb		Medilišta dolní pozice 600mm nosnost 50 kg na mb	
x	x	x		V celé délce		1	
Projekt				Název zařízení			
Nemocnice Karviná-Ráj Oční centrum a LDN				Lůžková rampa pro 1 lůžko			



Místnost.:		Pokoj č. 226, 229, 230, 233, 315, 317, 320, 322, 324, 325 - délka 3300mm - 6x levá, 6x pravá - pro 2 lůžka					
Délka rampy na lůžko		Typ		Přímé LED osvětlení		Nepřímé LED osvětlení	
1650 mm				1x na lůžko		1x na lůžko	
				vypínač na rampě		ovládání od dveří	
Medicínální plyny - výbava na lůžko							
O2	AIR 4	N2O	VAC	CO2	AIR 8	AGSS	AirMotor
1	x	x	x	x	x	x	x
Silnoproudé a slaboproudé rozvody (počet zásuvek/počet obvodů) - výbava na lůžko							
MDO-bílá	ZIS-žlutá	VDO-oranž	DO-zelená	PA	2RJ45	příprava pro slaboproud	
4/1	x	x	x	2	1	sestra-paciet - 1	
Příslušenství - výbava na lůžko							
Nosič 4 Infuzních lahví	Police 400x400	Držák monitoru vitálních fcí délky 200mm uchycený na medilištu		Medilišta horní pozice nosnost 50 kg na mb		Medilišta dolní pozice 600mm nosnost 50 kg na mb	
x	x	x		v celé délce		1	
Projekt				Název zařízení			
Nemocnice Karviná-Ráj Oční centrum a LDN				Lůžková rampa pro 2 lůžka			



Místnost.:		Dospávácí pokoj č. 224 - délka 3300mm - 1x pravá - pro 2 lůžka					
Délka rampy na lůžko		Typ		Přímé LED osvětlení		Nepřímé LED osvětlení	
1650 mm				1x na lůžko		1x na lůžko	
				vypínač na rampě		ovládání od dveří	
Medicínální plyny - výbava na lůžko							
O2	AIR 4	N2O	VAC	CO2	AIR 8	AGSS	AirMotor
2	x	x	x	x	x	x	x
Silnoproudé a slaboproudé rozvody (počet zásuvek/počet obvodů) - výbava na lůžko							
MDO-bílá	ZIS-žlutá	VDO-oranž	DO-zelená	PA	2RJ45	příprava pro slaboproud	
x	6/2	2/1	x	4	2	sestra-paciet - 1	
Příslušenství - výbava na lůžko							
Nosič 4 Infuzních lahví	Police 400x400	Držák monitoru vitálních fcí délky 200mm uchycený na medilištu		Medilišta horní pozice nosnost 50 kg na mb		Medilišta dolní pozice 600mm nosnost 50 kg na mb	
1	1	x		V celé délce		1	
Projekt				Název zařízení			
Nemocnice Karviná-Ráj Oční centrum a LDN				Lůžková rampa pro 2 lůžka			



Místnost.:		Pokoj č. 323 - délka 4950mm - 1x pravá - pro 3 lůžka					
Délka rampy na lůžko		Typ		Přímé LED osvětlení		Nepřímé LED osvětlení	
1650 mm				1x na lůžko		1x na lůžko	
				vypínač na rampě		ovládání od dveří	
Medicínální plyny - výbava na lůžko							
O2	AIR 4	N2O	VAC	CO2	AIR 8	AGSS	AirMotor
1	x	x	x	x	x	x	x
Silnoproudé a slaboproudé rozvody (počet zásuvek/počet obvodů) - výbava na lůžko							
MDO-bílá	ZIS-žlutá	VDO-oranž	DO-zelená	PA	2RJ45	příprava pro slaboproud	
4/1	x	x	x	2	1	sestra-paciet - 1	
Příslušenství - výbava na lůžko							
Nosič 4 Infuzních lahví	Police 400x400	Držák monitoru vitálních fcí délky 200mm uchycený na medilištu		Medilišta horní pozice nosnost 50 kg na mb		Medilišta dolní pozice 600mm nosnost 50 kg na mb	
x	x	x		v celé délce		x	
Projekt				Název zařízení			
Nemocnice Karviná-Ráj Oční centrum a LDN				Lůžková rampa pro 3 lůžka			