

Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Slezská nemocnice v Opavě vypisuje v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„Dodávka anesteziologického přístroje pro ARO SNO“

Číslo spisu: **OPA/Hal/2023/36/anesteziologický přístroj-ARO**

Číslo zakázky: **P23V000000315**

(dále také „VZ“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

| | |
|-----------------------------|--|
| Název zadavatele: | Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace |
| Adresa zadavatele: | Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava |
| IČO zadavatele: | 47813750 |
| Oprávněná osoba zadavatele: | Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel |
| Kontaktní osoba zadavatele: | Věra Halfarová, referent majetkové správy |
| Telefon: | + 420 553 766 187 |
| E-mail: | vera.halfarova@snopava.cz |
| www: | www.snopava.cz |

2. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku.

Předmět: Předmětem veřejné zakázky je dodávka **1 ks anesteziologického přístroje na anesteziologicko-resuscitační oddělení** zadavatele.

Veřejná zakázka malého rozsahu: Zadavatel ve smyslu ustanovení §31 Zákona o zadávání veřejných zakázek nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Hovoří-li se tedy dále v této výzvě o „zadávacím řízení“, nerozumí se jím žádný z druhů zadávacího řízení uvedeného v ustanovení §3 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Minimální technické požadavky:

Anesteziologický přístroj včetně monitoringu VF a plynů

- pojízdný přístroj - centrální brzda kol podvozku
- použití pro děti a dospělé, obsluha a komunikace v českém jazyce
- hmotnost přístroje < 145 kg
- vedení anestezie s malými průtoky čerstvých plynů s návratem měřeného vzorku plynu zpět do uzavřeného patientského okruhu
- připojení na standardní rozvody medicínálních plynů - vzduch, O₂, N₂O
- mechanicky ovládané ACGO - připojení jednocestných okruhů
- nezávislý výstup pro podání O₂ (průtokoměr 0-15 l/min.), integrovaný průtokoměr
- elektronické průtokoměry medicínálních plynů s nastavením průtoku čerstvé směsi v rozsahu od min. 0- 10 litrů/min s jejich grafickým zobrazením na displeji ventilátoru. Současně také digitální ukazatel nastavení průtoků O₂, N₂O, AIR, monitorování celkového nastaveného průtoku (l/min)
- směšování čerstvé směsi plynů zabraňující podání hypoxické směsi
- proudová odsávačka bronchů s příslušenstvím, integrovaná
- autoklávovatelná nádoba absorbéru max. 1,5 L, výměna vápna za chodu bez rozpojení okruhu s alarmovou indikací, vyhřívání ventilová komora, vestavěný systém vyhřívání, vestavěná kondenzační nádobka max. 6 ml
- odvod anesteziologických plynů (napojení na odsávání přebytečných plynů z patientského okruhu)
- Aktivní systém odtahu plynů AGSS
- držák na 2 kusy 10 l tlakových lahví je součástí přístroje – na zadní straně
- integrované dvoustupňové osvětlení ovládacích prvků a pracovní plochy anesteziologa
- rozšířený monitoring FiO₂ se zobrazením hodnoty FiO₂ na displeji ventilátoru, sensor umístěný ve vyhřívání ventilové komoře
- nedělená pracovní plocha na dokumentaci
- systém současného uchycení dvou odpařovačů interlock/Selectatec –bez odpařovačů
- záložní bateriový zdroj zajistí provoz minimálně na 90 minut
- zásuvky na příslušenství, minimálně 1x uzamykatelná
- průtokové snímače INSP/EXP integrované ve ventilové vyhřívání komoře
- napájení 230 V/50 Hz
- Přístroj musí být datově kompatibilní s monitorovacím systémem na ARO z důvodu jeho budoucí integrace pro zajištění správy dat pořízených při anesteziologických výkonech a pro online sledování monitorovaných patientských dat na CMS při rizikových výkonech
- interní rack pro možnost vložení modulu plynové analýzy do anest. přístroje
- minimálně 4 integrované elektrické zásuvky s vlastním jištěním
- konektivita RS 232, RJ 45, USB, VGA

Parametry ventilátoru

- kompenzace objemu a poddajnosti dýchacího okruhu
- ovládání – barevný dotykový konfigurovatelný displej min. 15", rozlišení min. 1024 x 768, se zobrazením křivek v reálném čase: tlak, průtok, objem, smyčka plicní mechaniky (P-V, F-V, F-P), grafické vyobrazení všech tří průtokoměrů, parametry tlaků, objemů a časomíry na displeji ventilátoru, volitelně také CO₂
- monitorace ventilačních parametrů (Ppeak,Pplat,Pmean,PEEP, smyčky plicní mechaniky,Tv, Mv, I:E, Frekv., R,C)
- rychlé uvedení do provozu, jednoduchý testovací režim s možností jeho přeskočení v urgentních případech
- pohotovostní režim STANDBY
- grafické trendy 48 hodin
- tabulka trendů 48 hodin
- inteligentní alarmový management se záznamem min. 300 událostí tzv. alarmový deník s výběrem a zobrazením zaznamenaného alarmu vč. zobrazení zaznamenaných ventilačních

parametrů, které časově korespondují s vybraným alarmovým záznamem, dělením alarmů na fyziologické a technické dle jejich priority

- funkce vypnutí alarmu vysoký/nízký pro MV a Tve, apnoe
 - elektronicky řízený ventilátor s pohonem na AIR- systém stoupajícího měchu ve válci ve výdechu v zorném poli anesteziologa s ventilačními režimy:
 - 1) objemová ventilace (VCV), tlakově řízená ventilace (PCV, PCV-VG)
 - 2) synchronizovaná přerušovaná mandatorní ventilace / spontánní ventilace s tlakovou podporou (SIMV-V, SIMV-P, +PSV)
 - 3) spontánní ventilace s tlakovou podporou (PSV + apnea backup)
-
- dechový objem VT 10 – 1500 ml
 - inspirační pauza Tip:Ti OFF, 5 – 60 % T_{insp}
 - inspirační tlak 5 – 80 cm H₂O
 - dechová frekvence f 2 – 100 dechů/min
 - poměr I:E 4:1 až 1:8
 - rozsah PEEP PEEP OFF, 3 – 30 cm H₂O
 - výkon ventilátoru max. průtok min. 120 l/min
 - průtokový trigger 0,2 – 15 l/min
 - tlakový trigger - 20 až - 1 cm H₂O
 - apnea alarm Vte < 10 ml, měřeno po 20 s
Paw < (PEEP+3) cm H₂O, měřeno po 20 s

Monitor – plně modulární koncepce (od stejného výrobce jako je výrobce anesteziologického přístroje)

- použití pro děti a dospělé, obsluha a komunikace v ČJ
- monitor instalovaný na otočném, pohyblivém rameni anesteziologického přístroje
- tlačítka rychlé volby pro nejčastěji používané parametry
- rukojeť pro snadný transport
- akustické a optické alarmy chybových stavů s řazením dle důležitosti
- pohotovostní režim STANDBY, uložení vlastní konfigurace monitoru
- barevný, dotykový LCD displej min 15" se zobrazením min. 10-ti křivek
- režim obrazovky s grafickými mini trendy, režim intubace
- požadujeme plnou kompatibilitu modulů a příslušenství se stávajícími anesteziologickými přístroji a s monitorovacím systémem na ARO z důvodu přenositelnosti a možné rychlé aplikace v urgentních případech
- vitální funkce (multiparametrový modul minimálně)
monitorované parametry:
 - a) 3/5 svodové EKG
 - b) ST analýza
 - c) základní arytmie
 - d) NIBP (auto/manuál/STAT), teplota 2x
 - e) SpO₂ (simulace NIBP, PI)
 - f) 2xIBP
- kompletní příslušenství pro monitorované parametry (a, b, c, d, e pro dospělé pacienty)
- modul plynová analýza (Insp/Exp) s příslušenstvím (uživatel musí mít volbu instalace modulu plynové analýzy: monitor/anest. přístroj dle aktuální klinické potřeby), rychlost vzorkování 100 – 200 ml/min:
 - a) O₂ (paramagnetické)
 - b) N₂O
 - c) CO₂
 - d) inhalační anestetika (automat. identifikace), MAC dle věku pacienta
- alarmy plynové analýzy: Insp. Horní/dolní a Exp. Horní/dolní pro CO₂, N₂O, AA, O₂
- možnost dovybavení o další moduly: BISx/4ch, EEG 4ch, IBP 2ch, SpO₂, ICG, PiCCO, ANI

Další podmínky:

- veškeré zboží musí být nové, nepoužité, nerepasované,
- předmět plnění musí nést řádné označení značkou CE
- součástí dodávky je ekologická likvidace stávajících zařízení
- součástí dodávky je doprava na místo osazení, vlastní instalace, zprovoznění a komplexní vyzkoušení,
- součástí dodávky zařízení je předání návodu k obsluze v českém jazyce (na elektronickém nosiči dat) a dodání veškerých dokladů přípustnosti použití zařízení při poskytování zdravotnické péče (dle zákona č. 268/2014 Sb. a č. 375/2022 Sb. o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, popř. zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích),
- součástí dodávky je zaškolení obsluhy, seznámení pracovníků zadavatele s obsluhou zařízení, technickými a provozními podmínkami, všeobecnými bezpečnostními pokyny ochrany zdraví při práci se zařízením a veškerými dalšími náležitostmi řádného provozu zařízení vyplývajícími z příslušných právních předpisů,
- v průběhu záruční doby požadujeme provádět **bezplatně**:
 - veškeré kontroly předepsané výrobcem a příslušnou legislativou, v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb. o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, popř. zákonem č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích, v případě, že výrobce neuvede jinak, pak jednou za dva roky provedení kontroly v rozsahu PBTk dle zákona č. 375/2022 Sb., popř. č. 89/2021 Sb., (tzn., že součástí nabídkové ceny bude i provádění PBTk a pravidelných technických prohlídek nařízených výrobcem vč. předepsaných náhr. dílů, po dobu záruky);
 - údržbu a servis vč. dodávky náhradních dílů, které nepodléhají běžnému opotřebení a expiraci.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 660.000,00 Kč bez DPH.

Při překročení výše předpokládané hodnoty si zadavatel vyhrazuje právo nabídku vyřadit.

4. DODACÍ PODMÍNKY – MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Místo plnění:

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, ARO odd. pavilon V.

Doba plnění: maximálně do 29. 12. 2023.

5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Účastník ZŘ předloží návrh smlouvy (Příloha č. 2) doplněný na místech určených zadavatelem. Návrh smlouvy musí respektovat požadavky zde uvedené, přičemž se od stanovených obchodních podmínek nelze odchýlit v neprospěch zadavatele. V Příloze č. 1 návrhu smlouvy bude doplněna specifikace nabízeného zboží.

Zjištěné nejasnosti v návrhu smlouvy má účastník ZŘ možnost si upřesnit v průběhu lhůty pro podávání nabídek. Připomínky po lhůtě pro podávání nabídek nebudou akceptovány.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Katalogové informace, popisy, produktové listy není nutné předkládat v úředním překladu, připouští se jazyk anglický. Návod k použití musí být v českém jazyce.

Nabídka bude obsahovat sdělení, zda zhotovitel je nebo není plátcem DPH (Příloha č. 1 Krycí list).

Dodavatel dále ve své nabídce s ohledem na § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, **prohlásí, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.** Vzor čestného prohlášení ke střetu zájmů je Přílohou č. 3 této Výzvy.

Zadavatel požaduje od účastníků předložit kompletní **návrh smlouvy** včetně příloh **ve strojově čitelném formátu** (*.doc nebo *.docx, pro textové dokumenty, *.xls nebo *.ods pro tabulky). Návrh smlouvy nemusí být opatřen podpisem.

Veškeré ostatní doklady a dokumenty (včetně úředních dokladů) doporučuje zadavatel účastníkům předložit ideálně ve formátu *.pdf. Případně též jako jednotlivé dokumenty ve formátu *.pdf, *.jpg, *.doc nebo *.docx, pro textové dokumenty, *.xls nebo *.xlsx pro tabulky. Zadavatel doporučuje, aby v elektronické formě nabídky bylo umožněno textové vyhledávání (vyjma úředních dokladů či jejich kopií).

Zadavatel doporučuje účastníkům, aby si před podáním nabídky zkontrolovali, zda zapracovali do nabídky všechny dodatečné informace, uveřejněné na profilu zadavatele.

Podáním nabídky účastník ZŘ stvrzuje, že akceptuje zadavatelem stanovené zadávací, obchodní i platební podmínky, včetně všech ostatních požadavků zadavatele obsažených v této Výzvě a jejich přílohách (zadávacích podmínkách). Zároveň tímto dále stvrzuje, že jím nabídnuté plnění splňuje v plném rozsahu zadavatelem požadované minimální technické podmínky vztahující se k předmětu této veřejné zakázky.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Celková nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a konečná.

Účastník ZŘ je povinen do celkové nabídkové ceny zahrnout všechny případné náklady a další výdaje, které mu při realizaci podle této VZ vzniknou nebo mohou vzniknout.

Nabídková cena bude uvedena v české měně a ve struktuře uvedené na krycím listu a v návrhu smlouvy a bude závazná po celou dobu trvání smlouvy.

7. PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v závislosti na změnách právních předpisů upravujících zákonné poplatky, daně či jiné cenové úpravy.

8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM A HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnotícím kritériem bude ekonomická výhodnost nabídky, hodnocení nabídky dle **výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH (100 %)** za předmět této VZ dle bodu 3. této výzvy, včetně veškerých nákladů s tím spojených.

Vítězná bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč vč. DPH.

Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve nabídky hodnotit a až poté posoudit nabídku vybraného dodavatele.

9. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

a, základní způsobilost

Účastník ZŘ předloží:

- Čestné prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky

základní způsobilosti – dle Přílohy č. 3.

b, profesní způsobilost

Účastník ZŘ předloží:

- Prostou kopii aktuálního **Výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán, ne starší než 3 měsíce přede dnem zahájení ZŘ. Dodavatel, který není zapsán do obchodního rejstříku, doloží prostou kopii dokumentu, z něhož bude zřejmé, že je oprávněn jednat za smluvní stranu (např. zřizovací listina, stanovy, doklad o přidělení IČ apod.). Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů, doloží doklady, ze kterých toto oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací dekret, podpisový řád, organizační řád, stanovy apod.).
- **Doklad o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky dle bodu 3. výzvy, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku či živnostenský list).

Účastník ZŘ je oprávněn k prokázání základní a profesní způsobilosti předložit **Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**, pokud je v něm zapsán, ne však starším než 3 měsíce přede dnem podání nabídky nebo předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.

- Doklad o odborné způsobilosti – tzn. **Výpis z registru zdrav. prostředků** (popř. Potvrzení splnění ohlašovací povinnosti) ve vztahu ke své činnosti nebo povinnost notifikace zdravotnického prostředku registrace na SÚKL k distribuci a servisu nabízených zdravotnických přístrojů) dle zákona č. 89/2021 Sb. nebo zákona č. 375/2022 Sb.

c, technická kvalifikace

Účastník ZŘ předloží:

- Základní popis přístroje v českém jazyce, aby bylo zřejmé, o jaký výrobek se jedná. Pokud bude přiložen oficiální prospekt výrobce, může být v anglickém jazyce.
- Seznam **minimálně 3 významných dodávek** shodného či obdobného charakteru realizovaných za poslední 3 roky před podáním nabídky – Příloha č. 4.

10. ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY

Záruční doba **minimálně 24 měsíců** od podepsání předávacího protokolu.

Nástup na opravu do 2 pracovních dnů od nahlášení. Po dobu opravy delší než 6 pracovních dnů požaduje zadavatel zapůjčení náhradního zdrav. prostředku.

11. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK – LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídka účastníka ZŘ bude podána pouze a jedině prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové adrese:

https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html ve lhůtách uvedených tamtéž.

Podrobné instrukce k el. nástroji E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele pod odkazem: <https://msk.ezak.cz/manual.html>

12. ZADÁVACÍ LHŮTA (tj. lhůta, po kterou jsou účastníci ZŘ svými nabídkami vázáni)

Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na **90 dnů**.

Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům ZŘ, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem ZŘ, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení a jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

13. VZORKY

Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, ale vyhrazuje si právo v průběhu hodnocení nabídek požádat o předložení předmětu nabídky za účelem ověření deklarovaných technických parametrů. Účastník ZŘ je povinen předložit předmět nabídky nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti, nedohodnou-li se jinak.

14. VYSVĚTLENÍ ZMĚNY / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Každý účastník ZŘ je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena **nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek**. Na žádosti doručené po uvedené lhůtě nemusí zadavatel odpovídat. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje, je v prostředí elektronického nástroje vytvořen prostředek pro žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek i jejich vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení k účastníkům ZŘ. Odpovědi na žádosti o vysvětlení budou zveřejňovány prostřednictvím el. nástroje E-ZAK, nikoli zasílány jednotlivě účastníkům ZŘ.

Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům ZŘ zejména na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK (je nezbytné pro ni zachovat přístup po celou dobu realizace veřejné zakázky) a to prostřednictvím el. nástroje E-ZAK.

15. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE

Zadavatel požaduje doložit:

Seznam poddodavatelů – V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), požaduje zadavatel uvést v nabídce (v příloze návrhu smlouvy), jaká část veřejné zakázky bude prováděna třetí osobou (poddodavatelem) a identifikovat tyto třetí osoby (účastník ZŘ je povinen u poddodavatele uvést jeho identifikační údaje, tzn. název, sídlo, IČ, tel.). Účastník ZŘ odpovídá v plném rozsahu za veškerou činnost poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele. V případě, že účastník ZŘ nepřiloží seznam poddodavatelů, má se za to, že bude veřejnou zakázku realizovat pouze s využitím vlastních kapacit.

Prohlášení o shodě – k nabízenému zboží, v původním jazyce, doporučuje se dodat i s českým překladem (nemusí být úředně ověřený).

Doklad o oprávnění k provádění servisu – není-li výrobcem účastník ZŘ dodá souhlas či pověření výrobce k provádění servisu, údržby kontrol nabízeného zboží (nabízeného v ČR) v původním jazyce, doporučuje se dodat i s českým překladem (nemusí být úředně ověřený).

16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- veřejnou zakázku kdykoliv zrušit bez udání důvodů,
- neuzavřít smlouvu,
- kdykoliv v průběhu zadávacího řízení změnit, doplnit nebo upřesnit zadávací podmínky,
- vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník ZŘ dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,
- vyloučit takového účastníka zadávacího řízení, který se dopustil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení nebo po zahájení zadávacího řízení závažného profesního

- pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů,
- vyloučit účastníka pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Zadavatel nehradí účastníkům ZŘ náklady vzniklé z účasti v řízení.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

Ze zadávacího řízení budou vyloučeny všechny nabídky, které:

- budou obsahově nekompletní,
- nesplní některý požadavek soutěže,
- budou obsahovat nepravdivý údaj,
- budou doručeny po stanoveném termínu pro podání nabídky.

Hodnotící komise může v případě nejasností požádat účastníka ZŘ o písemné vysvětlení nabídky a o doplnění chybějících dokladů.

17. SEZNAM POŽADOVANÝCH DOKUMENTŮ

- Krycí list – cenová nabídka s uvedením skutečnosti, zda účastník ZŘ je nebo není plátcem DPH - (Příloha č. 1)
- Návrh kupní smlouvy – (Příloha č. 2) vč. příloh ve **strojově čitelném formátu**
- Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti a ke střetu zájmů– (Příloha č. 3)
- Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence
- Doklad o oprávnění k podnikání
- Oznámení o splnění ohlašovací povinnosti (SÚKL)
- Seznam významných dodávek (Příloha č. 4)
- Fotografie nebo prospekt nabízeného zboží, vč. technických parametrů
- Seznam poddodavatelů (je-li to relevantní)
- Prohlášení o shodě k nabízenému zboží
- Doklad o oprávnění k provádění servisu nabízeného zboží

18. PŘÍLOHY (Zadávací dokumentace)

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti a ke střetu zájmů

Příloha č. 4 – Seznam významných dodávek

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel